

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp đèn mổ treo trần hai nhánh theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp đèn mổ treo trần hai nhánh
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4. Loại hợp đồng: trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Cơ sở 2)
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 11 giờ, ngày 22/10/2023
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Vật tư thiết bị, Tầng 3, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh-Cơ sở 2, Số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM

Người liên hệ: Đặng Nguyễn Ngọc An

Số điện thoại: 0919357507

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo)
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (G06-0012-2-dhuyen) (2).

TUO GIAM ĐOC
TRUONG PHONG VAT TU THIET BI

NGUYỄN HỮU THỊNH



BM: CVD.T.01(1)

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 3245/BVĐHYD-VTTB ngày 12 tháng 10 năm 2023)

I. YÊU CẦU CHUNG

- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2022 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ISO13485 hoặc tương đương
- Điện áp 220-240 VAC, 50Hz.
- Điều kiện môi trường hoạt động:
 - Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 40 độ C
 - Độ ẩm tối đa đến: $\geq 75\%$.

II. YÊU CẦU CẤU HÌNH

- Chóa đèn chính: 01 cái
- Chóa đèn phụ: 01 cái
- Bộ điều khiển tích hợp trên chóa đèn: 02 cái
- Bảng điều khiển trung tâm gắn tường: 01 cái
- Trụ đèn treo trần: 01 cái
- Cánh tay treo trần hai nhánh: 01 cái
- Tay nắm tiết trùng: 06 cái
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt

III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Bề mặt của đèn được sơn phủ nhằm giảm sự bám bẩn của vi khuẩn và dễ dàng vệ sinh
- Đèn sử dụng công nghệ LED, hạn chế bóng mờ trong vùng chiếu sáng
- Thiết kế của chóa đèn phù hợp để giảm thiểu sự cản trở của dòng khí sạch áp lực dương từ trần xuống phẫu trường (cho phép dòng khí sạch đi xuyên qua chóa đèn)
- Chế độ ánh sáng cho phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (Ambient Light)
- Chóa đèn chính:
 - + Đường kính chóa đèn: ≥ 600 mm
 - + Thiết kế của chóa đèn chính phù hợp cho việc nâng cấp thêm thiết bị phục vụ ghi hình
 - + Công suất tiêu thụ: ≤ 160 W
 - + Công suất bức xạ: ≤ 600 W/m²
 - + Cường độ chiếu sáng tối đa: ≥ 160.000 lux
 - + Đường kính trường sáng tại khoảng cách 1m có thể điều chỉnh trong khoảng từ ≤ 200 mm đến ≥ 240 mm
 - + Độ sâu trường sáng:
 - L1 + L2 (20%): ≥ 1000 mm
 - L1 + L2 (60%): ≥ 500 mm



- + Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh trong khoảng từ $\leq 3700\text{ K}$ đến $\geq 5000\text{ K}$
- + Chỉ số hoàn màu $R_a: \geq 95$
- + Chỉ số hoàn màu ánh sáng đỏ $R_9: \geq 97$
- + Tuổi thọ bóng Led: ≥ 60.000 giờ
- Chóa đèn phụ:
 - + Đường kính chóa đèn: $\geq 600\text{ mm}$
 - + Công suất tiêu thụ: $\leq 160\text{ W}$
 - + Công suất bức xạ: $\leq 600\text{ W/m}^2$
 - + Cường độ chiếu sáng tối đa: $\geq 160.000\text{ lux}$
 - + Đường kính trường sáng tại khoảng cách 1m có thể điều chỉnh trong khoảng từ $\leq 200\text{ mm}$ đến $\geq 240\text{ mm}$
 - + Độ sâu trường sáng:
 - $L1 + L2 (20\%): \geq 1000\text{ mm}$
 - $L1 + L2 (60\%): \geq 500\text{ mm}$
 - + Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh trong khoảng từ $\leq 3700\text{ K}$ đến $\geq 5000\text{ K}$
 - + Chỉ số hoàn màu $R_a: \geq 95$
 - + Chỉ số hoàn màu ánh sáng đỏ $R_9: \geq 97$
 - + Tuổi thọ bóng Led: ≥ 60.000 giờ
- Bộ điều khiển tích hợp trên chóa đèn:
 - + Bộ điều khiển độc lập tích hợp trên chóa đèn chính và chóa đèn phụ
 - + Các chức năng tối thiểu trên bộ điều khiển:
 - Bật/tắt đèn
 - Điều chỉnh cường độ chiếu sáng
 - Điều chỉnh nhiệt độ màu
 - Bật/tắt chế độ ánh sáng cho phẫu thuật xâm lấn tối thiểu
 - + Mức điều chỉnh cường độ chiếu sáng: ≥ 04 mức
 - + Mức điều chỉnh nhiệt độ màu: ≥ 03 mức
 - + Các mức điều chỉnh của cường độ chiếu sáng và nhiệt độ màu hiển thị bằng đèn báo chỉ thị hoặc cơ chế khác tương đương
 - + Điều chỉnh đường kính trường sáng bằng bộ điều khiển tích hợp trên chóa đèn hoặc cơ chế xoay tay nắm đầu đèn
- Cánh tay treo trần hai nhánh
 - + Góc xoay của cánh tay chóa đèn: 360°
 - + Khuỷu chính quay quanh trục: 360°
 - + Góc nâng/hạ của khuỷu: $\geq \pm 45^\circ$
 - + Khuỷu phụ quay quanh trục: $\geq 180^\circ$
 - + Chóa đèn quay quanh trục: $\geq 180^\circ$

IV. YÊU CẦU KHÁC

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
- Nhà thầu thực hiện và chịu mọi chi phí liên quan đến việc tháo dỡ toàn bộ thiết bị hiện có của bệnh viện, lắp đặt thiết bị mới và hoàn trả lại hiện trạng mặt bằng ban đầu.
- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng.
- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.
- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.
- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 10 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành.
- Thời gian cung cấp hàng ≤ 03 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.
- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan (nếu là hàng hóa nhập khẩu), đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì và hướng dẫn sửa chữa (nếu có) bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.
- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.
- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.
- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Cơ sở 2).



CÔNG TY:
MST:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 2

Địa chỉ: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12. Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-CS2 ngày .../.../năm của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng (có khả năng cung ứng)	Đơn giá	Ghi chú ⁽¹⁾

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực⁽²⁾ ngày kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

¹ : Bảng biểu này chỉ có tính chất tham khảo, tùy từng loại hàng hóa cụ thể mà đơn vị có điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế. Đơn vị thực hiện lưu ý thống nhất nội dung của bảng này và bảng tại “Mẫu nhập liệu” khi áp dụng cho từng loại hàng hóa cụ thể.
²: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.



BM: CVĐT.03(1)

