

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 4764/BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Mua sắm thiết bị xét nghiệm.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 15 giờ, ngày 14/8/2023.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.

Người liên hệ: CN. Phạm Đức Minh

Số điện thoại: 028 3952 5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J23-051-tcthuyen) (02).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Tấn



BM: CVĐT.01(1)

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 474/BVĐHYD-VTTB ngày 21 tháng 8 năm 2023)

1. TỦ BẢO QUẢN TIỂU CẦU CÓ MÁY LẮC

STT	Cấu hình tiêu chuẩn		Đơn vị tính	Số lượng
1	Yêu cầu chung	- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2022 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương. - Điện áp 220-240V, 50Hz. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa đến: $\geq 75\%$ - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng		
2	Yêu cầu cấu hình	- Tủ bảo quản tiểu cầu	01	Cái
		- Máy lắc tiểu cầu	01	Cái
		- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật (user manual hoặc service manual) tiếng Việt và tiếng Anh	01	Bộ
3	Tủ bảo quản tiểu cầu	- Cửa kính trong suốt giúp quan sát bên trong dễ dàng. - Nhiệt độ cài đặt từ: 20 - 35°C. - Độ đồng nhất nhiệt độ $\pm 10^{\circ}\text{C}$ - Bên ngoài và bên trong phủ sơn kháng khuẩn - Cửa có khóa an toàn. - Có cổng kết nối ngoài. - Tự động dừng máy lắc khi mở cửa, tự động khởi động máy lắc khi cửa được đóng kín. - Điều khiển bằng vi xử lý với các tính năng sau: + Màn hình cảm ứng màu, độ $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$. + Công tắc điều khiển: On/Off. + Cảm biến điều khiển. + Cổng giao tiếp.	01	Cái

ĐƯ
P.H
H
Đ

STT	Cấu hình tiêu chuẩn		Đơn vị tính	Số lượng
		+ Báo động khi lỗi nguồn. + Báo động nhiệt độ cao/thấp. + Báo động khi cửa mở. + Lưu & tải dữ liệu của tủ. + Có bộ ghi nhiệt độ. + Có pin dự phòng cho bộ điều khiển.		
	Máy lắc tiểu cầu	- Máy lắc phương ngang trên mặt phẳng cung cấp khả năng lắc nhẹ nhàng, trơn tru cho sản phẩm tiểu cầu. - Bên ngoài phủ sơn kháng khuẩn. - Dung tích ≥ 48 túi. - Tần số lắc điều chỉnh từ 40 – 80 chu kỳ/phút.	01	Cái

2. MÁY LẬP CÔNG THỨC BẠCH CẦU

STT	Cấu hình tiêu chuẩn		Đơn vị tính	Số lượng
1	Yêu cầu chung	- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2022 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương. - Điện áp 220-240V, 50Hz. - Môi trường hoạt động: • Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C • Độ ẩm tối đa đến: $\geq 75\%$ - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng		
2	Yêu cầu cấu hình	- Máy chính	01	Cái
		- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật (user manual hoặc service manual) tiếng Việt và tiếng Anh	01	Bộ
3	Máy chính	- Màn hình LCD cho hiển thị 4 hàng, 40 cột hiển thị đầy đủ ô nhớ trên màn hình - Có 18 phím bấm tương ứng với 18 ô nhớ tế bào ghi rõ mã định danh cho từng phím - Có 14 phím bấm chức năng kết hợp bàn	01	Cái

STT	Cấu hình tiêu chuẩn		Đơn vị tính	Số lượng
		phím chữ, số. - Phím bấm cơ cao cấp, dải đếm 0 – 999 đơn vị. - Độ ồn: < 85 dB. - Tính năng hỗ trợ ghi nhớ đếm các tế bào của máu và tự tính phần trăm số lượng tế bào phù hợp trong xét nghiệm huyết đồ, tùy đồ. - Tự động tính toán phần trăm tế bào. - Màn hình LCD hiển thị sắc nét, độ tương phản cao. - Hệ thống bàn phím kết hợp chức năng đếm, bàn phím chữ, số ... - Có loa thông báo âm thanh, dễ dàng kiểm soát thao tác. - Đưa ra báo hiệu âm thanh khi bấm bàn phím, khi tổng số đếm đạt tới số đuôi 97,98, 99, 100. - Bộ nhớ trong lên đến 10.000 dữ liệu. - Lưu trữ và trích xuất dữ liệu qua USB. - Có thể kết nối máy in hoặc đầu đọc mã vạch. - Có tính năng cập nhật dữ liệu online thông qua Wifi đến hệ thống HIS/LIS.		

3. MÁY ĐO ÁP LỰC THẨM THẤU

STT	Cấu hình tiêu chuẩn		Đơn vị tính	Số lượng
1	Yêu cầu chung	- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2022 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương. - Điện áp 220-240V, 50Hz. - Môi trường hoạt động: • Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C • Độ ẩm tối đa đến: $\geq 75\%$ - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng		

TẾ
VIỆN
C Y DƯỢC
CHỈ MINH
C TP. H

STT	Cấu hình tiêu chuẩn		Đơn vị tính	Số lượng
2	Yêu cầu cấu hình	- Pipette	01	Cái
		- Cồng đo dùng 1 lần	100	Cái
		- Ống chất chuẩn 300 mOsmol/kg	10	Ống
		- Ống chất chuẩn 850 mOsmol/kg	10	Ống
		- Ống chất chuẩn 2000 mOsmol/kg	10	Ống
		- Cầu chì dự phòng	02	Cái
		- Dụng cụ mở ống	01	Cái
		- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật (user manual hoặc service manual) tiếng Việt và tiếng Anh	01	Bộ
3	Máy chính	- Màn hình hiển thị LCD cảm ứng 5.7" - Quá trình tinh thể hóa: đầu tip của kim bằng thép không gỉ bao phủ các tinh thể băng, được điều khiển tự động - Làm lạnh: Bằng 2 hệ thống peltier tách biệt, tản nhiệt bằng không khí - Hệ thống làm lạnh với điều khiển nhiệt điện tử, mức chia $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ - Thể tích mẫu: 50uL - Thời gian đo: 1 phút - Đo mẫu đơn - Đơn vị đo: mOsmol/kg H₂O - Độ phân giải: 1 mOsmol/kg H₂O - Dải đo: lên đến 3000 Osmol/Kg - Giao tiếp: cổng nối tiếp DTE RS-232, USB và cổng quét mã vạch - Độ sai số tuyến tính ít hơn $\pm 1\%$ - Độ lặp lại: $< \pm 2$ digit [0... 400] mOsmol/kg HMO, $< \pm 0.5\%$ [400...3000] mOsmol/kg HMO	01	Cái

Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Cơ sở 1, Số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.

Ghi chú: Công ty có thể chào 1 hoặc nhiều danh mục.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số 37.64/BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Mã HS	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)	Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1	1	Tủ bảo quản tiểu cầu có máy lắc												
2	2	Máy lập công thức bạch cầu												
3	3	Máy đo áp lực thẩm thấu												

❖ Yêu cầu báo giá:



BM: CVDT.03(1)



- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.
- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*
- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

