

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cấp linh kiện và sửa chữa trang thiết bị y tế theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Sửa chữa và thay thế linh kiện máy Sterrad 100NX.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
4. Loại hợp đồng: trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 11 giờ, ngày 10/01/2024
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Vật tư thiết bị, Tầng 3, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh-Cơ sở 2, Số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM

Người liên hệ: Ngô Quang Chương Số điện thoại: 0937600905

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo)
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (G06-0012-2-dhyan) (2).

TUQ.GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ

Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 94.../BVĐHYD-VTTB ngày 10... tháng 01... năm 2024)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Yêu cầu cung cấp dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
01	Sửa chữa và thay thế linh kiện máy Sterrad 100NX	Sửa chữa và thay thế linh kiện máy Sterrad 100NX - Model: 100NX - Hãng sản xuất: Johnson & Johnson - Nước sản xuất: Mỹ - Năm sản xuất: 2018 - Năm đưa vào sử dụng: tháng 12/2018. - Số seri : 10104-1041170242 + Thay mới van chân không + Bộ bảo dưỡng máy tiệt khuẩn mức độ 2 + Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. + Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. + Sau khi sửa chữa thay thế linh kiện, thiết bị phải hoạt động ổn định.	Gói	01



[Handwritten signature]