

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp thiết bị cho khoa Thần kinh.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ 00, ngày 31/01/2024
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Phạm Cao Lâm

Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm, các tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K22-281-pclam) (02).

TUO. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số .221../BVĐHYD-VTTB ngày .18../01/2024)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy đo điện cơ 4 kênh	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/ 13485 hoặc tương đương. 2. Yêu cầu về cấu hình - Máy chính (bộ khuếch đại): 01 cái - Bảng điều khiển: 01 cái - Hộp điện cực kích thích: 01 cái - Điện cực kích thích cầm tay: 01 cái - Đầu kích thích loại thẳng: 01 cái - Đầu kích thích loại nghiêng: 01 cái - Đầu kích thích loại Touchproof: 01 cái - Cánh tay đỡ máy chính và hộp điện cực kích thích: 01 cái - Màn hình cho chức năng đo điện thế gọi thị giác: 01 cái - Máy vi tính và phụ kiện: 01 bộ - Máy in laser trắng đen: 01 cái - Bộ lưu trữ điện 2KVA: 01 cái - Biến áp cách ly: 01 cái - Xe đẩy máy: 01 cái - Phần mềm đo điện cơ: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Chỉ tiêu kỹ thuật - Số kênh đo tối thiểu ≥ 04 kênh - Thực hiện được các kỹ thuật đo điện cơ lâm sàng (EMG), nghiên cứu dẫn truyền thần kinh (NCS),	Cái	01

Y
NH VI
HOC Y
HỒ CHÍ
ƯC T



TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		điện thế gọi (EP). - Các tính năng trên phần mềm đo đáp ứng được tối thiểu các chức năng đo dẫn truyền thần kinh vận động (MNC), đo dẫn truyền thần kinh cảm giác (SNC), đo điện cơ kim (EMG), đo điện cơ sợi đơn độc (SF EMG), đo điện thế gọi (VEP). 4. Các yêu cầu khác - Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu - Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 04 tháng		
2	Máy điện cơ cầm tay Myoguide	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/ 13485 hoặc tương đương. 2. Yêu cầu về cấu hình - Máy chính: 01 cái - Cáp kết nối máy chính và điện cực: 01 cái - Cáp kẹp cá sấu: 03 cái - Thẻ nhớ USB: 01 cái - Pin sạc AA hoặc AAA: 02 bộ - Bộ sạc cho pin: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Chỉ tiêu kỹ thuật - Máy chính tích hợp màn hình hiển thị LCD - Trở kháng ngõ vào $\leq 10\text{ M}\Omega$ - Tần số đáp ứng tối đa $\geq 700\text{ Hz}$ - Tần số kích thích có thể điều chỉnh trong khoảng từ 0 Hz đến $\geq 10\text{ Hz}$ - Điện áp kích thích tối đa $\geq 200\text{ V}$	Cái	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		4. Các yêu cầu khác – Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu – Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 04 tháng		

Ghi chú: Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung ứng chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung ứng có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung ứng phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.

