

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 192/BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp các hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Sửa chữa thiết bị y tế và cung cấp linh kiện theo máy
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 03 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 10 giờ, ngày 22/9/2022
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.

Người liên hệ: Phạm Đức Minh

Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Trần Trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J17-092-nnlan) (2).



PHỤ LỤC DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 1326/BVĐHYD-VTTB ngày 15 tháng 9 năm 2022)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Cung cấp đầu dò siêu âm tim qua thành ngực của máy siêu âm tim GE (Model Vivid T8, SN 605391WXO)	Đầu dò siêu âm tim qua thành ngực tương thích với máy siêu âm tim GE (Model Vivid T8, SN 605391WXO) - Ứng dụng: Tim mạch, bụng, thai, hệ thần kinh người lớn, xuyên sọ - Dải tần số: 1.3-4.0 MHz - Trường nhìn: 90 độ - Độ sâu khảo sát tối đa: 30 cm - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng	Cái	01
2	Cung cấp băng ca trên xe cứu thương Toyota Hiace và Hyundai Starex	- Băng ca xe cứu thương tương thích với xe cứu thương Toyota Hiace (02 cái): • Kích thước gấp: 1.900 x 550 x 920 mm $\pm 5\%$ • Kích thước mở: 1.900 x 550 x 2.500 mm $\pm 5\%$ - Băng ca xe cứu thương tương thích với xe cứu thương Hyundai Starex (01 cái): • Kích thước gấp: 1.960 x 550 x 260 mm $\pm 5\%$ • Kích thước mở: 1.960 x 550 x 880 mm $\pm 5\%$ - Chất liệu: Hợp kim nhôm - Tải trọng: ≥ 160 kg - Bảo hành ≥ 12 tháng	Cái	03
3	Cung cấp thấu kính phản xạ ánh sáng collimator của máy X-Quang Shimadzu phòng 16	- Thấu kính phản xạ ánh sáng collimator của máy X-Quang Shimadzu phòng 16: • Phản xạ ánh sáng halogen • Xuyên thấu với tia X • Bìa thấu kính nghiêng 45 độ - Bảo hành ≥ 6 tháng - Hàng mới 100%	Cái	01
4	Sửa chữa bo mạch của máy X-Quang GE 500 (Phòng 17 và SN 35824ES2)	- Sửa chữa bo mạch nguồn DC MS2A4 cho máy X-Quang GE 500 (SN 35824ES2) - Sửa chữa bo mạch kiểm soát mA cho máy X-Quang GE 500 (Phòng 17) • Chuyển mạch G2R-2-DC24: 04 bộ • Chuyển mạch G2R-1-DC24: 10 bộ - Bảo hành ≥ 6 tháng - Bo mạch nguồn DC và bo mạch kiểm soát mA của máy X-Quang GE 500 (SN 35824ES2) phải hoạt động bình thường	Gói	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
5	Thay thế linh kiện cho máy siêu âm tim Philips (Model Affiniti 50G, SN US618D1777 và US618D1778)	- Thay thế linh kiện cho máy siêu âm tim tương thích với máy siêu âm của hãng Philips (Model Affiniti 50G, SN US618D1777): • Bàn phím • Đầu dò S4-2 • Bo kết nối đầu dò - Thay thế linh kiện cho máy siêu âm tim Philips (Model Affiniti 50G, SN US618D1778): • Bàn phím - Bảo hành ≥ 6 tháng - Hàng mới 100% - Máy siêu âm sau khi thay thế linh kiện phải hoạt động ổn định đáp ứng nhu cầu chuyên môn	Gói	01
6	Bảo trì trọn gói hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền của hãng Philips	- Bảo trì tối thiểu 2 lần/năm theo yêu cầu của hãng sản xuất - Được thực hiện bởi kỹ sư có chứng nhận của hãng Philips về hệ thống - Không giới hạn số lần hỗ trợ khắc phục sự cố qua điện thoại - Giá bảo trì trọn gói đã bao gồm công bảo trì, chi phí thay thế linh kiện khi có phát hiện hư hỏng không bao gồm thiết bị của bên thứ 3 không thuộc hệ thống.	Gói	01
7	Sửa chữa và thay thế linh kiện hệ thống máy tim phổi nhân tạo Sorin S5 (SN 48E03803 và 48E03806)	- Sửa chữa và thay thế linh kiện hệ thống máy tim phổi nhân tạo Sorin S5 (SN 48E03803): • 02 nắp bơm R85 và 01 nắp bơm R150 • 01 cảm biến B-cares • 01 cảm biến Medex 960 • 01 bóng đèn halogen 24V-20W - Sửa chữa và thay thế linh kiện hệ thống máy tim phổi nhân tạo Sorin S5 (SN 48E03806): • Màn hình bơm 04 • Bộ kẹp tĩnh mạch điện tử • 01 cảm biến Medex 960 • 02 nắp bơm R85 • 01 bóng đèn halogen 24V-20W - Hiệu chỉnh thiết bị theo tiêu chuẩn nhà sản xuất - Đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường sau khi thay thế linh kiện và hiệu chỉnh - Bảo hành ≥ 6 tháng	Gói	01