

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp thiết bị cho Đơn vị Hỗ trợ sinh sản theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp thiết bị cho Đơn vị Hỗ trợ sinh sản
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 03/11/2022
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Nguyễn An Duy Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J17-092-nnlan) (02).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 2.307./BVĐHYD-VTTB ngày 21.11.2022)

TT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tính năng yêu cầu tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
1	Tủ ấm	- Thể tích: khoảng 55 lít - Nhiệt độ: khoảng 20-80 độ C	Cái	2
2	Tủ thao tác vô trùng	- Kích cỡ: khoảng 120 cm - Chất lượng lọc không khí: Class A - Có hệ thống lọc: Lọc HEPA chuẩn H-14 phù hợp với EN 1822. - Mở phía trước, cố định - Lưu lượng: 1300 m3/h - Vận tốc lưu lượng khí đi qua các khu vực làm việc: 0,25-0,40m/s - Độ ồn: < 51dB - Bật tắt đèn và ánh sáng. - Nhiệt độ phòng và không được quá 50 độ C	Cái	1
3	Máy ly tâm	- Rotor văng ngang - Bucket tròn, 85ml cho rotor văng ngang, bộ 4 cái - Adapter có 2 vị trí cho ống 15ml falcon cho bucket tròn, bộ 2 chiếc, 8 vị trí/ rotor: 02 bộ - Adapter có 1 vị trí cho ống 50ml falcon cho bucket tròn, bộ 2 chiếc, 4 vị trí/ rotor: 02 bộ	Cái	1
4	Kính hiển vi sinh học 2 mắt		Cái	2
5	Kính hiển vi sinh học 3 mắt kèm camera		Cái	1
7	Máy đông tinh trùng	- Phạm vi kiểm soát: ≤ -120 độ C đến $+ \geq 40$ độ C - Có ≥ 16 Chương trình cài đặt - Kích thước bước nhiệt độ tối thiểu: $\leq 0,04$ độ C - Cổng giao tiếp: RS-232 và USB - Buồng chứa ống đông tinh dạng chứa được cả 2 ống 2,0ml và dạng cộng rạ.	Cái	1
8	Bình trữ tinh trùng	- Dung tích chứa: khoảng 47 lít Nitơ lỏng - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001	Cái	1
9	Bình chứa nitơ lỏng	- Thể tích thực: khoảng 32 lít - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001	Cái	2

TT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tính năng yêu cầu tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
10	Bình vận chuyển mẫu	- Số lượng canister: 1 ống - Số lượng 1/2 cc straw: ≥ 80 - Số lượng 1/4 cc straw: ≥ 180 - Dung tích chứa: ≥ 1.5 lít Nitơ lỏng - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001	Cái	1
11	Máy lắc trộn	- Có thể điều chỉnh tốc độ - Vận hành liên tục, hoặc nhấn ống nghiệm vào đầu lắc. - Bàn lắc dạng đĩa tròn thích hợp trộn mẫu cùng lúc trong nhiều ống nghiệm hay trong 1 bình tam giác. - Tốc độ lắc tối đa: ≥ 3000 vòng / phút - Biên độ: 5.0mm	Cái	1
12	Máy đếm bách phân	- Khả năng đếm: 0 - ≥ 9999 lần - Chức năng reset - Cấu trúc được sơn phủ kháng hoá chất, ăn mòn - 8 vị trí đếm, 9 màn hình	Cái	2
13	Cân điện tử 2 số lẻ		Cái	1
14	Máy phân tích và đọc kết quả tinh dịch đồ tự động	- Đạt được chứng chỉ CAP (College of American Pathnologists) - Có hệ thống nội kiểm (Internal Quality control) - Đánh giá được các thông số quan trọng của tinh dịch và tinh trùng: pH, mật độ, hình dạng, di động (PR, NP và tổng di động) - Cho hình ảnh Real-time - Độ phân giải hình ảnh cao - Màn hình nhỏ gọn, cảm ứng - Dùng công nghệ AI để xử lý kết quả - Máy kết nối mạng LAN, kết nối được với Ipad - Xuất ra được kết quả và tùy chỉnh được mẫu kết quả dễ dàng. - Đánh giá được tiêu chuẩn WHO 4th, 5th, 6th. - Xuất được file .CSV, .PDF, .MP4 - Camera tự động tinh chỉnh và hình ảnh full HD. - Cổng kết nối USB 2.0 hay HDMI - Sử dụng được Pin sạc và di chuyển dễ dàng.	Cái	1

Ghi chú: Nhà thầu gửi chào giá đính kèm chi tiết tính năng kỹ thuật của từng danh mục