

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 186.Q./BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng Cung cấp và lắp đặt linh kiện thay thế cho hệ thống khí hút và khí nén y tế trung tâm báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Quản trị tòa nhà, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

– Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).

+ Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

– Thời gian nhận báo giá: Đến hết ngày 23.12.2020

– Điện thoại liên hệ: 028.39525443 (Dung – Phòng Quản trị tòa nhà)

Bệnh viện trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J09-102-dttthao) (3).



Trương Quang Bình
Phó Giám đốc

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA/DỊCH VỤ LIÊN QUAN MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số 1860/BVĐHYD-QTTN ngày 16/12/2020)

TT	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Linh kiện bảo trì một năm cho lõi lọc đầu nguồn của hệ thống khí nén y tế trung tâm, bao gồm: - Lõi lọc PF - Lõi lọc SUB - Phao xả tự động cho lọc PF, SUB - Bộ giảm thanh	- Lõi lọc PF 109: Mã vật tư 430033 + Lọc có độ mịn $\leq 1\mu\text{m}$ + Lọc dầu $\leq 0.5\text{mg/m}^3$ ở 21°C - Lõi lọc SUB 109: Mã vật tư 430042 + Lọc có độ mịn $\leq 0.01\mu\text{m}$ + Lọc dầu $\leq 0.01\text{mg/m}^3$ ở 21°C - Phao xả tự động cho lọc PF, SUB: Mã vật tư 430082 + Vật liệu: Plastic - Bộ giảm thanh: Mã vật tư 361781 + Vật liệu nhôm, đồng, thép không rỉ Tất cả mã vật tư trên cho hệ thống máy nén khí Hospitair scrolair pack 88SP2 của MIL'S	bộ	2
2	Linh kiện bảo trì hai năm cho lõi van đóng cắt khí nén y tế trung tâm, bao gồm: - Lõi van C1/C2 - Lõi Van V1/V3 - Lõi Van R2/R4	- Lõi van C1/C2: Mã vật tư 361417 + Van 1 chiều. + Áp suất làm việc: 16 bar + Kích thước: DN20 - Lõi Van V1/V3: Mã vật tư 361291 + Nguồn điện: 220VAC, 50Hz + Van thường mở + Áp suất làm việc tối đa: 16 bar + Kích thước DN20 - Lõi Van R2/R4: Mã vật tư 361290 + Nguồn điện: 220VAC, 50Hz + Van thường đóng + Áp suất làm việc tối đa: 16 bar + Kích thước: DN20 Tất cả mã vật tư trên cho hệ thống máy nén khí Hospitair scrolair pack 88SP2 của MIL'S	bộ	1

TT	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
3	Linh kiện bảo trì hai năm cho lõi lọc cuối nguồn hệ thống khí nén y tế trung tâm. Bao gồm: - 02 lõi lọc CHA48 - 02 lõi lọc MC48 - 02 lõi lọc PAR72	- Lõi lọc CHA48: Mã vật tư 430059 + Lọc than hoạt tính loại bỏ hơi dầu và mùi hôi - Lõi lọc MC48: Mã vật tư 430069 + Lọc chuyển đổi CO thành CO2 - Lõi lọc PAR72: Mã vật tư 430050 + Lọc có độ mịn $\leq 0.01\mu\text{m}$ Tất cả mã vật tư trên cho hệ thống máy nén khí Hospitair scrolair pack 88SP2 của MIL'S	bộ	1
4	Mỡ bôi trơn chịu nhiệt dùng cho đầu nén xoắn ốc không dầu cho hệ thống khí nén y tế trung tâm	- Mã vật tư 412069 cho hệ thống máy nén khí Hospitair scrolair pack 88SP2 của MIL'S	tuýp	2
5	Van một chiều tại ống dẫn khí nén của hệ thống khí nén y tế trung tâm, bao gồm: Màng van, lõi van, vòng đệm cao su...	- Mã vật tư 359060 cho hệ thống máy nén khí Hospitair scrolair pack 88SP2 của MIL'S	cái	6
6	Linh kiện bảo trì định kỳ hai năm cho bộ xả nước tự động Beko 12 cho hệ thống khí nén y tế trung tâm	- Mã vật tư 360692 cho hệ thống máy nén khí Hospitair scrolair pack 88SP2 của MIL'S	bộ	1
7	Linh kiện sửa chữa thay thế cho hệ thống khí hút y tế trung tâm Evisa E350.2. Bao gồm: - 02 van điện ER10.30A.G00 - 02 van điện ER60.90A G00	- Van điện ER10.30A.G00: Van điện cân bằng áp suất khí quyển (Atmospheric pressure valve), mã vật tư 334154: + Nguồn điện 230V 50Hz + Lực đóng mở van: 10Nm + Góc mở van: $90^0 \pm 5\%$ + Thời gian mở hết hành trình: 11S - Van điện ER60.90A G00: Van điện cách ly (Isolating valve), mã vật tư 361302: + Nguồn điện 230V 50Hz	Bộ	1

TT	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Lực đóng mở van: 60Nm + Góc mở van: $90^0 \pm 5\%$ + Thời gian mở hết hành trình: 12S Tất cả mã vật tư trên cho hệ thống máy hút khí Hospivac G-E350 của MIL'S		
8	Nhớt dự phòng cho hệ thống khí hút y tế trung tâm Evisa E350	- Mã vật tư: 362661 cho hệ thống máy hút khí Hospivac G-E350 của MIL'S - Dung tích: 5L/can - Độ nhớt: 100 cst	can	2
9	Linh kiện bảo trì định kỳ 3.000 giờ hoặc 2 năm sử dụng cho hệ thống khí hút y tế trung tâm Evisa E350. Bao gồm: - Lọc nhớt - Lõi lọc tách nhớt - Nhớt chuyên dùng cho máy hút - Van đầu hút - Gio-ăng đệm kín	- Mã vật tư 718379 cho hệ thống máy hút khí Hospivac G-E350 của MIL'S	bộ	2
10	Mặt bích PVC DN80	- Vật liệu: nhựa PVC - Kích thước: DN80 - Chịu áp lực: PN10	cái	1
11	Chi phí lắp đặt	- Bố trí tối thiểu 01 kỹ sư và 02 nhân sự có chuyên môn về hệ thống máy nén và máy hút cần thay thế linh kiện nêu trên. - Thực hiện thay thế các linh kiện trên và đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường sau khi thay thế. - Phải có dụng cụ thi công và bảo hộ lao động phù hợp để thực hiện việc thay thế linh kiện. - Trong thời gian thực hiện thay thế phải đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục không ảnh hưởng đến Bệnh viện	Trọn gói	1

Ghi chú:

- Thời gian bảo hành các linh kiện tối thiểu là 06 tháng (không bảo hành cho mỡ bôi trơn chịu nhiệt và nhớt)
- Nhà thầu khảo sát hệ thống thực tế tại Bệnh viện (nếu cần thiết)
- Giá chào đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí liên quan khác.
- Nêu rõ thời gian hiệu lực của báo giá.