

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 26 /BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp Tủ lạnh bảo quản túi máu tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

- Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:
 - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).
 - + Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.
- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 11. / 04. / 2021
- Điện thoại liên hệ: 028.39525012 (Duy - Phòng Vật tư thiết bị)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K18-190-naduy) (3).

KT GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Tấn
Phó Giám đốc

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào giá số ...~~26~~...../BVĐHYD-VTTB ngày 04/01/2021.)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Tủ lạnh bảo quản túi máu	Chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm	Cái	1	



PHỤ LỤC 2

YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Thư mời chào giá số ... 26...../BVĐHYD-VTTB ngày 01/01/2021)

I. YÊU CẦU CHUNG

- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2020 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO13485 hoặc tương đương.
- Điện áp sử dụng: 220 V, 50Hz.
- Môi trường hoạt động:
 - + Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C
 - + Độ ẩm tối đa đến: $\geq 75\%$.
- Bảo hành ≥ 12 tháng

II. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

- Dung tích: ≥ 600 lít, dạng tủ đứng
- Khả năng trữ ≥ 300 túi máu (450 ml)
- Vật liệu: thép mạ kẽm với lớp sơn tĩnh điện bên ngoài hoặc hơn
- Hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số. Điều chỉnh nhiệt độ thông qua bảng điều khiển
- Cảm biến nhiệt độ: ≥ 2 cảm biến nhiệt độ.
- Nhiệt độ điều khiển khoảng: 4°C
- Máy nén kiểu kín công suất $\geq 200\text{W}$
- Khử tuyết tự động
- Tủ có ≥ 4 bánh xe
- Hệ thống cảnh báo tối thiểu có:
 - + Báo động bằng đèn và âm báo về tình trạng nhiệt độ cao (6°C), thấp (2°C)
 - + Báo động bằng đèn và âm báo về tình trạng bất thường của cảm biến nhiệt độ
 - + Báo động bằng đèn và âm báo về tình trạng mất nguồn. Pin báo động tự sạc
 - + Cảnh báo cửa mở bằng đèn và âm báo
 - + Báo động lại sau 30 phút kể từ khi dừng báo động nếu nguyên nhân gây báo động vẫn còn.
 - + Thông báo thay thế phụ kiện
- Có bộ ghi dữ liệu nhiệt độ (ghi ra giấy ghi)

