

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 133 BVĐHYD-VTTB
V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp “Hệ thống dao mổ siêu âm” tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và baotritbyt@umc.edu.vn. Đồng thời gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

- Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:
 - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).
 - + Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.
- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 18/10/2021
- Điện thoại liên hệ: 028 3952 5012 (Trần Huy Khôi – P. Vật tư thiết bị).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (M11-135-thkhoa) (3).



KT. GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Tấn
Phó Giám đốc

PHỤ LỤC
DANH MỤC DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số 2933/BVDHYD-VTTB ngày 11./10/2021)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
01	Hệ thống dao mổ siêu âm	YÊU CẦU CHUNG: - Hệ thống mới 100%. Sản xuất từ năm 2020 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương. - Điện áp 220 V, 50Hz. - Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng: - o Nhiệt độ môi trường hoạt động : Từ 10 độ C đến 40 độ C - o Độ ẩm môi trường hoạt động tối đa: $\geq 80\%$. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT: - Công nghệ sử dụng : Cho phép tích hợp phẫu thuật siêu âm và phẫu thuật điện trên 1 tay dao - Tần số làm việc: 23kHz - Chế độ làm việc : dao siêu âm tích hợp dao mổ điện - Máy chính : kèm bảng điều khiển, pedal, hệ thống bơm cho tay dao, hệ thống làm mát tự động (internal cooling system) - Bảng điều khiển : xoay $\geq 135^\circ$, kèm sẵn các phím điều khiển riêng biệt (chế độ Lựa chọn mô, chế độ bơm, chế độ hút, chế độ phẫu thuật nội Soi). Tự động nhận dạng tay dao. - Tay dao 23kHz : dạng thẳng hoặc dạng cong tích hợp hệ thống làm mát tự động - Các loại đầu dao : có lỗ mở vào trong, đảm bảo chức năng hút ưu thế khi sử dụng kèm kính vi phẫu	Máy	01	



hết

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		– Chế độ lựa chọn mô : ≥ 4 chế độ có thể chuyển đổi phù hợp các cấu trúc mô khác nhau. – Bộ tích hợp dao mổ điện: tích hợp trên tay dao chính, cho phép phẫu thuật động thời kiểu siêu âm phẫu thuật (ultrasonic surgical aspirator) và kiểu phẫu thuật điện cao tần (Electrosurgery) trên một tay dao duy nhất – Chế độ hàn mạch : monopolar – Chế độ phẫu thuật nội soi : chuyển chế độ bằng một nút bấm duy nhất trên bảng điều khiển – Bơm hút : kiểu chân không công suất $\geq 650\text{mmHg}$ – Chế độ tưới phẫu trường: tưới nhanh (fast flush) – Cảnh báo: có chế độ cảnh báo tự động toàn hệ thống khi có trục trặc – Tiêu chuẩn an toàn điện: Class 1, loại BF (brain floating) IEC 601-1 CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC: – Thời gian bảo hành 12 tháng. Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ 4 tháng/lần. – Cung cấp bảng liệu kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn. – Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành. – Cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 10 năm. Báo giá chi tiết và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành. – Thời gian cung cấp hàng ≤ 3 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng. – Có giấy uỷ quyền bán hàng của Hãng sản xuất. Cung cấp CO/CQ, đầy đủ tài liệu			

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Anh và tiếng Việt khi giao hàng. - Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng. - Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. - Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: tại đơn vị sử dụng - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.			



huy