

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 5111 /BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn, vattuthietbi@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

- Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).
- + Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.
- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 16 / 11 /2021
- Điện thoại liên hệ: 028.3952.5012 (CN. Phạm Đức Minh - Phòng Vật tư thiết bị).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K19-095-pdminh) (3).



GIÁM ĐỐC

**Phạm Văn Tấn
Phó Giám đốc**





PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số 5111... /BVĐHYD-VTTB ngày 09/11/2021)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bơm cánh quạt 125L	- Dùng cho máy xử lý nước Aqua WTU125 - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành ≥ 03 tháng	Cái	01	
2	Màn hình chuyên dùng cho máy siêu âm HS40	- Màn hình LED ≥ 21 inch - Độ phân giải $\geq 1920 \times 1080$ - Số màu sắc ≥ 16 triệu màu - Cổng kết nối: HDMI - Có thể điều chỉnh ánh sáng, xoay chỉnh và nâng hạ - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng	Cái	01	
3	Bàn phím dùng cho Máy siêu âm HS40	- Bàn phím cơ - Cổng kết nối: USB - Số lượng phím 83 phím - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng	Cái	01	
4	Bơm huyết áp NIBP	- Sử dụng thay thế cho bơm đo huyết áp của dòng máy monitor theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng	Cái	02	
5	Board mạch nguồn BR	- Sử dụng thay thế Board mạch nguồn BR cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân BSM-3562 Nihon Kohden - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng	Cái	01	
6	Board nguồn cho máy Monitor BSM-6500K	- Sử dụng thay thế Board nguồn cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân BSM-6500K Nihon Kohden - Điện áp: AC từ 100 đến 240V $\pm 10\%$ - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng	Cái	02	
7	Vỏ sau máy	Vỏ sau cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân PVM-2701 Nihon Kohden	Cái	01	



TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng			
8	Vỏ trước máy	- Vỏ trước cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân PVM-2701 Nihon Kohden - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng	Cái	01	
9	Bo mạch máy thở không xâm lấn	- Tương thích với máy thở không xâm lấn Stellar 100 - Bao gồm: màn hình màu LCD và cảm biến áp suất từ 0 đến 40 cm H₂O - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: từ 2020 trở về sau - Thời gian bảo hành: 03 tháng	Cái	06	
10	Cảm biến dòng máy thở không xâm lấn	- Tương thích với máy thở không xâm lấn Stellar 100 - Phạm vi đo từ 0 à 200 lít/phút - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: từ 2020 trở về sau - Thời gian bảo hành: 03 tháng	Cái	04	