

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 2646 /BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp linh kiện theo máy của hãng Getinge tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).

+ Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 21/... / 2021

- Điện thoại liên hệ: 028.3952.5440 (Bùi Thị Mai Trâm - Phòng Vật tư thiết bị).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (B12-089-btmtram) (3).



KT. GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Tấn
Phó Giám đốc

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số ĐC/Đ /BVĐHYD-VTTB ngày 15 / 9 /2021)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: Nhựa tổng hợp - Đường kính khoảng: 16.4mm - Chiều dài khoảng: 2743mm - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 3\%$) giá trị. - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	10	
2	Bộ lọc khí sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Bộ lọc khí sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: Nhựa tổng hợp chịu được nhiệt độ cao - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Bộ	6	
3	Ống thủy kèm ron sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Ống thủy kèm ron sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: thủy tinh trong suốt kèm ron - Chiều dài: khoảng 110mm - Đường kính ống: khoảng 12mm - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 3\%$) giá trị. - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	4	
4	Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: Silicone chịu nhiệt - Đường kính: khoảng 16.4mm - Chiều dài: khoảng 2743mm - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 3\%$) giá trị. - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	4	
5	Vòng đệm nổi hơi, điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge	Vòng đệm nổi hơi sử dụng cho máy tiệt trùng: - Bao gồm: 01 miếng đệm nổi hơi và 06 miếng đệm cho thanh điện trở nổi hơi. - Chất liệu: Graphite - Kích thước miếng đệm nổi hơi: + Đường kính ngoài: khoảng 158mm + Đường kính trong: khoảng 120mm - Kích thước miếng đệm cho thanh điện trở nổi hơi: + Đường kính ngoài: khoảng 75mm + Đường kính trong: khoảng 58,5mm - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 3\%$) giá trị. - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66/GSS67H đang sử dụng tại bệnh viện.	Bộ	8	



STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
6	Van piston loại nhỏ sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Van piston loại nhỏ sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chức năng: dùng đóng ngắt chất lỏng/áp suất qua đường ống được điều khiển bằng khí nén. - Chất liệu: thép không gỉ - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	6	
7	Van piston loại lớn sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Van piston loại lớn sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chức năng: dùng đóng ngắt chất lỏng/áp suất qua đường ống được điều khiển bằng khí nén. - Chất liệu: nhựa tổng hợp chịu nhiệt và thép không gỉ - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	4	
8	Gioăng cửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886	Gioăng cửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Chất liệu: Silicone chịu nhiệt - Chiều dài: khoảng 2720mm. - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 3\%$) giá trị. - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	4	
9	Tay máy rửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886	Tay máy rửa: - Chức năng: dùng để xoay và phun đều nước trong buồng máy rửa. - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: khoảng 640mm + Quay tròn 360 độ + Các bộ phận có thể tháo rời - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 3\%$) giá trị. - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	6	
10	Dây của bơm hóa chất sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886	Dây của bơm hóa chất sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Chất liệu: Silicone, chịu được hóa chất - Cấu tạo: + Chiều dài: khoảng 125mm + 2 đầu nối với ống bơm hóa chất - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 3\%$) giá trị. - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	1	
11	Gioăng cửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Gioăng cửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Chất liệu: Silicone chịu nhiệt - Chiều dài: khoảng 2420mm. - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 3\%$) giá trị. - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	6	

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
12	Tay máy rửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Tay máy rửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Chức năng: dùng để xoay và phun đều nước trong buồng máy rửa - Chất liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: khoảng 540mm + Quay tròn 360 độ + Các bộ phận có thể tháo rời - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 3\%$) giá trị. - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	9	
13	Dây của bơm hóa chất sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Dây của bơm hóa chất sử dụng cho máy rửa khử khuẩn - Chất liệu: Silicone, chịu được hóa chất. - Cấu tạo: + Chiều dài: khoảng 125mm + 2 đầu nối với ống bơm hóa chất - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 3\%$) giá trị. - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	2	
14	Súng phun rửa và làm sạch dụng cụ	Súng phun rửa và làm sạch dụng cụ: - Chất liệu: Phần thân là hợp kim nhôm, silicone; phần đầu là đồng thau phủ crom; tay cầm là silicone cách nhiệt. - Cấu tạo: + Ống nhựa PCV: dài khoảng 1,5m + Áp lực tối đa: 10 bar + Áp lực sử dụng: 0-6 bar + Bao gồm 08 đầu phun với các kích thước khác nhau	Cái	8	
15	Bơm xả dùng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Bơm xả dùng cho máy rửa khử khuẩn : - Chức năng: bơm hút nước trong giai đoạn xả thải của máy rửa. - Điện áp: 220-240V, 50Hz/60Hz - Công suất: 30W. - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	2	
16	Van 1 chiều sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886	Van 1 chiều sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: Chức năng: Đóng mở 1 chiều đường thoát hơi nóng ra ngoài Chất liệu: Silicone chịu nhiệt - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	2	

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
17	Bộ đóng ngắt khí nén cho valve piston sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Bộ đóng ngắt khí nén cho valve piston sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chức năng: dùng đóng ngắt khí nén cho các valve piston. Cấu tạo: gồm 3 bộ phận kết hợp thành. Chất liệu: hợp kim kết hợp nhựa tổng hợp. - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Bộ	2	
18	Cụm điện trở sinh nhiệt sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886	Cụm điện trở sinh nhiệt sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Điện áp: 380-415V, 50/60Hz - Công suất: 8,2KW - Chất liệu: Thép không gỉ - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	1	
19	Bơm nước sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Bơm nước sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: Hợp kim không gỉ - Điện áp: 380-415V, 50/60Hz - Công suất: 0,5KW - Lưu lượng tối đa 7,9L/ phút - Lưu lượng tối thiểu: 7,4L/ phút - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	1	

Công ty (Viết đúng trên dấu mộc của Công ty)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế

Số tài khoản:

Đại diện:

Email:

Tại Ngân hàng:

Chức vụ:

Ngày tháng năm

**BẢNG BÁO GIÁ THẦU
LINH KIỆN THEO MÁY, CÔNG CỤ DỤNG CỤ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty... kính gửi đến Quý Bệnh viện báo giá như sau:

Stt	Tên danh mục	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Chủng loại (Model) /Mã hàng	Năm sản xuất	Nước sản xuất/Hãng sản xuất-Hãng / Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT hoặc Nghị định 36/2016/ND-CP	Quyết định trúng thầu tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)		Ghi chú
												Số QĐ	Ngày ban hành Quyết định	
1														

Đại diện công ty....
(Ký tên)

Ghi chú:

Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);

Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;

Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);

Thời hạn bảo hành (nếu có):tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;

Chi tiết phụ kiện (nếu có);

Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày.../.../20...;

Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;

Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;

Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.