

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 883/BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp dụng cụ phẫu thuật nội soi dành cho chuyên khoa tiết niệu tương thích dần máy Olympus tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).

+ Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày .15 / .5... /2021

- Điện thoại liên hệ: 028.3952.5440 (Bùi Thị Mai Trâm - Phòng Vật tư thiết bị).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (B12-089-btmtram) (3).



Nguyễn Hoàng Bắc

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số 883.../BVDHYD-VTTB ngày 08/5/2021)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1.	Vỏ ngoài ống soi bàng quang, đường kính 21Fr	Vỏ ngoài ống soi bàng quang, đường kính 21Fr. Vật liệu: thép không gỉ. Cấu tạo: Đường kính: khoảng 21Fr, sai số kích thước chiều dài so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 3\%$) giá trị. Bao gồm cây nong. Dụng cụ được khắc laser: mã sản phẩm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	
2.	Cầu nối 2 chiều, tương thích với vỏ ngoài ống soi bàng quang 21Fr	Cầu nối 2 chiều. Vật liệu: thép không gỉ. Cấu tạo: Tương thích với vỏ ngoài ống soi bàng quang 21Fr. Dụng cụ được khắc laser: mã sản phẩm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE.	Cái	1	
3.	Ống kính soi bàng quang HD, 30 độ, đường kính 4 mm, chiều dài khoảng 28 cm	Ống kính soi bàng quang HD. Vật liệu: thép không gỉ, kính và khác. Cấu tạo: Chiều dài: khoảng 28cm sai số kích thước chiều dài so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 3\%$) giá trị. Đường kính: 4mm. Hướng quan sát: 30 độ. Thấu kính ED thế hệ mới. Dụng cụ được khắc laser: mã sản phẩm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	
4.	Kìm gấp dị vật, ngàm răng chuột, chiều dài khoảng 70cm	Kìm gấp dị vật, ngàm răng chuột. Vật liệu: kim loại cuộn và nhựa. Cấu tạo: Chiều dài: khoảng 70cm, sai số kích thước chiều dài so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 3\%$) giá trị. Ngàm răng chuột. Độ mở ngàm: 8mm. Tương thích với kênh dụng cụ 2mm trở lên. Dụng cụ được khắc laser: mã sản phẩm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE.	Cái	1	
5.	Ống kính soi bàng quang, đường kính 4mm, 12 độ, chiều dài khoảng 28 cm	Ống kính soi bàng quang HD. Vật liệu: thép không gỉ, kính. Cấu tạo: Chiều dài: 28cm, sai số kích thước chiều dài so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 3\%$) giá trị. Đường kính: 4mm. Hướng quan sát: 12 độ. Thấu kính ED thế hệ mới. Dụng cụ được khắc laser: mã sản phẩm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	2	

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
6.	Ống soi niệu quản bán cứng, đường kính 9.8 Fr, 7 độ, chiều dài khoảng 43cm	Ống soi niệu quản bán cứng, 7 độ. Vật liệu: thép không gỉ, kính. Cấu tạo: Phần đầu ống soi trơn tròn, không sang chấn, 2 kênh tưới rửa, có thể sử dụng 2 dụng cụ cùng lúc, ống soi bán cứng, gấp góc ở đầu kết nối camera. Chiều dài làm việc khoảng 43cm, sai số kích thước chiều dài so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 3\%$) giá trị. Hướng quan sát: 7 độ. Đường kính chóp đuôi ống soi: 8.6 Fr . Đường kính ngoài thân ống soi: 9.8 Fr+ Đường kính kênh dụng cụ: 6.4 Fr-Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE.	Cái	2	