

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 952 /BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp dụng cụ phẫu thuật nội soi trung thất tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).

+ Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 31... / ...5... /2021

- Điện thoại liên hệ: 028.3952.5440 (Bùi Thị Mai Trâm - Phòng Vật tư thiết bị).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (B12-089-btmtram) (3).


KT GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Tấn
Phó Giám đốc



PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số/BVĐHYD-VTTB ngày .../.../2021)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1.	Hộp kết nối dùng kết nối với đầu camera, tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz tại bệnh viện	Hộp kết nối dùng kết nối với đầu camera, gồm có: máy chính, dây kết nối, dài khoảng 20 cm và dây điện nguồn. Hộp kết nối dùng với đầu camera 1 chip. Hộp kết nối dùng để kết nối với ống soi mềm và ống soi cứng. Có 1 cổng kết nối tín hiệu đầu ra. Điện năng tiêu thụ khoảng: 62 VA. Tần số hoạt động: 50Hz. Nguồn điện cung cấp: 220 VAC. Kích thước khoảng (rộng x cao x dài): 305 x 54 x 320 mm. Vệ sinh khử trùng bằng cách lau chùi bề mặt. Lớp bảo vệ: ít nhất 1 lớp. Mức độ bảo vệ: CF-Defib. Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz tại bệnh viện.	Bộ	1	
2.	Đầu camera 1 chip, tiêu cự f = 16 mm, tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz tại bệnh viện	Đầu camera dùng để sử dụng với ống soi quang học HOPKINS và hộp kết nối. Đầu camera sử dụng công nghệ có các chức năng đặc biệt trong tầm soát ung thư thông qua 3 sắc thái màu khác nhau của mô, cụ thể: Chế độ làm các chi tiết trong hình ảnh nội soi được sáng đều như nhau. Chế độ làm tăng độ tương phản màu. Chế độ nhuộm huỳnh quang chuyển phổ màu (lọc màu đỏ, tăng cường màu xanh lá và xanh dương). Tần suất quét: 50Hz. Có thể khử trùng bằng cách ngâm trong dịch sát trùng, khử trùng bằng khí và khử trùng plasma. Tiêu cự cố định: độ dài tiêu cự f = 16 mm. Thành lập chương trình bằng nút trên đầu camera. Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz tại bệnh viện.	Cái	1	



Handwritten signature

Chức vụ:

Ngày tháng năm

Chân thành cảm ơn.