

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 592/BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp Máy phun khí dung tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn, nhan.ntt2@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

- Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:
 - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).
 - + Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.
- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 15. / 04. /2022
- Điện thoại liên hệ: 028.3952 5239 (Thảo Nhân - Phòng Vật tư thiết bị).

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J19-035-nttnhan) (3).



Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC 1**DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ**

(Kèm theo Thư mời chào giá số 592.../BVĐHYD-VTTB ngày 05/4/2022)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Máy phun khí dung	Chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm	Cái	90	

ĐỒI MÀNG 007

**PHỤ LỤC 2****YÊU CẦU KỸ THUẬT**

(Kèm theo Thư mời chào giá số ...592.../BVĐHYD-VTTB ngày 5..11..2022)

I. YÊU CẦU CHUNG

- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2022 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.
- Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng.
- Môi trường hoạt động:
Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C
Độ ẩm tối đa đến: $\geq 75\%$.

II. YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU

Máy phun khí dung và bộ phụ kiện tiêu chuẩn cho 01 máy bao gồm:

1. Máy chính
2. Phụ kiện kèm theo:
 - Bầu phun khí dung kích thước hạt $2.2 \mu\text{m}$: 01 cái
 - Bầu phun khí dung kích thước hạt $3.5 \mu\text{m}$: 01 cái
 - Ống ngậm có van thở ra: 01 cái
 - Dây nối: 01 cái
3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì: 01 bộ

III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

- Dung tích bầu phun khí dung của máy phun khí dung: $\leq 2\text{ml}$ đến $\geq 8\text{ml}$
- Bầu phun của máy phun khí dung sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao ≥ 300 lần
- Bầu phun của máy phun khí dung có van kiểm soát nhịp thở ra.
- Áp lực khí tối đa của máy phun khí dung $\geq 1.6 \text{ bar}$.
- Lưu lượng khí tối đa của máy phun khí dung $\geq 5 \text{ lít/phút}$.
- Độ ồn tối đa của máy phun khí dung $\leq 60 \text{ db (A)}$.