

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 326./BVĐHYD-VTTB
V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp Dịch vụ thẩm định giá Hệ thống CT scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp Dịch vụ thẩm định giá Hệ thống CT scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 22/02/2023
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Nguyễn An Duy Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K18-190-naduy) (02).


**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC 1– DANH MỤC DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 326./BVĐHYD-VTTB ngày 15/02/2021.)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Yêu cầu về cung cấp dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dịch vụ thẩm định giá Hệ thống CT scanner ≥256 lát cắt/vòng quay	- Phạm vi công việc đối với nhà thầu: + Xác định giá trị hàng hóa để làm cơ sở duyệt dự toán gói thầu; + Đảm bảo phạm vi, khối lượng công việc tính toán trong dự toán là phù hợp; + Phương pháp lập dự toán của đơn vị, bộ phận tư vấn phù hợp với các quy định của luật pháp hiện hành. - Nhiệm vụ cụ thể của nhà thầu: + Thẩm định giá tất cả hàng hóa tuân thủ theo: Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. - Đối tượng thẩm định giá: + Tên hàng hóa: Hệ thống CT scanner ≥256 lát cắt/vòng quay; + Số lượng: 01 Hệ thống; + Tính năng kỹ thuật của hàng hóa: Theo phụ lục 2.	Gói	01



PHỤ LỤC 2 – CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(Kèm theo Công văn số 32.6.../BVĐHYD-VTTB ngày 11.../.../2025.)

1	Hệ thống CT scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay - Chụp xoắn ốc toàn thân, có công nghệ tái tạo lập dữ liệu gốc giảm liều tia cho bệnh nhân. - Có hỗ trợ của Trí thông minh nhân tạo trong vận hành công việc hằng ngày. - Tính năng thu hình real-time ứng dụng trong can thiệp dưới hướng dẫn của CT scan: Tốc độ màn hình > 20 khung hình/giây.	01 hệ thống
	Khoang máy: - Khoang máy có đường kính trong ≥ 75 cm - Độ nghiêng: $\pm \geq 20$ độ - Định vị laser trên 3 mặt phẳng - Tốc độ vòng quay tối đa < 0.3 giây	01 bộ
	Bóng X-quang: - Dòng bóng tối đa: ≥ 800 mA - Điện áp bóng tối thiểu: ≤ 80 kV và tối đa ≥ 140 kV - Khả năng trữ nhiệt: ≥ 30 MHU - Tốc độ tản nhiệt trung bình ≥ 1600 KHU/ phút	01 cái
	Nguồn phát cao thế: - Công suất tối đa: ≥ 100 kW	01 bộ
	Bộ thu nhận ảnh: - Số đầu thu vật lý ≥ 128 - Số lát cắt thu nhận/ vòng quay ≥ 256	01 bộ
	Bàn bệnh nhân: - Tải trọng bệnh nhân ≥ 200 kg - Chiều dài trường chụp ≥ 200 cm	01 bộ
	Trạm thu nhận, điều khiển và tái tạo hình ảnh	01 bộ
	Trạm làm việc	01 bộ
2	Phần mềm chụp tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương):	01 bộ
	Các phần mềm chụp cơ bản	01 bộ
	Phần mềm hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo	01 bộ
	Phần mềm tái tạo lập trên dữ liệu thô	01 bộ
	Phần mềm giảm nhiễu ảnh kim loại	01 bộ
	Phần mềm giảm liều tia	01 bộ



3	Các phần mềm nâng cao và xử lý ảnh, tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương):	01 bộ
	Phần mềm khảo sát toàn thân, trường chụp dài	01 bộ
	Các gói phần mềm chụp 2 mức năng lượng cho não, cột sống, tủy xương, ngực, bụng, tim mạch, mạch máu	01 bộ
	Các phần mềm chụp tốc độ chụp nhanh	01 bộ
	Phần mềm chụp tim mạch và đánh giá chức năng tim	01 bộ
	Phần mềm đánh giá tưới máu	01 bộ
	Phần mềm chụp mạch máu não, mạch máu toàn thân	01 bộ
	Phần mềm chụp và đánh giá ung thư	01 bộ
	Phần mềm tái tạo thể tích	01 bộ
	Phần mềm đánh giá CT hai mức năng lượng	01 bộ
4	Các phụ kiện, thiết bị phụ trợ kèm theo:	01 bộ
	Bàn để hệ thống điều khiển và trạm làm việc chính hãng	02 bộ
	Phantom căn chỉnh máy, giá đỡ phantom	01 bộ
	Bộ định vị bệnh nhân: tựa đầu, tựa tay, giá đỡ chụp chân, đệm mặt bàn, đai bệnh nhân	01 bộ
	Bộ đo thông số sinh lý bệnh nhân	02 bộ
	Bộ đàm thoại 02 chiều (intercom) đồng bộ hệ thống	01 bộ
	Áo chì	02 cái
	Kính chì	01 cái
	Bộ Camera quan sát rời hoặc tích hợp trên hệ thống dùng quan sát bệnh nhân	01 bộ
	UPS Online	01 cái
	Đèn báo đang phát tia	02 cái
	Máy bơm tiêm thuốc cân quang 2 nòng	01 cái
	Tủ kệ để phantom và dụng cụ kỹ thuật theo máy	01 bộ
	Nhiệt ẩm kế theo dõi nhiệt độ và độ ẩm tại các phòng	03 cái
5	Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh	01 bộ