

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: ...490../BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp linh kiện và sửa chữa trang thiết bị y tế.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 10 giờ, ngày 10/3/2023
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.

Người liên hệ: CN. Phạm Đức Minh

Số điện thoại: 028 3952 5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K19-095-pdminh) (03).



K.T. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Tấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số/BVĐHYD-VTTB ngày ... tháng ... năm)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Yêu cầu về cung cấp dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Đầu dò siêu âm thực quản S7-3T của máy siêu âm Philips	Đầu dò siêu âm thực quản S7-3T tương thích máy siêu âm Model: HD11, Hãng sản xuất: Philips, Số serial: US41270295: - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. - Đầu dò cho phép khảo sát tim với trường nhìn 360 độ qua đường thực quản mà không bị che bởi phổi và xương sườn. - Đầu dò có thể điều khiển 180 độ bởi tay cầm. - Có các chế độ khảo sát 2D, M-mode, CW và PW.....	Cái	01
2	Timer chỉnh thời gian hấp và thời gian sấy cho Nồi hấp tiết trùng Sturdy	Timer chỉnh thời gian hấp và thời gian sấy tương thích Nồi hấp tiết trùng Model SA252F, Hãng sản xuất: Sturdy, Số serial: 1210290U-005: - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng.	Cái	02
3	Bom huyết áp của máy monitor theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden	Bom huyết áp của máy monitor theo dõi bệnh nhân, Model: BSM 3562, Hãng sản xuất: Nihon Kohden, Số serial: 12964 và Model: PVM-2701, Hãng sản xuất Nihon Kohden, Số serial: 08279: - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Thay thế bom huyết áp của máy monitor theo dõi bệnh nhân, Model: BSM 3562, Hãng sản xuất: Nihon Kohden, Số serial: 12964 và Model: PVM-2701, Hãng sản xuất Nihon Kohden, Số serial: 08279, đảm bảo sau khi thay thế linh kiện thiết bị hoạt động ổn định.	Cái	02
4	Bo mạch CPU, bộ vỏ nhựa và tem nhãn kèm theo của máy sốc có tạo nhịp TEC-5531K	Bo mạch CPU, bộ vỏ nhựa và tem nhãn kèm theo tương thích máy sốc có tạo nhịp Model: TEC-5531K, Số serial: 09581: - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng.	Cái	02

TT	Tên danh mục mời chào giá	Yêu cầu về cung cấp dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		Thay thế bo mạch CPU, bộ vỏ nhựa và tem nhãn kèm theo cho máy sốc có tạo nhịp, đảm bảo sau khi thay thế linh kiện thiết bị thực hiện đánh sốc và quy trình kiểm tra Basic check.		
5	Khối bơm hóa chất cho Nồi hấp tiệt trùng Sterrad 100S	Khối bơm hóa chất tương thích nồi hấp tiệt trùng Model: 100S, Số serial: 120471: - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng.	Cái	01
6	Máy nén khí dùng cho Nồi hấp tiệt trùng Sterrad 100S	Máy nén khí tương thích nồi hấp tiệt trùng Model: 100S, Số serial: 061245: - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng.	Cái	01

Ghi chú: Công ty có thể chào 1 hoặc nhiều danh mục.