

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 653/BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp linh kiện và sửa chữa trang thiết bị y tế.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 11 giờ, ngày 22/03/2023
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.

Người liên hệ: CN. Phạm Đức Minh

Số điện thoại: 028 3952 5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K19-095-pdminh) (02).



Phạm Văn Tấn

TT	Tên danh mục mời chào giá	Yêu cầu về cung cấp dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		- Sau khi hoàn tất thay thế linh kiện cho thiết bị điện trị liệu, đảm bảo máy hoạt động ổn định.		
4	Sửa chữa máy tập khớp gối thụ động	Sửa chữa remote của máy tập khớp gối thụ động model: BT-CPMotion K Elite, số serial: 09300B001507: Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng.	Cái	02
5	Cung cấp linh kiện và sửa chữa máy hàn túi	Cung cấp linh kiện và sửa chữa máy hàn túi model: HM 8000 AS-V Seal Cut, số serial: 522927: - Thay thế mới bo mạch điều khiển - Khắc phục lỗi “Sealing time exceeded” - Linh kiện thay thế mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng.	Gói	01
6	Cung cấp linh kiện và sửa chữa máy SPECT	Cung cấp linh kiện và sửa chữa máy SPECT model Symbia E số seri 1227 của hãng Siemens: - Thay thế mạch thu dữ liệu cho tấm lọc collimator năng lượng cao - Thay thế tấm cảm ứng lực - Thay thế 02 bánh xe trước chịu lực chứa tấm collimator - Thay thế 02 bánh xe sau chịu lực chứa tấm collimator - Linh kiện thay thế mới 100% chưa qua sử dụng - Thay thế linh kiện, giảm thiểu suy giảm độ phân giải không gian và ảnh giả do hiệu ứng xuyên vách của máy SPECT.	Gói	01
7	Sửa chữa máy ly tâm	Sửa chữa máy ly tâm Rotofix 32A, số seri 0026482-03 của hãng Hettich: - Sửa chữa và khắc phục lỗi bo mạch nguồn không nhận tín hiệu từ cảm biến tốc độ - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng	Gói	01

Ghi chú: Công ty có thể chào 1 hoặc nhiều danh mục.

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 652/BVĐHYD-VTTB ngày 17 tháng 03 năm 2023)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Yêu cầu về cung cấp dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Sửa chữa máy siêu âm doppler mạch máu xuyên sọ	Sửa chữa máy siêu âm doppler mạch máu xuyên sọ model: Digi – lite, hãng sản xuất: Rimed, số serial: 80218004: - Sửa chữa mainboard chính - Sửa chữa card màn hình - Khắc phục lỗi khởi động, màn hình bị chia cắt không hiển thị đầy đủ nội dung và cảm ứng không chính xác - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng - Sau khi sửa chữa, đảm bảo máy siêu âm doppler mạch máu xuyên sọ hoạt động ổn định, màn hình và cảm ứng của thiết bị hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ các chức năng.	Gói	01
2	Cung cấp linh kiện và sửa chữa máy X-quang đo mật độ xương	Sửa chữa máy X-quang đo mật độ xương model: Discovery Wi, hãng sản xuất: Hologic, số serial: 93323M: - Thay mới ổ cứng SSD dung lượng tối thiểu 500GB - Cài đặt lại phần mềm của máy X-quang đo mật độ xương, nâng cấp phiên bản phần mềm mới của máy (nếu có). - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Sau khi hoàn tất thay thế linh kiện và cài đặt phần mềm tương thích với hệ thống, đảm bảo máy hoạt động ổn định, không còn hiện tượng chạy chậm khi thực hiện chương trình.	Gói	02
3	Cung cấp linh kiện cho máy điện trị liệu	Cung cấp linh kiện cho máy điện trị liệu Intelet Advanced, REF: 2755CS, số serial: T2175: - Bo mạch điều khiển tương thích với máy điện trị liệu Intelet Advanced, REF: 2755CS, số serial: T2175. - Bo mạch Stim tương thích với máy REF: 2755CS, số serial: T2175 - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. - Linh kiện thay thế mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau.	Cái	02