

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp thiết bị giải phẫu bệnh theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp thiết bị giải phẫu bệnh (Gồm 7 thiết bị)
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ 00, ngày 17/3/2023.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Vật tư Thiết bị - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Đặng Nguyễn Ngọc An Số điện thoại: 0919 357 507

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, BVTTB (J08-005-2-nththu) (2).



Nguyễn Hoàng Bắc

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 548./BVĐHYD-CS2 ngày 07... tháng 3... năm 2023)


I – Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2022 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC hoặc tương đương
- Điện áp sử dụng: 220V, 50Hz.
- Môi trường hoạt động:
- + Nhiệt độ môi trường xung quanh: ≥ 30 độ C
- + Độ ẩm tương đối: 30 - 85%

II - Cấu hình, tính năng kỹ thuật:

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy xử lý mô	Cấu hình cung cấp bao gồm: - 01 Máy chính - 01 màn hình màu LCD $\geq 15''$ - 01 gói đựng cassette bằng thép không gỉ - 10 bình đựng hóa chất - 05 bình đựng paraffin - 02 bình đựng hóa chất rửa - 01 máy nhuộm - Dây nguồn + sách HDSD (Tiếng Anh + Tiếng Việt) Tính năng kỹ thuật: - Khả năng chứa: ≥ 150 cassette tiêu chuẩn - Nhiệt độ: RT – $\geq 650C$ - Bình chứa hóa chất : 10 (mỗi bình 2.5 lít) - Bình chứa paraffin: 05 (mỗi bình 2.5 lít) - Chức năng nhuộm tối thiểu : HE, ISH, IHC - Công suất: ≥ 12 lam/lần - Thời gian cài đặt : 0 – 900 giờ - Có Protocols cài đặt theo nhu cầu người sử dụng	Cái	1

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
2	Máy cắt vi phẫu	Cấu hình cung cấp bao gồm: - 01 Máy chính. - 01 bộ giá giữ lưỡi dao (low and high profile) dùng cho lưỡi dao dùng 1 lần. - 01 bộ phận định hướng mẫu vật cắt. - 01 kệ cassette đa năng. - 01 khay chứa vật thải. - 01 tấm che bụi - 01 hộp lưỡi dao cắt dùng 1 lần (ít nhất 50 lưỡi dao – low profile). - Dây nguồn + sách HDSD (Tiếng Anh + Tiếng Việt) Thông số kỹ thuật cơ bản: - Độ dày lát cắt điều chỉnh được từ 0.5 – 60µm với các bước cắt điều chỉnh được xác định tối thiểu như sau: - Độ dày 0 - 2 µm, bước điều chỉnh là 0.5µm - Độ dày 2-10 µm, bước điều chỉnh là 1µm - Độ dày 10 - 60 µm, bước điều chỉnh là 2 µm - Độ dày mẫu cắt thô có thể điều chỉnh từ ở các mức: 10µm, 20µm, 30µm; 40µm - Đưa mẫu vật vào máy: dịch chuyển thô theo chiều ngang là 28mm - Dịch chuyển vật mẫu theo chiều thẳng đứng là 60 mm	Cái	1
3	Bồn cấy mô	Cấu hình cung cấp bao gồm: - Máy chính - Dây điện nguồn - Bộ tài liệu hướng dẫn Tiếng Anh + Tiếng Việt Thông số kỹ thuật cơ bản: - Dải nhiệt độ: RT đến 600C - Thể tích bồn : ≥ 2 lít - Điều khiển: bằng Vi xử lý hoặc tương đương. Có thể lập trình nhiệt độ, ngày làm việc và thời gian làm việc, thời gian và ngày - Công suất : 300 W	Cái	1


 BỘ Y TẾ
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 4

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
4	Kính hiển vi 3 mắt	Cấu hình cung cấp bao gồm: - Máy chính với đầu quan sát ba đường truyền quang: 01 cái - Thị kính chống mốc 10X, đường kính vi trường 20 mm: 02 cái - Vật kính phẳng, chống mốc 4X/ 0.10, khoảng cách làm việc 27.8 mm: 01 cái - Vật kính phẳng, chống mốc 10X/ 0.25, khoảng cách làm việc 8 mm: 01 cái - Vật kính phẳng, chống mốc 40X/ 0.65, khoảng cách làm việc 0.6 mm: 01 cái - Vật kính phẳng, chống mốc "Plan Achromat" 100X/ 1.25, khoảng cách làm việc 0.13 mm: 01 cái - Nguồn đèn LED: 01 cái - Tụ quang dùng cho kỹ thuật trường sáng: 01 cái - Chai dầu soi 8cc: 01 lọ - Túi che bụi: 01 cái - Khóa lục giác: 01 cái - Dây điện nguồn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy: 01 bộ Tính năng kỹ thuật cơ bản: - Hệ thống quang học: loại Vô cực hoặc tương đương - Đầu quan sát loại 3 đường truyền quang chống mốc, bộ dẫn sáng (thị kính/cổng camera theo tỷ lệ 100/0 hoặc 0/100), khoảng cách điều chỉnh giữa 2 đồng tử: 48-75 mm, khoảng điều chỉnh Eyepoint: 375.0–427.9 mm - Thị kính chống mốc 10x với quang trường 20 mm - Ổ gắn vật kính: 4 vị trí. - Bàn sa trượt kích thước: khoảng 211 x 154 mm, có thể dịch chuyển theo hai chiều X – Y - Điều chỉnh tiêu cự: Điều chỉnh tiêu cự tinh/thô nhẹ dễ dàng, giới hạn điều chỉnh tiêu cự 15 mm, chu kỳ xoay của núm điều chỉnh thô là 36.8 mm. Độ chính xác của điều chỉnh tiêu cự tinh là 2.5µm - Tụ quang loại Abbe N.A.1.25 (khi dùng dầu soi) dùng kỹ thuật trường sáng hoặc tương đương - Hệ thống chiếu sáng theo phương pháp Koehler với nguồn sáng đèn LED hoặc tương đương	Cái	1

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
5	Tủ sấy Oven 70 lít	Cấu hình cung cấp - Máy chính: 01 máy - Kệ để dụng cụ: 2 cái - Tài liệu sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ Tính năng kỹ thuật cơ bản: - Dung tích: 70 lít - Phạm vi nhiệt độ: RT + 5 đến 2500C - Độ chính xác: 0.1°C - Phạm vi thời gian: 0-≤ 1000 phut - Số kệ: 2	Cái	1
6	Máy vùi mô	Cấu hình cung cấp bao gồm: - Máy điều phối: 01bộ - Máy làm lạnh: 01 bộ - Máy làm nóng: 01 bộ - Công tắc chân: 01 bộ - Giá giữ forceps: 01 bộ - 2 forceps(1 blunt, 1 pointed) - Dây nguồn: 01 sợi - Bộ tài liệu hướng dẫn Tiếng Anh + Tiếng Việt Thông số kỹ thuật cơ bản: - Tăng lên đến 80 ° C cho thùng chứa parafin - Tăng lên đến 70 ° C cho khu vực làm việc - Giảm xuống -10 ° C cho điểm làm mát - Thẻ tích chứa paraffin: ≥ 5 lít - Điểm làm mát: 50 x 50 mm - Bộ giữa kẹp: 2 x 4 có thể điều chỉnh - Công suất: 380 W	Cái	1
7	Bàn sấy lam	Cấu hình cung cấp bao gồm: - Máy chính : 01 bộ - Dây điện nguồn : 01 bộ - Bộ tài liệu hướng dẫn Tiếng Anh + Tiếng Việt Thông số kỹ thuật cơ bản: - Dải nhiệt độ: RT đến 600C - Số lam : ≥ 30 lam - Điều khiển: Vi xử lý. Lập trình nhiệt độ, ngày làm việc và thời gian làm việc, thời gian và ngày - Công suất : 600 W	Cái	1

TẾ
 VIỆN
 CY D
 CHỈ M
 C TP

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-.... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng (có khả năng cung ứng)	Đơn giá	Ghi chú ⁽¹⁾

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực⁽²⁾ ngày kể từ ngày báo giá.

¹ : Bảng biểu này chỉ có tính chất tham khảo, tùy từng loại hàng hóa cụ thể mà đơn vị có điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế. Đơn vị thực hiện lưu ý thống nhất nội dung của bảng này và bảng tại “Mẫu nhập liệu” khi áp dụng cho từng loại hàng hóa cụ thể.

²: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

