

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp thiết bị cho Da liễu – Thẩm mỹ da theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp thiết bị cho Da liễu – Thẩm mỹ da
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 10/05/2023
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Phạm Cao Lâm Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K22-281-pclam) (02).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC I
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 1087/BVĐHYD-VTTB ngày 25/04/2023)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy điều trị da bằng công nghệ IPL (Intense Pulsed Light)	• Yêu cầu về cấu hình: - Máy phát IPL: 01 cái - Tay cầm IPL: 01 cái - Bộ đầu lọc: 01 bộ - Bộ đầu dẫn sáng: 01 bộ - Kính bảo vệ bác sĩ: 02 cái - Kính bảo vệ bệnh nhân: 01 cái - Miếng bảo vệ đầu dẫn sáng: 02 cái - Xe đẩy: 01 cái • Yêu cầu về tính năng kỹ thuật: - Bước sóng ánh sáng trong khoảng từ ≤ 420 nm đến ≥ 1200 nm - Mật độ năng lượng trong khoảng từ ≤ 10 J/cm² đến ≥ 60 J/cm² - Độ dài xung điều chỉnh được trong khoảng từ ≤ 2 ms đến ≥ 22 ms - Thời gian phát giữa hai xung liên tục điều chỉnh được trong khoảng từ ≤ 5 ms đến ≥ 60 ms - Chế độ làm mát liên tục	Cái	1
2	Máy điều trị da bằng laser bước sóng kép (Erbium YAG và 1064 xung dài)	• Yêu cầu về cấu hình: - Máy chính tích hợp 2 nguồn laser: 01 cái - Tay cầm điều trị: 04 cái - Cánh tay khớp nối: 01 cái - Cáp dẫn truyền tia laser: 01 cái - Kính bảo vệ bác sĩ: 02 cái	Cái	1

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Kính bảo vệ bệnh nhân: 01 cái - Bàn đạp chân: 01 cái • Yêu cầu về tính năng kỹ thuật: - Bước sóng 1: + Năng lượng bước sóng trong khoảng từ $\leq 10 \text{ J/cm}^2$ đến $\geq 600 \text{ J/cm}^2$ + Tần số hoạt động của bước sóng trong khoảng $\leq 0,5 \text{ Hz}$ đến $\geq 100 \text{ Hz}$ + Công suất phát $\geq 80 \text{ W}$ + Năng lượng phát $\geq 50 \text{ J}$ + Độ dài xung trong khoảng từ $\leq 0,1 \text{ s}$ đến $\geq 60 \text{ s}$ - Bước sóng 2: + Năng lượng bước sóng trong khoảng từ $\leq 0,1 \text{ J/cm}^2$ đến $\geq 05 \text{ J/cm}^2$ + Tần số hoạt động của bước sóng trong khoảng $\leq 2 \text{ Hz}$ đến $\geq 50 \text{ Hz}$ + Công suất phát $\geq 20 \text{ W}$ + Năng lượng phát $\geq 03 \text{ J}$ + Độ dài xung trong khoảng từ $\leq 100 \mu\text{s}$ đến $\geq 500 \text{ ms}$		
3	Máy laser điều trị mạch máu	• Thiết bị đáp ứng tối thiểu các yêu cầu về ứng dụng trong kỹ thuật điều trị: - Các bệnh lý về mạch máu: U máu mạng nhện, u tĩnh mạch, u máu phẳng, u đỏ - Các thương tổn sắc tố, rối loạn sắc tố, vảy nến,...	Cái	1

Q Y
 ỆNH V
 : HỌC Y
 : HỒ CH
 ỨNG

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Yêu cầu về cấu hình: - Máy chính: 01 cái - Giá đỡ đầu điều trị: 01 cái - Bộ điều chỉnh kích thước vùng điều trị: 01 bộ - Đầu điều trị sợi quang: 01 cái - Bộ dung dịch làm lạnh đầu điều trị: 01 bộ - Dây nguồn: 01 cái - Bàn đạp: 01 cái - Kính bác sĩ: 02 cái - Kính bệnh nhân: 01 cái - Xe đẩy máy: 01 cái - Yêu cầu về tính năng kỹ thuật: - Thiết bị sử dụng công nghệ laser, có bước sóng hấp thụ hemoglobin - Độ dài xung : 40 ms - Cho phép thay đổi diện tích, kích thước vùng điều trị - Điều chỉnh được thời gian phun lạnh trong khoảng từ ≤ 20 ms đến ≥ 100 ms - Điều chỉnh được khoảng trễ thời gian phun lạnh trong khoảng từ ≤ 10 ms đến ≥ 100 ms		
4	Máy ánh sáng sinh học	- Yêu cầu về cấu hình: - Máy chính: 01 cái - Giá đỡ: 01 cái - Chân máy: 01 Cái - Bộ nguồn: 01 Cái - Cáp kết nối: 01 Cái	Cái	2

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Kính bệnh nhân: 01 Cái • Yêu cầu về tính năng kỹ thuật: - Thiết bị sử dụng công nghệ LED - Tối thiểu các bước sóng ánh sáng đáp ứng điều trị: ánh sáng xanh (420 nm), ánh sáng đỏ (635 nm) và ánh sáng vàng (590 nm). - Cường độ chiếu sáng trong khoảng: ≥ 20 mW/cm² đến ≤ 100 mW/cm² - Hệ thống làm mát bằng không khí hoặc cơ chế khác tương đương		
5	Máy điện di lạnh	• Yêu cầu về cấu hình: - Máy chính: 01 Bộ - Đầu điện di nóng/ lạnh : 01 cái - Giá đỡ tay cầm: 01 • Yêu cầu về tính năng kỹ thuật: - Tần số xung phát: ≥ 05 kHz - Nhiệt độ lạnh từ $\leq (-20) ^\circ\text{C}$ đến $\geq 10 ^\circ\text{C}$ - Nhiệt độ nóng từ $\leq 30 ^\circ\text{C}$ đến $\geq 40 ^\circ\text{C}$	Cái	2
6	Máy ly tâm	• Yêu cầu về cấu hình: - Máy chính: 01 cái - Ống đối trọng: 01 bộ • Yêu cầu về tính năng kỹ thuật: - Điều khiển bằng vi xử lý - Rotor góc: 8×15 ml - Tốc độ ly tâm tối đa ≥ 4000 vòng/phút - Thời gian ly tâm điều chỉnh được trong khoảng từ ≤ 01 phút đến ≥ 99 phút	Cái	1

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
7	Đèn khám treo tường	• Yêu cầu về cấu hình: - Chóa đèn: 01 cái - Tay nắm tiết trùng: 03 cái - Cánh tay treo tường: 01 cái - Bộ ốp tường cánh tay treo: 01 bộ • Yêu cầu về tính năng kỹ thuật: - Thiết bị sử dụng công nghệ LED - Số lượng bóng đèn LED trên chóa đèn: ≥ 15 bóng - Cường độ sáng: ≥ 60.000 Lux - Nhiệt độ màu trong khoảng từ ≥ 4000 K đến ≤ 5000 K - Tuổi thọ của bóng LED ≥ 50.000 giờ	Cái	4

Ghi chú: Nhà thầu gửi chào giá đính kèm chi tiết tính năng kỹ thuật của một hoặc nhiều danh mục.

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ					Hàng hóa chào giá												
TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tên hàng hóa	Model, mã hàng	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng có khả năng cung ứng	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Giá kê khai	Mã HS	Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1	Máy điều trị da bằng công nghệ IPL (Intense Pulsed Light)		cái	1													
2	Máy điều trị da bằng laser bước sóng kép (Erbium YAG và 1064 xung dài)		cái	1													
3	Máy laser điều trị mạch máu		cái	1													
4	Máy ảnh sáng sinh học		cái	2													
5	Máy điện di lạnh		cái	2													
6	Máy ly tâm		cái	1													
7	Đèn khám treo tường		cái	4													

CHỈ MINH

Công ty (Viết đúng trên dấu mộc của Công ty)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế

Số tài khoản:

Đại diện:

Email:

Tại Ngân hàng:

Chức vụ:

Ngày ... tháng ... năm ..

BẢNG BÁO GIÁ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty... kính gửi đến Quý Bệnh viện báo giá như sau:

Stt	Tên danh mục	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Chủng loại (Model) /Mã hàng	Năm sản xuất	Hãng/Nước sản xuất	Hãng/Nước chủ sở hữu	Mã HS	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu/Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Giá kê khai	Ghi
												Số QĐ/Hợp đồng	Ngày Quyết định/Hợp đồng	Giá trị		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
1		Đinh kèm phụ lục														

Ghi chú:

Đại diện công ty....
(Ký tên)

Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);

Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;

Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);

Thời hạn bảo hành (nếu có):tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;

Chi tiết phụ kiện (nếu có);

Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày.../.../20...;

Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;

Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;

Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.