

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 16.56../BVĐHYD-VTTB
V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp thiết bị cho Khoa Phụ sản, Sơ sinh (bổ sung) theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp thiết bị cho Khoa Phụ sản, Sơ sinh.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 15 giờ, ngày 20./6./2023
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Nguyễn An Duy Số điện thoại: 0985.719.324

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K18-190-naduy) (02).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ


(Kèm theo Công văn số 1656./BVĐHYD-VTTB ngày 09./06./2023)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh kèm bộ phụ kiện tích hợp cho hồi sức sơ sinh	1. Cấu hình cung cấp cho 01 thiết bị: - Máy chính: 01 cái - Phụ kiện kèm theo gồm: + Cảm biến nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 chiếc + Đèn thăm khám: 02 đèn + Đèn thủ thuật: 01 chiếc + Khay giường loại có thể xoay 360° kèm đệm giường loại phân bố áp lực: 01 bộ + Ngăn kéo đựng đồ và cọc gắn thiết bị phụ trợ: 01 bộ + Cân điện tử tích hợp: 01 bộ + Bộ hồi sức ngạt: 01 bộ + Bộ đo SpO2 tích hợp: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì (tài liệu kỹ thuật) tiếng Việt/tiếng Anh: 01 bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật: Bộ gia nhiệt - Chế độ làm nóng ban đầu: + Tự động chạy khi bật máy + Thời gian làm nóng đến mức công suất 100%: ≤ 5 phút + Không phát sinh báo động kiểm tra bệnh nhân khi chạy trong chế độ làm nóng. - Công suất của bộ gia nhiệt: ≥ 400W	Cái	03

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Sai số của nhiệt độ đo được: $\pm \leq 0.5^{\circ}\text{C}$ - Sai số của cảm biến nhiệt độ: $\pm \leq 0.1^{\circ}\text{C}$ trong khoảng 30 - 42°C Thông số của giường - Độ cao giường có thể điều chỉnh được. - Trọng lượng tối đa của bệnh nhân cho phép: $\geq 13\text{kg}$ Đèn thăm khám: Loại đèn Halogen hoặc LED, công suất $\geq 40\text{W}$ Đèn thủ thuật: - Cường độ sáng $\geq 2000\text{ Lux}$, - Tuổi thọ bóng đèn ≥ 3000 giờ Khay giường và đệm giường: - Đệm giường có thể xoay 360°, kéo được ra ngoài, hỗ trợ việc làm thủ thuật. - Đệm phân tán áp lực, hạn chế áp lực tì đè lên da của trẻ - Kích thước đệm: $\geq 65 \times 45 \times 4\text{cm}$ - Khoảng cách từ mặt giường xuống sàn có thể điều chỉnh: từ $\leq 85 - \geq 105\text{ cm}$ - Độ nghiêng liên tục của giường: $\pm \geq 12^{\circ}$ Ngăn kéo và cộc gắn thiết bị phụ trợ: - Tải trọng của ngăn kéo tiêu chuẩn: $\geq 6\text{kg}$ - Tải trọng tối đa của giá đỡ thiết bị phụ trợ: $\geq 20\text{kg}$ Cân điện tử tích hợp: - Sai số: $\pm \leq 10\text{ g}$ - Phạm vi cân: $\leq 300\text{g} - \geq 7\text{kg}$ - Lưu trữ và hiển thị dưới dạng biểu đồ: ≥ 14 kết quả đo Bộ hồi sức ngạt:		

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Áp suất khí đầu vào: $\leq 40 - \geq 75$ psi - Lưu lượng khí đầu vào tối thiểu: ≥ 70 lít/phút - Hệ thống hút chân không: + Dải: $0 - \geq 150$ mmHg + Độ chính xác: $\pm \leq 5\%$ của toàn thang đo - Điều chỉnh áp lực đỉnh thở vào (PIP): + Mức PIP tối đa khoảng: $\geq 45 \pm 5$ cmH₂O + Lưu lượng khí: ≥ 15 lít/phút - Lưu lượng kế: + Dải điều chỉnh: $0 - \geq 15$ lít/phút + Độ chính xác: $\pm \leq 2$ lít/phút - Bộ trộn không khí/O₂: + Dải điều chỉnh: $\leq 21-100\%$ O₂ + Độ chính xác: $\pm \leq 5\%$ O₂ - Đồng hồ đo áp lực đường khí: + Dải hiển thị: $\leq -10 - \geq 80$ cmH₂O + Độ chính xác: $\pm \leq 5\%$ của toàn thang đo Bộ đo SpO₂ tích hợp: - Phạm vi đo: + SpO₂: $\leq 30 - 100\%$ + Nhịp mạch: $\leq 25 - \geq 240$ bpm - Độ chính xác SpO₂: $\pm \leq 3\%$ - Độ chính xác của nhịp mạch: $\pm \leq 5$ bpm		
2	Lồng ấp	Cấu hình cung cấp cho 01 thiết bị: - Lồng ấp: 01 cái	Cái	02

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Khay giường kèm nệm: 01 bộ - Khay chụp X-quang: 01 cái - Cảm biến nhiệt độ cho trẻ dùng nhiều lần: 01 cái - Cân điện tử tích hợp - Bộ làm ấm điều khiển tự động đồng bộ với máy chính kèm khay chứa nước: 01 bộ - Bảng điều khiển chức năng đồng bộ với máy chính: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì (tài liệu kỹ thuật) tiếng Việt/tiếng Anh: 01 bộ Chỉ tiêu kỹ thuật: - Dải nhiệt độ cho trẻ: ≤ 35 độ C đến ≥ 37 độ C - Dải nhiệt độ lồng ấp: ≤ 25 độ C đến ≥ 37 độ C - Kiểm soát độ ẩm lồng ấp: ≤ 35 đến $\geq 90\%$ - Kích thước nệm (Dài $\times$ Rộng): ≥ 600 mm $\times$ 390 mm - Nệm có cơ chế phân tán lực, hạn chế lực tì đè lên da của trẻ - Góc nghiêng mặt nệm $\geq 12^\circ$, điều chỉnh bằng điện - Khay X-quang có thể kéo ra ≥ 1 phía - Bộ làm ấm có khay chứa nước dung tích ≥ 1000 ml - Phạm vi cân: ≤ 300g đến ≥ 7 kg - Bộ lọc không khí: màng lọc $\leq 0,5\mu$, hiệu suất lọc $\geq 99\%$ - Bảng điều khiển và hiển thị thông số bằng chức năng cảm ứng, kích thước ≥ 7 inch: + Cài đặt được các thông số: nhiệt độ của lồng ấp, nhiệt độ của trẻ		



TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Hiển thị được các thông số: nhiệt độ của lồng ấp, nhiệt độ của trẻ - Có chức năng bảo vệ mất nhiệt khi mở cửa lồng và làm thao tác thủ thuật - Cảnh báo bằng âm thanh và tín hiệu trên bảng điều khiển hoặc đèn báo tối thiểu các trường hợp: + Lỗi hệ thống + Lỗi đầu dò nhiệt độ + Nhiệt độ của lồng ấp đo được thấp hoặc cao hơn so với nhiệt độ cài đặt vượt giới hạn an toàn + Nhiệt độ của trẻ thấp hoặc cao hơn so với nhiệt độ cài đặt: $\pm \leq 1$ độ C + Mức nước trong bình làm ẩm thấp so với mức cho phép - Xe đẩy kèm 04 bánh xe tích hợp đồng bộ với máy chính, chức năng khóa cố định ≥ 2 bánh xe		

Ghi chú: Nhà thầu có thể chào một hoặc nhiều danh mục và đính kèm chi tiết tính năng kỹ thuật của danh mục. Thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung ứng chào giá. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà cung ứng có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung ứng phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.



Công ty (Viết đúng trên dấu mộc của Công ty)
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã số thuế
Số tài khoản:
Đại diện:
Email:
Tại Ngân hàng:
Chức vụ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty... kính gửi đến Quý Bệnh viện báo giá như sau:

Stt	Tên danh mục	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Chủng loại (Model) /Mã hàng	Năm sản xuất	Hãng/Nước sản xuất	Hãng/Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Mã HS	Quyết định trúng thầu/Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Ghi chú
												Số QD/Hợp đồng	Ngày Quyết định/Hợp đồng	Giá trị	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		Đính kèm phụ lục													

Ghi chú:
Đại diện công ty....
(Ký tên)
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);
Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);
Thời hạn bảo hành (nếu có):tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
Chi tiết phụ kiện (nếu có);
Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày.../.../20...;
Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;
Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.
Chân thành cảm ơn.