

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 1847./BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Mua sắm máy đo điện tim và máy sốc tim.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 15 giờ, ngày 07/07/2023.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.

Người liên hệ: CN. Phạm Đức Minh

Số điện thoại: 028 3952 5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K19-095-pdminh) (02).



BM: CVĐT.01(1)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
TP. HỒ CHÍ MINH
Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC 1. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 1847/BVĐHYD-VTTB ngày 26. tháng 06 năm 2023)

STT	Danh mục mời chào giá	Tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy đo điện tim (Tối thiểu 6 kênh)	Chi tiết theo Phụ lục 2	Cái	07
2	Máy sốc tim lưỡng pha		Cái	05

12
NH
HQT
HỒ C
QU

PHỤ LỤC 2. CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 1847/BVĐHYD-VTTB ngày 16 tháng 06 năm 2023)

1. Máy đo điện tim (Tối thiểu 6 kênh)

STT	Cấu hình tiêu chuẩn		Đơn vị tính	Số lượng
1	Yêu cầu chung	- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2022 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương. - Điện áp 220-240V, 50Hz. - Môi trường hoạt động: • Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C • Độ ẩm tối đa đến: $\geq 75\%$ - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng	Cái	07
2	Yêu cầu cấu hình	Cấu hình cung cấp cho 01 thiết bị: - Máy chính: 01 bộ - Dây điện tim: 01 bộ - Điện cực hút ngực: 01 bộ - Điện cực kẹp chi: 01 bộ - Cuộn giấy ghi theo máy: 01 cái - Đầu in nhiệt: 01 bộ - Xe để máy và cây treo dây inox: 01 cái		
3	Máy chính	- Màn hình hiển thị: Tối thiểu màn hình màu LCD, kích thước ≥ 14 cm - Hiển thị thông số: sóng điện tim, thông tin bệnh nhân, cài đặt chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, thông báo lỗi, trạng thái tiếp xúc điện cực, nhiều. - Màn hình hiển thị cảm ứng và phím bấm - Số kênh xử lý 6, 12 kênh		

STT	Cấu hình tiêu chuẩn		Đơn vị tính	Số lượng
		- Cổng kết nối truyền dữ liệu: Cổng Lan, USB - Có các bộ xử lý lọc nhiễu - Chuẩn dữ liệu đầu ra Dicom - Số chuyển đạo in tối thiểu 6 chuyển đạo - Thông số in: sóng điện tim, nhịp tim, phiên bản phần mềm, ngày và giờ, tốc độ giấy, độ nhạy, tên đạo trình, bộ lọc, thông tin bệnh nhân (số thứ tự ID, giới tính, tuổi), đánh dấu sự kiện, tiếp xúc điện cực, nhiễu. - Kích thước, chất liệu loại giấy ghi - Pin: Dung lượng ≥ 1.600 mAh		

2. Máy sốc tim lưỡng pha

STT	Cấu hình tiêu chuẩn		Đơn vị tính	Số lượng
1	Yêu cầu chung	- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2022 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương. - Điện áp 220-240V, 50Hz. - Môi trường hoạt động: • Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C • Độ ẩm tối đa đến: $\geq 75\%$ - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng	Cái	05
2	Yêu cầu cấu hình	Cấu hình cung cấp cho 01 thiết bị: - Máy chính: 01 bộ - Cáp đo điện tim 3 chuyển đạo: 01 bộ - Cuộn giấy ghi theo máy: 01 cái		

STT	Cấu hình tiêu chuẩn		Đơn vị tính	Số lượng
		- Đầu in nhiệt: 01 bộ - Pin sạc: 01 bộ - Bản sọc dán dành cho tạo nhịp: 01 bộ - Bản sọc ngoài dành cho người lớn, trẻ em: 01 bộ - Bản sọc trong: 01 bộ - Adaptor cho bản sọc ngoài và trong: 01 bộ - Xe để máy: 01 cái		
3	Máy chính	- Kích thước màn hình ≥ 6.5 inch - Độ phân giải màn hình: $\geq 640 \times 480$ pixels - Chất liệu màn hình: tối thiểu màn hình màu LCD hoặc tương đương - Có hiển thị các thông số: nhịp tim, SpO2 (%), nhịp mạch, EtCO2, nhịp thở - Kiểu đánh sọc: Bằng tay, đồng bộ, đánh sọc tự động, đánh sọc qua da - Loại pin: Tối thiểu NiMH - Dung lượng pin $\geq 2.800\text{mAh}$		

Ghi chú: Thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung ứng chào giá. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà cung ứng có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung ứng phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.

3. Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng.
- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng.

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.
- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.
- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 10 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành.
- Thời gian cung cấp hàng ≤ 3 tháng kể từ ngày có hiệu lực của hợp đồng.
- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.
- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.
- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.
- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại đơn vị sử dụng - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Mã HS	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng (có khả năng cung ứng)	Đơn giá	Ghi chú ⁽¹⁾
1	1	Máy đo điện tim (Tối thiểu 6 kênh)										
2	2	Máy sốc tim lưỡng pha										

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực⁽²⁾ ngày kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

¹ : Bảng biểu này chỉ có tính chất tham khảo, tùy từng loại hàng hóa cụ thể mà đơn vị có điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế. Đơn vị thực hiện lưu ý thống nhất nội dung của bảng này và bảng tại “Mẫu nhập liệu” khi áp dụng cho từng loại hàng hóa cụ thể.

²: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

