

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thẩm định giá trang thiết bị y tế theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá trang thiết bị y tế.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 11 giờ, ngày 07/7/2023
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Phạm Cao Lâm

Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm, các tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K22-281-pelam) (02).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Tấn



PHỤ LỤC 1– DANH MỤC DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 1920/BVĐHYD-VTTB ngày 30/6/2023.)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Yêu cầu về cung cấp dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dịch vụ thẩm định giá trang thiết bị y tế	- Phạm vi công việc đối với nhà thầu: + Xác định giá trị hàng hóa để làm cơ sở duyệt dự toán gói thầu; + Đảm bảo phạm vi, khối lượng công việc tính toán trong dự toán là phù hợp; + Phương pháp lập dự toán của đơn vị, bộ phận tư vấn phù hợp với các quy định của luật pháp hiện hành. - Nhiệm vụ cụ thể của nhà thầu: + Thẩm định giá tất cả hàng hóa tuân thủ theo: Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. - Đối tượng thẩm định giá: Theo Phụ lục 2.	Gói	01



PHỤ LỤC 1– DANH MỤC DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 1920/BVDHYD-VTTB ngày 30/6/2023.)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Yêu cầu về cung cấp dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dịch vụ thẩm định giá trang thiết bị y tế	- Phạm vi công việc đối với nhà thầu: + Xác định giá trị hàng hóa để làm cơ sở duyệt dự toán gói thầu; + Đảm bảo phạm vi, khối lượng công việc tính toán trong dự toán là phù hợp; + Phương pháp lập dự toán của đơn vị, bộ phận tư vấn phù hợp với các quy định của luật pháp hiện hành. - Nhiệm vụ cụ thể của nhà thầu: + Thẩm định giá tất cả hàng hóa tuân thủ theo: Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. - Đối tượng thẩm định giá: Theo Phụ lục 2.	Gói	01



PHỤ LỤC 2 – DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Công văn số 1920/BVĐHYD-VTTB ngày 30/06/2023)

TT	Tên danh mục thẩm định giá hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy ánh sáng xung cường độ cao (Intense Pulsed Light – IPL)	- Yêu cầu về cấu hình: + Máy chính: 01 cái + Tay cầm IPL: 01 cái + Bộ kính lọc ánh sáng: 01 bộ + Bộ đầu dẫn sáng: 03 bộ + Kính bảo vệ bác sĩ: 02 cái + Kính bảo vệ bệnh nhân: 01 cái + Bộ bảo vệ đầu dẫn sáng: 01 bộ + Dây nguồn: 01 bộ + Xe đẩy máy: 01 bộ + Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ - Chỉ tiêu kỹ thuật: + Thiết bị phát ra ánh sáng có nhiều bước sóng khác nhau, dải bước sóng trong khoảng từ ≤ 420 nm đến ≥ 1200 nm + Khả năng lọc ánh sáng ở nhiều bước sóng khác nhau, tối thiểu ≥ 07 tùy chọn + Mật độ năng lượng có thể điều chỉnh trong khoảng từ ≤ 10 J/cm² đến ≥ 55 J/cm² + Thời gian phát xung có thể điều chỉnh trong khoảng từ ≤ 4 ms đến ≥ 20 ms	Cái	01

TT	Tên danh mục thẩm định giá hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Thời gian giữa hai lần phát xung có thể điều chỉnh trong khoảng từ ≤ 5 ms đến ≥ 150 ms + Tần số lặp xung ≥ 1 Hz + Diện tích vùng điều trị có thể thay đổi theo yêu cầu của người dùng bằng cách thay đổi bộ đầu dẫn sáng ≥ 03 tùy chọn + Màn hình cảm ứng, điều khiển và hiển thị thông số tích hợp trên máy chính + Hiển thị được thông số số lượng xung phát trong một ca điều trị + Cho phép tùy chọn thông số điều trị theo từng loại bề mặt da khác nhau + Nút dừng khẩn cấp chu trình đang chạy tích hợp trên máy chính + Đèn báo phát xung được tích hợp trên máy chính hoặc hiển thị trên màn hình		
2	Máy laser sóng kép	- Yêu cầu về cấu hình: + Máy chính: 01 cái + Tay điều trị với các kích cỡ: 04 cái + Cánh tay khớp nối: 01 cái + Kính bảo vệ bác sĩ: 02 cái + Kính bảo vệ bệnh nhân: 01 cái + Bộ điều khiển bằng chân: 01 cái + Xe đẩy máy: 01 cái + Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ - Chỉ tiêu kỹ thuật: + Thông số bước sóng 1	Cái	01

TT	Tên danh mục thẩm định giá hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
		• Bước sóng laser Nd:YAG 1064 nm • Mật độ năng lượng điều chỉnh trong khoảng từ ≤ 10 J/cm² đến ≥ 400 J/cm² • Tần số lặp xung điều chỉnh trong khoảng từ ≤ 1 Hz đến ≥ 20 Hz • Công suất phát tối đa: ≥ 80 W • Năng lượng phát tối đa: ≥ 50J • Độ rộng xung điều chỉnh trong khoảng từ ≤ 0.1 ms đến ≥ 50 ms + Thông số bước sóng 2 • Bước sóng laser Er:YAG 2940 nm • Mật độ năng lượng điều chỉnh trong khoảng từ $\leq 0,1$ J/cm² đến ≥ 5 J/cm² • Tần số lặp xung điều chỉnh trong khoảng từ ≤ 2 Hz đến ≥ 50 Hz • Công suất phát: ≥ 20 W • Năng lượng phát: ≥ 3 J • Độ rộng xung điều chỉnh trong khoảng từ $\leq 0,1$ ms đến ≥ 1 ms + Các tính năng khác • Màn hình cảm ứng, điều khiển và hiển thị thông số tích hợp trên máy chính • Cho phép chọn nguồn phát xung trên màn hình hiển thị • Hiển thị được thông số số lượng xung phát trong một ca điều trị • Nút dừng khẩn cấp chu trình đang chạy tích hợp trên máy chính		

TT	Tên danh mục thẩm định giá hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
		Đèn báo phát xung được tích hợp trên máy chính hoặc hiển thị trên màn hình		
3	Máy laser mạch máu	Yêu cầu về cấu hình: - Máy chính: 01 cái - Tay trị liệu: 01 cái - Sợi quang dẫn xung: 01 cái - Đầu chiếu các kích cỡ: 08 bộ - Giá đỡ tay trị liệu: 01 cái - Kính bảo vệ bác sĩ: 02 cái - Kính bảo vệ bệnh nhân: 01 cái - Dung dịch làm mát: 10 chai - Dây nguồn: 01 bộ - Xe đẩy máy: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ Chỉ tiêu kỹ thuật: - Thiết bị vận hành bằng laser xung màu (PDL) với bước sóng 595 nm - Thiết bị đáp ứng được điều trị các bệnh lý mạch máu: u mạng nhện, u mạch máu, u máu phẳng, u đỏ; các tổn thương sắc tố, rối loạn sắc tố, vảy nến - Mật độ năng lượng của xung trong khoảng từ $\leq 10 \text{ J/cm}^2$ đến $\geq 40 \text{ J/cm}^2$ - Độ rộng xung điều chỉnh trong khoảng từ $\leq 0,5 \text{ ms}$ đến $\geq 40 \text{ ms}$		

TT	Tên danh mục thẩm định giá hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Tính năng làm lạnh bề mặt da tích hợp trên tay trị liệu và đồng bộ với máy chính + Thời gian phun lạnh trước khi phát xung có thể điều chỉnh trong khoảng: từ ≤ 20 ms đến ≥ 100 ms + Thời gian phun sau khi phát xung có thể điều chỉnh trong khoảng: từ ≤ 10 ms đến ≥ 100 ms + Đầu chiếu với nhiều kích thước điểm điều trị khác nhau từ ≤ 3 mm đến ≥ 12 mm, ≥ 08 tùy chọn + Nút dừng khẩn cấp an toàn tích hợp trên máy chính hoặc trên màn hình hiển thị + Màn hình cảm ứng, điều khiển và hiển thị thông số tích hợp trên máy chính + Hiển thị được thông số số lượng xung phát trong một ca điều trị + Hiển thị được bảng thông số thể hiện số xung phát ra, mật độ năng lượng, thời gian phát xung, thời gian phun lạnh sau khi kết thúc ca điều trị + Đèn báo phát xung được tích hợp trên máy chính hoặc hiển thị trên màn hình		

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-.... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ					DỊCH VỤ CHÀO GIÁ					
TT	Tên danh mục mời chào giá	Yêu cầu về cung cấp dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT) (VND)	Thành tiền (có VAT) (VND)	Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)



BM: CVĐT.03(1)



Ghi chú:

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến điểm điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);
- Báo giá này có hiệu lực ngày kể từ ngày báo giá.

Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

Chân thành cảm ơn.