

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp thiết bị cho Khoa Phụ sản, Sơ sinh theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp thiết bị cho Khoa Phụ sản, Sơ sinh.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 15 giờ, ngày 21/7/2023
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Nguyễn An Duy Số điện thoại: 0985.719.324

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:


- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K18-190-naduy) (02).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Phạm Văn Tấn





PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 2042./BVĐHYD-VTTB ngày 11/...7./2023)


TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy bơm và hút dịch tự động dùng trong nội soi sản phụ khoa	Cấu hình cung cấp cho 01 thiết bị: - Máy chính: 01 bộ - Phụ kiện kèm theo gồm: + Bộ dây cho hút dịch, cho dùng 1 lần: 10 cái + Bộ dây cho tưới rửa, kiểm soát áp lực, cho dùng 1 lần: 10 cái + Cáp điều khiển để kết nối máy bơm với hệ thống bơm hút dịch: 01 cái + Lọc giữ mô, sử dụng 1 lần: 10 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì (tài liệu kỹ thuật) tiếng Việt/tiếng Anh: 01 bộ Chỉ tiêu kỹ thuật: - Màn hình hiển thị TFT - Điều khiển qua màn hình cảm ứng - Chức năng bơm dịch được thực hiện bởi bơm cuộn tròn để kiểm soát áp lực - Chế độ hoạt động: tưới rửa, kiểm soát áp lực - Lưu lượng bơm: $\leq 10 - \geq 180$ ml/phút - Lưu lượng hút : $\leq 100 - \geq 300$ ml/phút - Áp lực tưới rửa tối đa: $\leq 20 - \geq 150$ mmHg - Mặt trước hiển thị thông số:	Cái	01



Handwritten signature or mark.

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Lưu lượng cài đặt + Lưu lượng thực tế		
2	Máy bào mô sản khoa	Cấu hình cung cấp cho 01 thiết bị: - Máy chính: 01 cái - Phụ kiện kèm theo gồm: + Dây điện nguồn: 01 cái + Bàn đạp đơn: 01 cái + Tay bào mô: 01 cái + Nắp đậy chặn nước, dùng 1 lần: 10 cái + Kẹp phẫu tích: 01 cái + Vòng đệm: 05 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì (tài liệu kỹ thuật) tiếng Việt/tiếng Anh: 01 bộ Chỉ tiêu kỹ thuật: - Phạm vi vòng quay thay đổi liên tục - Cài đặt trước số vòng quay tối đa - Bộ xử lý điều khiển số vòng quay và mô-men động cơ - Tự động nhận diện tay cầm - Tích hợp kết nối điều khiển cho máy bơm và hút dịch tự động dùng trong nội soi sản phụ khoa - Sử dụng với tay bào mô - Có kết nối với kênh truyền dữ liệu	Cái	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Chế độ hoạt động: + Dao động (bào mô) + Theo chiều kim đồng hồ - Vòng quay tối đa: ≥ 40.000 vòng/ phút - Tay bào mô: - Đường kính 12mm - Motor trục rỗng - Công suất hoạt động tối đa do momen xoắn đạt tới ≥ 0.5 Nm - Có thể hấp khử trùng được - Số vòng quay có thể điều chỉnh liên tục từ ≤ 500 - ≥ 1200 vòng/phút - Dây nối được tích hợp trong tay bào - Vỏ ngoài của tay bào bằng hợp kim nhôm hoặc tương đương/ tốt hơn - Lực cắt tối đa ≥ 20N - Nguyên lý bóc vỏ và bảo vệ mô với đầu xa của vỏ ngoài được vát xiên.		
3	Dao mổ điện cao tần lưỡng cực	Cấu hình cung cấp cho 01 thiết bị: - Máy chính: 01 Cái - Phụ kiện kèm theo gồm: + Dây điện nguồn: 01 cái + Bộ phận điều khiển bằng chân với 2 bàn đạp: 01 bộ + Bàn điện cực trung tính: 01 cái	Cái	01



TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Dây nối với bản điện cực trung tính: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì (tài liệu kỹ thuật) tiếng Việt/tiếng Anh: 01 bộ Chỉ tiêu kỹ thuật: - Cắt lưỡng cực trong môi trường nước muối - Công suất ra của máy: + Đơn cực: công suất tối đa ≥ 400 W + Lưỡng cực: công suất tối đa ≥ 400 W - Màn hình màu cảm ứng ≥ 9 inch - Tự động hút khói khi kết hợp với máy hút khói - Chế độ đơn cực: + Cắt đơn cực: ≥ 10 chế độ + Đốt đơn cực: ≥ 10 chế độ - Chế độ lưỡng cực: + Cắt lưỡng cực: ≥ 4 chế độ + Đốt lưỡng cực: ≥ 10 chế độ		

Ghi chú: Nhà thầu có thể chào một hoặc nhiều danh mục và đính kèm chi tiết tính năng kỹ thuật của danh mục. Thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung ứng chào giá. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà cung ứng có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung ứng phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số 2042/BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Model, mã hàng	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Hãng/Nước sản xuất	Hãng/Nước chủ sở hữu	ĐVT	Số lượng	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Mã HS	Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1	1	Máy bơm và hút dịch tự động dùng trong nội soi sản phụ khoa											
2	2	Máy bào mô sản khoa											
3	3	Dao mổ điện cao tần lưỡng cực											

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.



BM: CVĐT.03(1)

