

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh kèm bộ phụ kiện cho hồi sức sơ sinh.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM
- Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 04./11./2024
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Nguyễn An Duy Số điện thoại: 0985.719.324

10. Yêu cầu khác:
Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:
 - + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
 - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
 - + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:


- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K18-190-naduy) (02).

TUO. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh





PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 5921./BVĐHYD-VTTB ngày 25.../10/2024)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh kèm bộ phụ kiện cho hồi sức sơ sinh	Cấu hình cung cấp cho 01 thiết bị: - Máy chính: - Đèn thăm khám: 02 cái - Đèn thủ thuật: 01 cái - Khay giường kèm đệm giường: 01 cái - Khay chụp X-quang: 1 cái - Ngăn kéo đựng đồ: 01 cái - Cân điện tử tích hợp: 01 cái - Đồng hồ đếm Apgar: 01 cái - Phụ kiện kèm theo gồm: - Bộ hồi sức sơ sinh: 1 bộ - Bộ hút dịch: 1 bộ - Bộ đo SpO2 và điện tim ECG: 1 bộ - Cảm biến nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 cái - Giá đỡ monitor: 1 cái - Cọc gắn thiết bị phụ trợ: 1 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì (tài liệu kỹ thuật) tiếng Việt/tiếng Anh: 01 bộ II. Chỉ tiêu kỹ thuật: Bộ gia nhiệt - Chế độ làm nóng ban đầu: - Thời gian làm nóng đến mức công suất 100%: ≤ 5 phút - Cung cấp nhiệt đồng đều lên giường nhưng không làm nóng môi trường xung quanh - Công suất của bộ gia nhiệt: ≥ 360W - Dải điều chỉnh kiểm soát nhiệt độ của trẻ: ≤ 35 độ C đến ≥ 37 độ C - Dải nhiệt độ đo được của cảm biến: ≤ 30 độ C đến ≥ 40 độ C - Sai số của nhiệt độ đo được: ± ≤ 0,3 độ C - Chế độ điều khiển: 2 chế độ, tự động và thủ công	Cái	02



TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Chế độ điều chỉnh nhiệt thủ công: điều chỉnh từ 0 – 100%. Bước điều chỉnh $\leq 5\%$ + Chế độ điều chỉnh tự động theo thân nhiệt trẻ: ≤ 35 độ C đến ≥ 37 độ C. Bước điều chỉnh $\leq 0,1$ độ C Hệ thống cảnh báo - Cảnh báo khi có lỗi hệ thống - Có tính năng tắt tiếng báo động qua cảm biến, không cần chạm Đồng hồ đếm Apgar - Hiện thị thời gian đếm Thông số của giường, khay giường, đệm giường và khay X-quang - Khoảng cách từ mặt giường xuống sàn có thể điều chỉnh: từ $\leq 90\text{cm}$ đến $\geq 105\text{ cm}$ - Độ nghiêng liên tục của giường: $\pm \geq 10$ độ - Trọng lượng tối đa của bệnh nhân cho phép: $\geq 10\text{ kg}$ - Kích thước đệm $\leq 40\text{cm} \times \geq 60\text{cm}$ - Khay X-quang có thể kéo ra được Đèn thăm khám: Loại đèn Halogen/thạch anh công suất $\geq 30\text{W}$ hoặc LED công suất $\geq 4\text{W}$, cường độ sáng $\geq 400\text{ lux}$ Đèn thủ thuật - Cường độ sáng $\geq 2000\text{ Lux}$ Ngăn kéo, giá đỡ và cộc gắn thiết bị phụ trợ: - Tải trọng của ngăn kéo tiêu chuẩn: $\geq 3\text{ kg}$ - Tải trọng tối đa của giá đỡ thiết bị phụ trợ: $\geq 6\text{ kg}$ Cân điện tử tích hợp - Sai số: $\pm \leq 10\text{ g}$ - Phạm vi cân: $\leq 300\text{g}$ đến $\geq 7\text{kg}$ Bộ hút dịch - Áp kế hút: 0 đến $\geq 180\text{ mmHg}$ - Bình hút dịch: $\geq 500\text{ml}$ Bộ hồi sức - Áp suất khí đầu vào: $\leq 40 - \geq 60\text{ psi}$ - Hệ thống hút chân không: 0 - $\geq 150\text{ mmHg}$ - Điều chỉnh áp lực đỉnh thở vào (PIP): + Mức PIP tối đa khoảng: $\geq 45\text{ cmH}_2\text{O}$		

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Lưu lượng khí: ≥ 15 lít/phút - Lưu lượng kế: + Dải điều chỉnh: $0 - \geq 15$ lít/phút + Độ chính xác: $\pm \leq 2$ lít/phút - Bộ trộn không khí/O₂: + Dải điều chỉnh: $\leq 21-100\%$ O₂ + Độ chính xác: $\pm \leq 5\%$ O₂ - Đồng hồ đo áp lực đường khí: + Dải hiển thị: $\leq -10 - \geq 80$ cmH₂O + Độ chính xác: $\pm \leq 5\%$ Bộ đo SpO₂ và điện tim ECG - Phạm vi đo: + SpO₂: $\leq 30 - 100\%$ + Nhịp mạch: ≤ 25. Đến ≥ 240 bpm - Độ chính xác SpO₂ đo cho trẻ sơ sinh: $\pm \leq 3\%$ - Độ chính xác của nhịp mạch đo cho trẻ sơ sinh: $\pm \leq 5$ bpm - Có hiển thị điện tim		



CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-.... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Model	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu/ Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Mã HS của hàng hóa	Ghi chú
										Số QĐ/ Hợp đồng	Ngày QĐ/ Hợp đồng	Giá trị		
		Đính kèm phụ lục												

Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến điểm điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);



CHỈ MÌNH

- Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Thời hạn bảo hành (nếu có): tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
- Chi tiết phụ kiện (nếu có);
- Báo giá này có hiệu lực tháng kể từ ngày báo giá;
- Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
- Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.