

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2024 (bổ sung) theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2024 (bổ sung)
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 6 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 9... giờ, ngày 29.../10.../2024
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị (Tổ Vật tư y tế tiêu hao), Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Đường Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Loan

Số điện thoại: 028.3952.5243

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (B12-089-btmtram).

TUỶ GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



CÔNG TY.....
 MÃ SỐ THUẾ:
 ĐỊA CHỈ:
 SỐ ĐIỆN THOẠI NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo Công văn mời chào giá số/BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:


STT	DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ		HÀNG HÓA CHÀO GIÁ														Ghi chú
	STT trong danh mục mời chào giá	Tên danh mục mời chào giá	Tên thương mại	Chủng loại/ Mã hàng	Đặc tính kỹ thuật	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng chủ sở hữu	Nước chủ sở hữu	Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng có khả năng cung ứng	Đơn giá chưa VAT (VND)	Đơn giá có VAT (VND)	Mã HS (HS Code)	
1																	Hợp đồng trúng thầu số...ngày... tại Bệnh viện... , giá trúng thầu: ... (nếu có)
			Lưu ý: Thông tin chào giá của hàng hóa phải thống nhất với thông tin hàng hóa đã được BHXH duyệt theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021														

- Báo giá này có hiệu lựctháng kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác của Công ty (nếu có):

Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (Ký tên và đóng dấu)



BM: CVDT.03(1)



Signature

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ				
TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Phin lọc bạch cầu chiết tiểu cầu dùng trong truyền tiểu cầu	Phin lọc bạch cầu chiết tiểu cầu dùng trong truyền tiểu cầu - Vỏ ngoài bằng Polycarbonate cứng, bộ lọc bằng microporous polyurethane - Kiểu màng lọc 3 chiều, năng lực lọc bạch cầu lọc tới 10 đơn vị tiểu cầu - Thể tích mỗi ≤ 17ml - Tiệt khuẩn	Cái	90
2	Khóa ba ngã	Khóa ba ngã - Chất liệu: Polyamide/Polycarbonate, nút đẩy bằng Polypropylene - Gồm 1 đầu male khóa xoay luer tương thích với hệ thống catheter, 2 đầu female luer lock tương thích với hệ thống dây truyền hoặc bơm tiêm, nút xoay được 360 độ - Chịu được áp lực ≥ 2 bar hoặc tương đương - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO	Cái	50.000
3	Quả lọc thận nhân tạo dùng lọc máu liên tục cho người bệnh trẻ em <11kg có suy thận cấp	Quả lọc thận nhân tạo dùng lọc máu liên tục cho người bệnh trẻ em <11kg có suy thận cấp - Chất liệu màng lọc bằng PolyArylEtherSulfone - Vỏ và đầu quả lọc bằng Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn bằng PVC; Cartrige bằng PETG - Thể tích máu trong bộ quả lọc 60ml (± 10%) - Diện tích màng: 0.2m ² - Tốc độ dòng máu: 20 - 100ml/phút - Thể tích mỗi máu (Chi ở quả lọc): 17ml - TMP tối đa: 500mmHg/67kPa - Hệ thống dây dẫn đi kèm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tương thích với máy lọc máu Prismaflex của Bệnh viện	Bộ	20
4	Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động trọng lượng 22 - 23g kèm dây điện cực tạo nhịp bó His hoặc bó trái kích thước ≤ 4.1F	Máy tạo nhịp 2 buồng, có đáp ứng nhịp theo vận động. cho phép chụp MRI toàn thân 3T - Chất liệu: Titanium, Polyurethane, Silicone - Thể tích trong khoảng 12.1 cm ³ , trọng lượng trong khoảng 22 - 23g - Tuổi thọ pin trung bình lên đến 11 năm - Bao gồm: máy, dây dẫn, kim chọc - Kèm dây điện cực HIS/ bó trái kích thước 4.1F Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	Bộ	12
5	Máy tạo nhịp 1 buồng không dây, tương thích MRI 3T toàn thân. Thể tích ≤ 0.8 cc	Máy tạo nhịp 1 buồng không dây, tương thích MRI 3T toàn thân - Tạo nhịp tim 1 buồng không dây, có đáp ứng nhịp. - Thể tích máy ≤ 0.8 cc, trọng lượng ≤ 1.75 gram. - Tự động theo dõi và điều chỉnh ngưỡng nhận cảm. - Có tính năng quản lý tạo nhịp thất. - Tuổi thọ pin ≥ 10 năm. Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu)	Cái	3

