

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 57.95./BVĐHYD-VTTB
V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp bàn mô tổng quát kèm phụ kiện cho Cơ sở 2.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 31/10/2024
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Phạm Cao Lâm

Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K22-281-pclam) (02).

**TU. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ**



Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 5795/BVĐHYD-VTTB ngày 21./10./2024)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bàn mô tổng quát	1. Yêu cầu chung – Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2024 trở về sau – Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu – Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/13485 2. Yêu cầu cấu hình – Bàn mô tổng quát điều khiển điện thủy lực (trụ bàn): 01 cái – Mặt bàn kèm nệm: 01 bộ – Bộ đỡ tay kèm nệm : 02 bộ – Bộ đỡ chân có thể tách đôi kèm nệm: 01 bộ – Mặt bàn mở rộng: 01 bộ – Điều khiển cầm tay: 01 cái – Khung chắn gây mê: 01 cái – Đai cố định bệnh nhân: 02 cái – Dây nguồn: 01 cái – Pin dự phòng: 01 bộ – Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Yêu cầu về kỹ thuật – Thiết bị điều khiển bằng điện thủy lực tối thiểu các chức năng: nâng/hạ chiều cao mặt bàn, nâng/hạ góc gập tấm đỡ lưng, nghiêng mặt bàn, nghiêng tư thế Trendelenburg thuận/đảo, trượt mặt bàn theo chiều dọc – Trụ bàn: + Vật liệu: thép không gỉ + Thiết kế bánh xe cho phép di chuyển trụ bàn trên mặt sàn + Đường kính bánh xe di chuyển của trụ bàn: ≥ 100 mm	Cái	03

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Trục bàn có thể được cố định, ngăn di chuyển trên mặt sàn bằng cơ chế chân khóa sàn tách biệt riêng với bánh xe, điều khiển bằng điện + Bảng điều khiển chức năng tích hợp trên trục bàn tối thiểu các chức năng: • Nâng/hạ chiều cao mặt bàn • Nâng/hạ tấm đỡ lưng • Nghiêng mặt bàn • Nghiêng tư thế Trendelenburg thuận/đảo • Dừng khẩn cấp chuyển động của mặt bàn • Khóa/mở khóa bánh xe di chuyển của trục bàn + Đèn báo hiển thị tình trạng sạc của pin dự phòng: đang sạc pin/ đầy pin - Mặt bàn: + Mặt bàn kèm nệm tối thiểu ≥ 04 phần, bao gồm: tấm đỡ đầu, tấm đỡ lưng, tấm đỡ hông và mông, tấm đỡ chân. + Thiết kế của mặt bàn cho phép hoán đổi vị trí phần đầu và phần chân + Trọng lượng tối đa của bệnh nhân cho phép trên mặt bàn (All positions are permitted up to overall load): $\geq 270\text{kg}$ + Nệm chống thấm, thiết kế phân phối lực tối ưu giúp bảo vệ bệnh nhân + Bề dày nệm: $\geq 70\text{ mm}$ + Thanh ray tích hợp ở hai bên mặt bàn, phù hợp để gắn các phụ kiện đi kèm + Chiều dài tổng thể của mặt bàn với đầy đủ các tấm đỡ (không bao gồm mặt bàn mở rộng): $\geq 2000\text{ mm}$ + Chiều dài của mặt bàn (không bao gồm mặt bàn mở rộng) có khả năng sử dụng với C-arm mà không di chuyển trục bàn và hoán đổi các tấm đỡ mặt bàn:		

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		• Chiều dài mặt bàn tối đa về phía đầu: ≥ 850 mm • Chiều dài mặt bàn tối đa về phía chân: ≥ 950 mm + Chiều rộng của mặt bàn không kèm thanh ray trong khoảng từ ≥ 500 mm đến ≤ 600 mm + Chiều rộng của mặt bàn kèm thanh ray trong khoảng từ ≥ 520 mm đến ≤ 620 mm + Chiều cao thấp nhất của mặt bàn (không kèm đệm) ≤ 700 mm + Chiều cao cao nhất của mặt bàn (không kèm đệm) ≥ 1000 mm + Góc nghiêng của mặt bàn sang hai bên $\pm \geq 20^\circ$ + Góc nghiêng của mặt bàn theo tư thế Trendelenburg thuận/đảo: $\pm \geq 25^\circ$ + Góc nghiêng tư thế Flex: $\geq 210^\circ$ + Góc nghiêng tư thế Reflex: $\leq 120^\circ$ + Góc gập tấm đỡ đầu: $\pm \geq 30^\circ$ + Góc gập tấm đỡ lưng $\pm \geq 40^\circ$ + Góc gập tấm đỡ chân: $\leq -90^\circ$ + Khoảng trượt mặt bàn theo chiều dọc: ≥ 220 mm + Chiều dài của mặt bàn mở rộng, có tính năng thấu xạ: ≥ 200 mm - Điều khiển cầm tay: + Hiển thị tình trạng pin bằng màn hình hiển thị hoặc đèn báo chỉ thị trên điều khiển cầm tay + Kết nối đồng bộ với bảng điều khiển trên trụ bàn + Phím bấm điều chỉnh trạng thái mặt bàn đi kèm hình ảnh hoặc biểu tượng minh họa + Điều khiển cầm tay đáp ứng được chức năng: • Nâng/hạ chiều cao mặt bàn • Nâng/hạ góc gập tấm đỡ lưng • Nghiêng mặt bàn sang hai bên • Trượt mặt bàn theo chiều dọc • Nghiêng tư thế Trendelenburg thuận/đảo		

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		• Nghiêng tư thế Flex/Reflex • Đưa mặt bàn về vị trí ban đầu • Chọn vị trí phần đầu và phần chân trong trường hợp hoán đổi vị trí mặt bàn • Ngừng khẩn cấp chuyển động của mặt bàn • Khóa/mở khóa bánh xe di chuyển của trụ bàn + Các tư thế của mặt bàn tùy chỉnh bởi người sử dụng được lưu vào bộ nhớ và thao tác bằng phím bấm ≥ 02 tư thế - Pin dự phòng + Tự động chuyển đổi sang pin dự phòng trong trường hợp nguồn điện cung cấp bị ngắt + Dung lượng pin dự phòng ≥ 12 Ah - Đạt tiêu chuẩn về an toàn điện tối thiểu Class I - Đạt tiêu chuẩn về chống nước tối thiểu IPX4 hoặc tương đương		
2	Bộ phụ kiện bàn mô tổng quát dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Yêu cầu về cấu hình - Bộ đỡ tay thấu quang dùng cho phẫu thuật chi trên: 01 bộ - Bộ khung kéo chi dưới: 01 bộ, bao gồm: + Bộ tiếp hợp gắn vào bàn mổ 01 bộ + Thanh kéo: 02 cái + Trục vít kéo: 02 cái + Giấy kéo: 02 cái + Chân đỡ thanh kéo: 02 cái + Xe đẩy cho khung kéo, loại chính hãng: 01 cái 3. Yêu cầu về kỹ thuật - Bộ đỡ tay thấu quang dùng cho phẫu thuật chi trên: + Bàn phẫu thuật tay: • Vật liệu mặt bàn: carbon, có tính năng thấu xạ • Dùng để định vị cánh tay cần phẫu thuật	Bộ	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Chiều dài ≥ 750 mm - Chiều rộng ≥ 300 mm - Bề dày của nệm ≥ 50 mm + Bàn phẫu thuật tay kết nối đồng bộ với thanh ray bàn mổ thông qua gá kẹp (bao gồm trong bộ đỡ tay thấu xạ) + Chân đỡ gắn trực tiếp vào bàn phẫu thuật tay, có thể điều chỉnh được chiều cao theo vị trí của bàn mổ - Bộ khung kéo chi dưới: + Bộ tiếp hợp gắn vào bàn mổ: - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu trúc chịu lực, kết nối trực tiếp với bàn mổ thông qua chốt khóa hoặc gá kẹp - Đệm đàn hồi hỗ trợ phân mông và thanh chặn xương mu có thể tháo rời - Thanh chặn xương mu phù hợp với tư thế nằm nghiêng và tư thế nằm sấp khi kết hợp với bộ khung kéo chi dưới - Cho phép kết nối với thanh kéo thông qua các khớp kết nối hoặc chốt khóa + Thanh kéo: - Vật liệu: thép không gỉ - Kết nối trực tiếp với bộ tiếp hợp gắn vào bàn mổ và trực vít kéo thông qua các khớp kết nối - Chiều dài tối thiểu của thanh kéo ≥ 1800 mm - Góc mở rộng tối đa giữa hai thanh kéo $\geq 120^\circ$ + Trục vít kéo: - Vật liệu: thép không gỉ - Kết nối với thanh kéo và giấy kéo bằng khớp nối - Trục vít kéo gắn trên thanh kéo có thể điều chỉnh được khoảng cách phù hợp với chiều dài chân của bệnh nhân - Vít kéo được điều chỉnh bằng tay quay		

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Giấy kéo: • Vật liệu: có tính năng thấu xạ • Kích cỡ phù hợp cho người lớn • Kết nối trực tiếp với trục vít kéo + Chân đỡ thanh kéo: • Vật liệu: thép không gỉ • Kết nối trực tiếp với thanh kéo thông qua chốt khóa hoặc gá kẹp (phụ kiện bao gồm trong bộ khung kéo chi dưới) • Có thể điều chỉnh được chiều cao theo vị trí của bàn mổ + Xe đẩy cho khung kéo, loại chính hãng: • Vật liệu: thép không gỉ • Dùng để vận chuyển, lưu trữ các phụ kiện của bộ khung kéo chi dưới - Tất cả các phụ kiện đảm bảo kết nối đồng bộ với bàn mổ tổng quát.		
3	Bộ phụ kiện bàn mổ tổng quát dùng trong phẫu thuật sản khoa/niệu khoa	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Yêu cầu về cấu hình - Gá đỡ chân cho tư thế sản khoa: 02 cái - Gá kẹp: 02 cái 3. Yêu cầu về kỹ thuật - Gá đỡ chân cho tư thế sản khoa + Khớp nối giữa gá đỡ chân và thanh đỡ có thể xoay được theo cơ chế khớp bi tròn, cố định vị trí bằng tay khóa + Chiều dài của gá đỡ chân: ≥ 300 mm + Chiều dài của thanh đỡ: ≥ 400 mm - Gá kẹp: kết nối gá đỡ chân với thanh ray bàn mổ - Tất cả các phụ kiện đảm bảo kết nối đồng bộ với bàn mổ tổng quát	Bộ	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
4	Bộ phụ kiện bàn mổ tổng quát dùng trong tư thế nghiêng – đỡ thân	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Yêu cầu về cấu hình - Đệm hỗ trợ thân cong hình chữ nhật: 03 cái - Khớp nối hỗ trợ: 03 cái - Tám đỡ tay: 01 cái - Gá kẹp: 04 cái 3. Yêu cầu về kỹ thuật - Đệm hỗ trợ thân cong hình chữ nhật: - Vật liệu đệm đàn hồi - Phần đệm cong phù hợp để định vị các vị trí hông, bả vai và ngực trong tư thế nghiêng của bệnh nhân, với kích thước tối thiểu (dài $\times$ rộng): $\geq 200 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$ - Thiết kế phần đệm và khớp nối thanh đỡ chính của đệm có thể xoay quanh trục 360° - Khớp nối hỗ trợ: - Vật liệu thép không gỉ - Kết nối trực tiếp với đệm hỗ trợ thân cong hình chữ nhật bằng trục kết nối kèm khóa cố định - Tay nối dài kết nối với thanh đỡ chính có thể xoay quanh trục $\geq 180^\circ$ - Tay nối dài có thể điều chỉnh được chiều dài theo ý muốn kèm khóa cố định - Tám đỡ tay: - Phần đệm đỡ tay bằng đệm đàn hồi, bề mặt đệm lõm cong phù hợp với chiều đặt tay của bệnh nhân, chiều rộng $\geq 130 \text{ mm}$, bao gồm 02 dây đai cố định tay - Thiết kế phần đệm đỡ tay và thanh đỡ chính bằng khớp bi xoay, có thể điều chỉnh nhiều tư thế	Bộ	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		– Gá kẹp: kết nối tấm đỡ tay và khớp nối hỗ trợ vào thanh ray bàn mổ – Tất cả các phụ kiện đảm bảo kết nối đồng bộ với bàn mổ tổng quát		

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-.... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Mã hàng hóa (Model)	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu/ Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Mã HS của hàng hóa	Ghi chú
												Số QĐ/ Hợp đồng	Ngày QĐ/ Hợp đồng	Giá trị		
1	1	Bàn mô tổng quát			Đính kèm phụ lục			Cái	03							
2	2	Bộ phụ kiện bàn mô tổng quát dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình			Đính kèm phụ lục			Bộ	01							
3	3	Bộ phụ kiện bàn mô tổng quát dùng trong phẫu thuật sản khoa/niệu			Đính kèm phụ lục			Bộ	01							



BM: CVĐT.03(1)

		khoa														
4	4	Bộ phụ kiện bàn mổ tổng quát dùng trong tư thế nghiêng – đỡ thân			<i>Đính kèm phụ lục</i>			Bộ	01							

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);
- Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Thời hạn bảo hành (nếu có):tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
- Chi tiết phụ kiện (nếu có);
- Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày.../.../20...;
- Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
- Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ					HÀNG HÓA CHÀO GIÁ										
TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tên hàng hóa	Model, mã hàng	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Giá kê khai	Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1	Bản mô tổng quát		Cái	3											
2	Bộ phụ kiện bản mô tổng quát dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình		Bộ	1											
3	Bộ phụ kiện bản mô tổng quát dùng trong phẫu thuật sản khoa/niệu khoa		Bộ	1											
4	Bộ phụ kiện bản mô tổng quát dùng trong tư thế nghiêng – đỡ thân		Bộ	1											