

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 5000./BVĐHYD-VTTB
V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp kính hiển vi huỳnh quang đảo ngược.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 21/10/2024
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Phạm Cao Lâm

Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K22-281-pclam) (02).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



BM:CVĐT.01(1)

chu ca

PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 5000./BVĐHYD-VTTB ngày 09./10./2024)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Kính hiển vi huỳnh quang đảo ngược	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Thân kính sản xuất từ năm 2024 trở về sau, các phụ kiện còn lại sản xuất từ năm 2023 trở về sau. 2. Yêu cầu về cấu hình - Thân kính: 01 cái - Đầu quan sát hai thị kính: 01 cái - Bộ vật kính: 01 bộ - Bàn sa trượt: 01 cái - Giá đỡ mẫu: 01 cái - Mâm tụ quang: 01 cái - Nguồn sáng: 01 cái - Phụ kiện quan sát phản pha: 01 bộ - Nguồn sáng huỳnh quang và phụ kiện kết nối với kính: 01 cái - Khối kính lọc huỳnh quang: 01 cái - Tấm chắn sáng cho kỹ thuật huỳnh quang: 01 cái - Dầu soi kính: 01 lọ - Dầu soi kính cho quan sát huỳnh quang: 01 lọ - Camera kỹ thuật số và phụ kiện kết nối: 01 cái - Phần mềm xử lý ảnh kỹ thuật số: 01 bộ - Bao phủ kính: 01 cái - Máy vi tính và phụ kiện đi kèm: 01 bộ - Máy in màu: 01 cái - Dây nguồn cho kính: 01 cái - Bộ hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Yêu cầu về kỹ thuật - Thiết bị thực hiện được các kỹ thuật hiển vi tối thiểu: trường sáng, phản pha và huỳnh quang - Đầu quan sát hai thị kính: - Thị kính vô cực, chống quang sai màu với quang trường rộng ≥ 20 mm - Chức năng điều chỉnh diopt trên cả hai thị kính, có vòng chỉnh độ diopt	Cái	01

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Mặt gắn vật kính dạng xoay, cho phép gắn đồng thời tối thiểu ≥ 05 vật kính - Bộ vật kính: + Chống quang sai màu + Bao gồm tối thiểu 04 vật kính: 4X/5X, 10X, 20X, 40X - Bàn sa trượt: + Có bộ phận giữ mẫu và dịch chuyển mẫu theo hai chiều $X \geq 55$ mm và $Y \geq 35$ mm + Thao tác dịch chuyển mẫu bằng cần xoay hoặc nút xoay tích hợp trên thân kính - Nguồn sáng: + Sử dụng nguồn sáng LED + Nguồn sáng có thể điều khiển bật/tắt và điều chỉnh cường độ chiếu sáng - Nguồn sáng huỳnh quang và phụ kiện kết nối với kính: + Sử dụng nguồn sáng LED + Các nguồn sáng kích thích tối thiểu: • Nguồn sáng kích thích ánh sáng tím với bước sóng trong khoảng: ≥ 380 nm đến ≤ 440 nm • Nguồn sáng kích thích ánh sáng lam với bước sóng trong khoảng: ≥ 460 nm đến ≤ 500 nm • Nguồn sáng kích thích ánh sáng lục với bước sóng trong khoảng: > 500 nm đến ≤ 580 nm + Có thể điều khiển bật/tắt từng bước sóng hoặc đồng thời tắt cả bước sóng - Khối kính lọc huỳnh quang: + Thiết kế của kính hiển vi cho phép gắn tối thiểu 04 khối kính lọc huỳnh quang đồng thời cùng lúc + Khối kính lọc huỳnh quang cho phép hiển thị ≥ 02 kênh màu cùng lúc trong một quang trường, trong đó:		

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Màu xanh lục: Bước sóng kính thích (EX): 470 ± 10 nm, bước sóng qua gương lưỡng sắc (DM): $500 \text{ nm} \pm 10$ nm, bước sóng phát xạ (BA) 520 ± 10 nm - Màu cam: Bước sóng kính thích (EX): 540 ± 10 nm, bước sóng qua gương lưỡng sắc (DM): $565 \text{ nm} \pm 10$ nm, bước sóng phát xạ (BA) 605 ± 10 nm – Camera kỹ thuật số: + Cho phép kết nối trực tiếp với kính hiển vi bằng chuẩn C-Mount hoặc F-Mount + Cảm biến ảnh: CMOS + Chế độ ghi hình tối thiểu: màu, đơn sắc + Độ phân giải ≥ 18 megapixel + Kích thước điểm ảnh: $\geq 2,5 \mu\text{m} \times 2,5 \mu\text{m}$ + Tốc độ ghi hình tối đa: ≥ 08 khung hình/giây + Chế độ tự động cân bằng trắng + Kết nối với máy tính chứa phần mềm bằng chuẩn USB – Phần mềm xử lý ảnh kỹ thuật số: + Chụp ảnh và quan sát ảnh sống. + Có chức năng chụp ảnh theo thời gian: Chụp ảnh theo quãng thời gian tùy chọn bằng cách mặc định khoảng thời gian và tần số chụp ảnh. + Chức năng chia sẻ trực tuyến (Stream): cho phép chia sẻ cửa sổ phần mềm cho các thiết bị khác trong hệ thống mạng LAN. + Có chức năng thu ảnh đa kênh, đa màu sắc, chụp đa điểm, nối kênh + Lưu toàn bộ dữ liệu ảnh và chức năng ghi chú thích trên ảnh + Có chức năng xử lý ảnh (lọc màu, điều chỉnh màu sắc) để hiệu chỉnh hiển thị ảnh		

Y
H V
Q C V
T C H
T C T

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Các chức năng đo ảnh thủ công như đo chiều dài, diện tích, đo góc,... + Có chức năng đo tự động, chức năng thống kê trên vùng quan tâm + Hỗ trợ xuất các tệp hình ảnh với định dạng tối thiểu: JPG; TIFF; BMP; GIF; PNG + Chức năng tạo báo cáo: cho phép người sử dụng tạo một báo cáo chứa file ảnh; thông tin thu nhận và kết quả phân tích. Báo cáo có thể xuất ra ở dạng PDF. - Máy vi tính và phụ kiện đi kèm: + Hệ điều hành có bản quyền với phiên bản tối thiểu Windows 10 + Ổ cứng lưu trữ dữ liệu: ≥ 1 Tb + Bộ nhớ RAM: ≥ 16 Gb + Bộ nhớ đồ họa ≥ 2Gb + Màn hình hiển thị: ≥ 21 inch + Phụ kiện đi kèm: bàn phím và chuột máy tính - Máy in màu + Thực hiện được chế độ in trắng đen và in màu + Khô giấy in tối thiểu: A4, A5		

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-.... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Mã hàng hóa (Model)	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu/ Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Mã HS của hàng hóa	Ghi chú
												Số QĐ/ Hợp đồng	Ngày QĐ/ Hợp đồng	Giá trị		
1	1	Kính hiển vi huỳnh quang đảo ngược			Đính kèm phụ lục			Cái	01							

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)



BM: CVĐT.03(1)



Ghi chú:

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);
- Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Thời hạn bảo hành (nếu có):tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
- Chi tiết phụ kiện (nếu có);
- Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày.../.../20...;
- Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
- Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ					HÀNG HÓA CHÀO GIÁ										
TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tên hàng hóa	Model, mã hàng	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Giá kê khai	Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1	Kính hiển vi huỳnh quang đảo ngược		cái	1											

LEI MINH