

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp vật tư thay thế hệ thống gọi điều dưỡng theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp vật tư thay thế hệ thống gọi điều dưỡng năm 2024
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 10... giờ, ngày 19/10/2024
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, Hầm 2 khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Người liên hệ: Anh Quốc Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có)

Trân trọng./. *zdl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J16-195-dttthuy) (3).

TUO. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ



Tuan
Nguyễn Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 504.7./BVĐHYD-QTTN ngày 12... tháng 10 năm 2024)

A) Phạm vi cung cấp

STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng
1	Dây gọi đầu giường (dây nối dài dùng cho bệnh nhân)	Sợi	44
2	Mặt nạ loa đầu giường	Bộ	5
3	Bộ mặt nạ và bo mạch tiếp nhận dây gọi đầu giường	Bộ	6
4	Bo mạch và dây gọi khẩn toilet	Bộ	5
5	Chụp đèn và bo mạch đèn hiển thị	Bộ	3
6	Mặt nạ phím xác nhận	Cái	55

B) Yêu cầu kỹ thuật

I. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư thay thế hệ thống gọi điều dưỡng năm 2024
- Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Hệ thống gọi điều dưỡng tại bệnh viện có các thông số như sau:
 - Nhãn hiệu: Ackermann
 - Hãng sản xuất: Honeywell
 - Vị trí lắp đặt: từ tầng 7 đến tầng 14.
 - Mỗi tầng có 1 bộ quản lý trung tâm và 2 bàn trực trung tâm tại quây.
 - Có hệ thống máy tính để lưu trữ dữ liệu các cuộc gọi.
 - Hệ thống đưa vào sử dụng năm 2013.

II. Yêu cầu kỹ thuật

1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
1	Dây gọi đầu giường (dây nối dài dùng cho bệnh nhân)	- Giắc cắm 7 chân dạng tròn - Nút nhấn có đèn hiển thị chế độ và ký hiệu điều dưỡng. - Chiều dài dây loại 3 mét $\pm$ 0,5 mét - Tham khảo sản phẩm có mã 74141B1 hoặc tương đương - Tương thích với bo mạch tiếp nhận dây gọi điều dưỡng 73073D3
2	Mặt nạ loa đầu giường	- Bao gồm: loa, micro - Tương thích với bộ quản lý zone 72700A1
3	Bộ mặt nạ và bo mạch tiếp nhận dây gọi đầu giường	- Bo mạch tiếp nhận bao gồm: + Đèn hiển thị chế độ gọi

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
		+ Nút bấm có ký hiệu điều dưỡng. + Ổ cắm 7 chân dạng tròn - Mặt nạ - Tham khảo sản phẩm có mã 73073D3 hoặc tương đương - Tương thích với bộ quản lý zone 72700A1
4	Bo mạch và dây gọi khăn toilet	- Bo mạch gọi khăn bao gồm: + Đèn hiển thị + Dây nhựa PVC với nút kéo có ký hiệu điều dưỡng ở đầu dây - Mặt nạ - Tham khảo sản phẩm có mã 73022A3 hoặc tương đương - Tương thích với bộ quản lý zone 72700A1
5	Chụp đèn và bo mạch đèn hiển thị	- Bo mạch hiển thị 4 màu đèn, cho biết tình trạng cuộc gọi - Mặt nạ - Tham khảo sản phẩm có mã 72571P1 hoặc tương đương - Tương thích với bộ quản lý zone 72700A1
6	Mặt nạ phím xác nhận	- Mặt nạ có 2 phím - Tham khảo sản phẩm có mã 8882A3N hoặc tương đương - Tương thích với bo mạch 73642B3

2. Yêu cầu khác

- Thời gian giao hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Nhà thầu phải cung cấp, lắp đặt, đấu dây và cài hệ thống khi có yêu cầu thay thế vật tư.
- Nhà thầu phải hỗ trợ bệnh viện xử lý các lỗi về hệ thống như được yêu cầu.
- Bảo hành sản phẩm 12 tháng tính từ thời điểm được nghiệm thu.
- Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và lưu hành hợp pháp: cung cấp các chứng từ, giấy tờ chứng minh (CO, CQ, chứng nhận xuất xưởng, ... theo quy định của pháp luật).
- Yêu cầu đối với kiểm tra thử nghiệm: Sau khi được lắp đặt, hàng hóa phải được chạy thử trong vòng 05 ngày để kiểm tra. Hàng hóa chỉ được nghiệm thu khi hệ thống hoạt động đúng chức năng, ổn định, không báo lỗi, không phát sinh hư hỏng.
- Chịu mọi trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn PCCC khi thực hiện tại Bệnh viện.

CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Mã hàng/ nhãn hiệu	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Dây gọi đầu giường (dây nối dài dùng cho bệnh nhân)				Sợi	44		
2	Mặt nạ loa đầu giường				Bộ	5		
3	Bộ mặt nạ và bo mạch tiếp nhận dây gọi đầu giường				Bộ	6		
4	Bo mạch và dây gọi khăn toilet				Bộ	5		
5	Chụp đèn và bo mạch đèn hiển thị				Bộ	3		
6	Mặt nạ phím xác nhận				Cái	55		
Tổng cộng								

- ❖ Yêu cầu kỹ thuật: Theo phụ lục thư mời chào giá.
- ❖ Yêu cầu báo giá:
 - Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.
 - Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
 - Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.



BM: CVĐT.01(1)

