

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM  
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 6915.../BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp linh kiện theo máy lần 2 năm 2025 (linh kiện cho hệ thống nội soi) (gồm 02 phần)

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 21/12/2024

9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo Nhân      Số điện thoại: 028.3952.5239

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có)

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J19-035-nttnhan) (2)

**TUO. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ**

**BỆNH VIỆN  
ĐẠI HỌC Y DƯỢC  
TP. HỒ CHÍ MINH**

**Nguyễn Hữu Thịnh**



RM-CVET 01/11

*fu sl*

CÔNG TY: .....

ĐỊA CHỈ: .....

SỐ ĐIỆN THOẠI: .....

### BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ...../BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| TT | TT trong danh mục mời chào giá | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Mã HS | Chủng loại | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | ĐVT | Số lượng (có khả năng cung ứng) | Đơn giá | Quyết định/hợp đồng trúng thầu tại các cơ sở y tế khác |               |         | Ghi chú |
|----|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------|------------|--------------|---------------|-------------------|-----|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
|    |                                |              |                |                   |       |            |              |               |                   |     |                                 |         | Số QĐ                                                  | Ngày ban hành | Đơn giá |         |
|    |                                |              |                |                   |       |            |              |               |                   |     |                                 |         |                                                        |               |         |         |
|    |                                |              |                |                   |       |            |              |               |                   |     |                                 |         |                                                        |               |         |         |

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày báo giá.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành hàng hóa.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

Ngày ... tháng .... năm ....

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký tên và đóng dấu)



| DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| TT                                                | Tên danh mục mời chào giá                    | Cấu hình, tính năng kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Đơn vị tính | Số lượng |
| Phần I: Linh kiện cho hệ thống nội soi chuẩn đoán |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |
| 1                                                 | Bình nước                                    | Bình nước:<br>- Dùng để rửa mặt kính ống nội soi.<br>- Tương thích với máy Olympus OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260, ống soi siêu âm UE160, UM160, UC160, UC140, UMD140P đang sử dụng tại bệnh viện.<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cái         | 17       |
| 2                                                 | Van dùng cho kênh hút nước ống nội soi       | Van hút dùng cho kênh hút nước ống nội soi:<br>- Tương thích cho ống soi dạ dày, đại tràng hãng Olympus,model: GIF-H170, CF-H170I, GIF-HQ190, CF-HQ190 đang sử dụng tại bệnh viện.<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cái         | 320      |
| 3                                                 | Van khí nước                                 | Van khí nước:<br>- Tương thích với ống soi dạ dày hãng Olympus đang sử dụng tại bệnh viện.<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cái         | 320      |
| 4                                                 | Van sinh thiết                               | Van sinh thiết:<br>- Tương thích với ống soi dạ dày hãng Olympus đang sử dụng tại bệnh viện.<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cái         | 570      |
| 5                                                 | Ống nối cho kênh nước phụ                    | Ống cho kênh nước phụ:<br>- Tương thích máy rửa hãng Olympus, model: OER-AW đang sử dụng tại bệnh viện.<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cái         | 4        |
| 6                                                 | Van khí nước cho ống soi siêu âm             | Van khí nước:<br>- Tương thích với ống soi siêu âm hãng Olympus đang sử dụng tại bệnh viện.<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cái         | 4        |
| 7                                                 | Chổi rửa loại ngắn vệ sinh đầu kênh          | Chổi rửa loại ngắn vệ sinh đầu kênh:<br>- Dùng để vệ sinh ống soi<br>- Chổi rửa dùng nhiều lần<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cái         | 510      |
| 8                                                 | Vỏ bọc cho đầu ống soi                       | Vỏ bọc cho đầu ống soi:<br>- Tương thích với ống soi hãng Olympus, model: TJF-140R, TJF-160R, TJF-160VR đang sử dụng tại bệnh viện.<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cái         | 4        |
| 9                                                 | Van hút cho ống soi siêu âm                  | - Van hút cho ống soi siêu âm Olympus (GF-UCT180)<br>- Màu đen<br>- Có nút bấm giúp thao tác hút trong lúc soi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cái         | 4        |
| 10                                                | Van sinh thiết loại dùng cho ống soi siêu âm | - Van sinh thiết<br>- Màu đen<br>- Có lỗ ở giữa để đưa kèm sinh thiết vào kênh dụng cụ của ống soi để lấy mẫu sinh thiết<br>- Tương thích ống soi dạ dày tương thích máy Olympus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cái         | 10       |
| 11                                                | Nắp chống nước                               | Nắp chống nước:<br>- Giúp ngăn ngừa nước vào ống nội soi khi ngâm ống nội soi vào dung dịch tiệt trùng.<br>- Tương thích với các loại ống soi hãng Olympus, model: GIF 150, CF-150 đang sử dụng tại bệnh viện.<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cái         | 8        |
| 12                                                | Ống soi tá tràng nghiêng                     | Ống soi tá tràng nghiêng:<br>+ Phụ kiện kèm theo:<br>• Chổi rửa dài: 01 cái; • Chổi rửa ngắn: 01 cái; • Ống hút rửa: 01 Cái<br>• Chốt kênh: 01 Cái; • Bộ nối rửa kênh khí nước: 01 Cái; • Đầu nối hút rửa: 01 Cái; • Nắp ETO: 01 Cái<br>• Van sinh thiết: 10 Cái; • Ngáng miệng: 02 Cái; • Bộ phun tưới rửa đầu ống soi: 01 Cái<br>+ Cấu hình kỹ thuật:<br>- Chiều sáng với bước sóng ở dải băng hẹp từ 415nm đến 540nm cho phép quan sát sự khác biệt các mao mạch và cấu trúc lớp niêm mạc.<br>- Trường nhìn $\geq 100^\circ$<br>- Hướng quan sát về phía sau: $\geq 15^\circ$<br>- Độ sâu của trường nhìn: 5 mm đến $\geq 60$ mm<br>- Đường kính ngoài đầu ống soi: 14 mm<br>- Đường kính ngoài thân ống soi: 11.5 mm<br>- Đường kính trong kênh: 4 mm<br>- Khoảng cách nhìn tối thiểu: 10 mm<br>- Ống soi có các thành phần tối thiểu: 1 kênh dụng cụ, 1 kênh khí/nước, 1 kênh thấu kính, 1 kênh dẫn sáng, 1 đầu nâng dụng cụ, 1 rãnh khóa dây dẫn hướng.<br>- Độ uốn cong của đầu ống soi:<br>• Hướng lên: $\geq 120^\circ$ ; • Hướng xuống: $\geq 90^\circ$<br>• Hướng phải: $\geq 110^\circ$ ; • Hướng trái: $\geq 90^\circ$<br>- Chiều dài làm việc: 1240 mm, ( $\pm 5\%$ ); - Chiều dài tổng: 1560 mm, ( $\pm 5\%$ )<br>- Tương thích với hệ thống xử lý hình ảnh CV-190 đang sử dụng tại Bệnh viện<br>- Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485<br>- Môi trường hoạt động : Nhiệt độ tối đa đến : $\geq 30^\circ\text{C}$ ; - Độ ẩm tối đa đến : $\geq 75\%$ .<br>- Thời gian bảo hành toàn hệ thống $\geq 12$ tháng. | Bộ          | 1        |

Phần I: Linh kiện theo máy cho hệ thống nội soi phẫu thuật

Y TẾ  
H VIỆN  
C Y DƯỢC  
CHÍ MINH  
C TP. HỒ

| TT | Tên danh mục một chào giá                                                                     | Cấu hình, tính năng kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                  | Đơn vị tính | Số lượng |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1  | Ruột của kẹp phẫu tích, đơn cực, chiều dài 33cm                                               | Ruột của kẹp phẫu tích, đơn cực<br>- Cấu tạo:<br>+ Chiều dài: 33cm ( $\pm 5\%$ )<br>+ Chiều dài ngàm: 17mm<br>+ Đường kính: 5mm<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485                                                                                     | Cái         | 24       |
| 2  | Ruột của kẹp giữ mô, đơn cực, chiều dài 33cm                                                  | Ruột của kẹp giữ mô, đơn cực<br>- Cấu tạo:<br>+ Chiều dài: 33cm ( $\pm 5\%$ )<br>+ Chiều dài ngàm: 19mm<br>+ Đường kính: 5mm<br>+ Ngàm có lỗ<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485                                                                        | Cái         | 24       |
| 3  | Ruột của kẹp ruột, ngàm có lỗ, đơn cực, chiều dài 33cm                                        | Ruột của kẹp ruột, ngàm có lỗ, đơn cực<br>- Cấu tạo:<br>+ Chiều dài: 33cm ( $\pm 5\%$ )<br>+ Chiều dài ngàm: 21mm<br>+ Đường kính: 5mm<br>+ Ngàm có lỗ<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485                                                              | Cái         | 40       |
| 4  | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, không khóa                                   | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực<br>- Cấu tạo:<br>+ Không khóa<br>+ Có gắn đốt điện đơn cực<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485                                                                                                          | Cái         | 88       |
| 5  | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, có núm xoay, chiều dài 33cm, đường kính 5mm | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, chiều dài 33cm<br>- Cấu tạo:<br>+ Chiều dài: 33cm ( $\pm 5\%$ )<br>+ Đường kính thân: 5mm<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485                                                                         | Cái         | 88       |
| 6  | Ruột của kẹp giữ mô, lưỡng cực, chiều dài 33cm                                                | Ruột của kẹp giữ mô, lưỡng cực<br>- Cấu tạo:<br>+ Chiều dài: 33cm ( $\pm 5\%$ )<br>+ Chiều dài ngàm: 17mm<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485                                                                                                           | Cái         | 3        |
| 7  | Vỏ ngoài của kẹp giữ mô, lưỡng cực, chiều dài 33cm                                            | Vỏ ngoài của kẹp giữ mô, lưỡng cực<br>- Cấu tạo:<br>+ Chiều dài: 33cm ( $\pm 5\%$ )<br>+ Đường kính thân: 5mm<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485                                                                                                       | Cái         | 3        |
| 8  | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, lưỡng cực, không khóa                                 | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, sử dụng nhiều lần<br>- Cấu tạo:<br>+ Không khóa<br>+ Có gắn đốt điện lưỡng cực<br>+ Tương thích với dây đốt cao tần lưỡng cực hãng Olympus có tại bệnh viện (model A60003C)<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái         | 3        |
| 9  | Dây dẫn CO2, chiều dài phần ống 300cm                                                         | Dây dẫn CO2, chiều dài phần ống 300cm<br>- Cấu tạo:<br>+ Chiều dài phần ống: 300cm ( $\pm 5\%$ )<br>+ Chiều dài phần nối bộ lọc: 200mm<br>+ Đường kính thân: 7mm<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485                                                    | Cái         | 6        |

| TT | Tên danh mục mới chào giá                                                 | Cấu hình, tính năng kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Đơn vị tính | Số lượng |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 10 | Ống kính soi bàng quang, 12 độ, chiều dài 28cm, đường kính 4mm            | <p>Ống kính soi bàng quang, 12 độ, chiều dài 28cm</p> <p>- Cấu tạo:</p> <p>+ Chiều dài: 28cm (<math>\pm 5\%</math>)</p> <p>+ Đường kính: 4mm</p> <p>+ Hướng quan sát: 12 độ</p> <p>+ Bao gồm vỏ bảo vệ ống soi</p> <p>+ Tương thích với hệ thống máy nội soi hãng Olympus có tại Bệnh viện</p> <p>- Tiêu chuẩn ISO 13485</p>                                  | Cái         | 4        |
| 11 | Dây dẫn sáng, chiều dài 300cm, đường kính 4.25mm                          | <p>Dây dẫn sáng, chiều dài 300cm</p> <p>- Cấu tạo:</p> <p>+ Chiều dài khoảng 300cm (<math>\pm 5\%</math>)</p> <p>+ Đường kính 4.25mm</p> <p>+ Tương thích với ống kính soi của hãng Olympus có tại Bệnh viện (model WA2T412A)</p> <p>- Tiêu chuẩn ISO 13485</p>                                                                                               | Cái         | 4        |
| 12 | Vỏ ngoài cây cắt đốt tiền liệt tuyến lưỡng cực, tương thích vỏ trong 26Fr | <p>Vỏ ngoài bộ cắt đốt tiền liệt tuyến lưỡng cực</p> <p>- Cấu tạo:</p> <p>+ Loại có 2 van khóa, tương thích tay cắt lò xo.</p> <p>+ Có thể xoay được.</p> <p>+ Đường kính 26 Fr. (<math>\pm 5\%</math>)</p> <p>+ Tương thích với vỏ trong của cây cắt đốt tiền liệt tuyến của hãng Olympus có tại bệnh viện (model A22040A)</p> <p>- Tiêu chuẩn ISO 13485</p> | Cái         | 2        |
| 13 | Kềm sinh thiết bàng quang                                                 | <p>Kềm sinh thiết bàng quang</p> <p>- Cấu tạo:</p> <p>+ Ngàm lỗ mở</p> <p>+ Tổn thương mô tối thiểu</p> <p>+ Chiều dài làm việc 700mm (<math>\pm 5\%</math>)</p> <p>+ Tương thích kênh làm việc tối thiểu 2.0 mm</p> <p>- Tiêu chuẩn ISO 13485</p>                                                                                                            | Cái         | 2        |
| 14 | Kềm gấp răng chuột                                                        | <p>Kềm gấp răng chuột</p> <p>- Cấu tạo:</p> <p>+ Chiều dài làm việc 700mm (<math>\pm 5\%</math>)</p> <p>+ Độ mở 8.0mm (<math>\pm 5\%</math>)</p> <p>+ Tương thích với kênh làm việc tối thiểu 2.0mm</p> <p>- Tiêu chuẩn ISO 13485</p>                                                                                                                         | Cái         | 9        |
| 15 | Vỏ ngoài cho ống kính soi thận qua da, cỡ 25 Fr.                          | <p>Vỏ ngoài cho ống kính soi thận qua da</p> <p>- Cấu tạo:</p> <p>+ Kích cỡ 25 Fr.</p> <p>+ Xoay được</p> <p>- Tiêu chuẩn ISO 13485</p>                                                                                                                                                                                                                       | Cái         | 1        |

CHỈ MINH X