

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 122/Q../BVĐHYD-VTTB
V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh kèm bộ phụ kiện cho hồi sức sơ sinh và máy đo điện tim 12 kênh.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16. giờ, ngày 18./4./2024
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.

Người liên hệ: Nguyễn An Duy Số điện thoại: 0985.719.324

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K18-190-naduy) (02).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 122/Q./BVĐHYD-VTTB ngày 05./...4../2024)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh kèm bộ phụ kiện cho hồi sức sơ sinh	I. Cấu hình cung cấp cho 01 thiết bị: - Máy chính: 01 cái - Phụ kiện kèm theo gồm: + Cảm biến nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 cái + Đèn thăm khám: 01 bộ + Đèn thủ thuật: 01 bộ + Khay giường kèm đệm giường loại phân bố áp lực: 01 bộ + Ngăn kéo đựng đồ và cộc gắn thiết bị phụ trợ: 01 bộ + Khay đựng dụng cụ: 01 bộ + Cân điện tử tích hợp: 01 bộ + Bộ hồi sức ngạt tích hợp trong thân máy: 01 bộ + Bộ đo SpO2 tích hợp: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì (tài liệu kỹ thuật) tiếng Việt/tiếng Anh: 01 bộ II. Chỉ tiêu kỹ thuật: Bộ gia nhiệt - Chế độ làm nóng ban đầu: Thời gian làm nóng đến mức công suất 100%: ≤ 10 phút - Công suất của bộ gia nhiệt: ≥ 360W - Dải điều chỉnh kiểm soát nhiệt độ của trẻ: ≤ 35 độ C đến ≥ 37 độ C - Dải nhiệt độ đo được của cảm biến: ≤ 30 độ C đến ≥ 40 độ C	Cái	02



TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Sai số của nhiệt độ đo được: $\pm \leq 0,3$ độ C - Sai số của cảm biến nhiệt độ: $\pm \leq 0,2$ độ C Thông số của giường - Khoảng cách từ mặt giường xuống sàn có thể điều chỉnh: từ ≤ 90 - ≥ 105 cm - Trọng lượng tối đa của bệnh nhân cho phép: ≥ 10 kg Đèn thăm khám: Loại đèn Halogen/thạch anh công suất $\geq 30W$ hoặc LED công suất $\geq 4W$, cường độ sáng ≥ 400 lux Đèn thủ thuật: - Cường độ sáng ≥ 2000 Lux, Khay giường và đệm giường: - Đệm giường kéo được ra ngoài, hỗ trợ việc làm thủ thuật. - Độ nghiêng liên tục của giường: $\pm \geq 10$ độ Ngăn kéo và cộc gắn thiết bị phụ trợ: - Tải trọng của ngăn kéo tiêu chuẩn: ≥ 3 kg - Tải trọng tối đa của giá đỡ thiết bị phụ trợ: ≥ 6 kg Cân điện tử tích hợp: - Sai số: $\pm \leq 10$ g - Phạm vi cân: $\leq 300g$ - $\geq 7kg$ Bộ hồi sức ngạt tích hợp trong thân máy: - Áp suất khí đầu vào: ≤ 40 - ≥ 60 psi		



TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Hệ thống hút chân không: 0 - $\geq$ 150 mmHg - Điều chỉnh áp lực dinh thở vào (PIP): + Mức PIP tối đa khoảng: $\geq$ 45 cmH₂O + Lưu lượng khí: $\geq$ 15 lít/phút - Lưu lượng kế: + Dải điều chỉnh: 0 - $\geq$ 15 lít/phút + Độ chính xác: $\pm \leq$ 2 lít/phút - Bộ trộn không khí/O₂: + Dải điều chỉnh: $\leq$ 21-100% O₂ + Độ chính xác: $\pm \leq$ 5% O₂ - Đồng hồ đo áp lực đường khí: + Dải hiển thị: $\leq$ -10 - $\geq$ 80 cmH₂O + Độ chính xác: $\pm \leq$ 5% Bộ đo SpO₂ tích hợp: - Phạm vi đo: + SpO₂: $\leq$ 30 - 100% + Nhịp mạch: $\leq$ 25- $\geq$ 240 bpm - Độ chính xác SpO₂ đo cho trẻ sơ sinh: $\pm \leq$ 3 % - Độ chính xác của nhịp mạch đo cho trẻ sơ sinh: $\pm \leq$ 5 bpm		
02	Máy điện tim 12 kênh	Cấu hình cung cấp cho 01 thiết bị:	Cái	01



TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Máy chính: 01 cái - Cáp điện tim: 01 bộ - Điện cực hút ngực: 01 bộ - Điện cực kẹp chi: 01 bộ - Cuộn giấy ghi theo máy: 01 cái - Đầu in nhiệt: 01 bộ - Xe để máy và cây treo dây inox: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ Chỉ tiêu kỹ thuật: - Màn hình hiển thị cảm ứng kích thước ≥ 7 inches - Hiển thị thông số: sóng điện tim, thông tin bệnh nhân, cài đặt chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, thông báo lỗi, trạng thái tiếp xúc điện cực, nhiều. - Hiển thị 12 chuyển đạo đồng thời - Số chuyển đạo in: 12 chuyển đạo - Các cổng kết nối: LAN, USB Port, có khả năng truyền tín hiệu lên PACS - Các định dạng file: PDF, JPG, XML, MFER, DICOM Có các bộ xử lý lọc nhiễu - Chuẩn dữ liệu đầu ra DICOM		



TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Thông số in: sóng điện tim, nhịp tim, phiên bản phần mềm, ngày và giờ, tốc độ giấy, độ nhạy, tên đạo trình, bộ lọc, thông tin bệnh nhân (số thứ tự ID, giới tính, tuổi), đánh dấu sự kiện, tiếp xúc điện cực, nhiễu. - Loại pin: NiMH hoặc Li-ion - Dung lượng pin ≥ 1.600 mAh		



CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Model	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu/ Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Mã HS của hàng hóa	Ghi chú
											Số QĐ/ Hợp đồng	Ngày QĐ/ Hợp đồng	Giá trị		
1			Đính kèm phụ lục												

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến điểm điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);
- Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);



- Thời hạn bảo hành: tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
- Chi tiết phụ kiện (nếu có);
- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá;;
- Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
- Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.