

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp thiết bị cho khoa Ngoại Thần kinh.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ 00, ngày 15/ 4 /2024
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Phạm Cao Lâm

Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm, các tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K22-281-pclam) (02).

TU. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 1156../BVDHYD-VTTB ngày 02/4/2024.)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy siêu âm Doppler xuyên sọ (TCD)	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, 13485 hoặc tương đương. 2. Yêu cầu về cấu hình cung cấp tối thiểu - Máy chính và màn hình cảm ứng: 01 bộ - Đầu dò chân đoán cầm tay, tần số 2 Mhz: 01 cái - Đầu dò vi phẫu dùng nhiều lần các kích cỡ, tần số 16 MHz: ≥ 03 cái - Dụng cụ định vị và dẫn đường cho đầu dò vi phẫu: 01 bộ - Hộp đựng tiệt trùng đầu dò vi phẫu và phụ kiện: 01 bộ - Miếng dán cho đầu dò theo dõi: 50 cái - Gel siêu âm: ≥ 300 ml - Bộ cố định đầu dò gắn trên máy chính: 01 cái - Bộ điều khiển cầm tay: 01 cái - Phần mềm chẩn đoán và phân tích kết quả: 01 bộ - Bộ nguồn lưu trữ điện: 01 cái - Máy in màu: 01 cái - Xe đẩy máy chính và phụ kiện: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 3. Yêu cầu về kỹ thuật - Máy chính cho phép kết nối tối thiểu 04 loại đầu dò đồng thời - Màn hình cảm ứng với kích thước ≥ 15 inch - Chế độ làm việc : Doppler xung (PW) và Doppler liên tục (CW) - Cửa sổ quang phổ với các màu khác nhau ≥ 08 cửa sổ - Chiều sâu siêu âm trong khoảng từ ≤ 30 mm đến ≥ 150 mm	Cái	01



TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		– Phần mềm chẩn đoán và phân tích kết quả: + Phần mềm chẩn đoán với chế độ M-Mode + Phần mềm theo dõi hai bên + Phần mềm siêu âm động mạch cảnh + Phần mềm phát hiện huyết khối + Phần mềm kiểm tra lưu lượng dòng chảy 4. Các yêu cầu khác – Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu – Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 05 tháng		
2	Máy đo điện não video theo dõi trong ICU	1. Yêu cầu chung – Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. – Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, 13485 hoặc tương đương. 2. Yêu cầu về cấu hình cung cấp tối thiểu – Bộ khuếch đại: 01 cái – Bộ kết nối cho bộ khuếch đại và máy tính: 01 bộ – Dây cáp điện cực: 01 bộ – Bộ kích thích ánh sáng: 01 bộ – Camera theo dõi bệnh nhân tích hợp loa và microphone: 01 bộ – Xe đẩy cho camera, bộ kích thích ánh sáng: 01 bộ – Nút bấm phản hồi bệnh nhân: 01 cái – Phần mềm hiển thị và phân tích kết quả đo: 01 bộ – Dây điện cực đĩa vàng đo điện não: ≥ 20 dây – Gel tẩy da: 02 tuýp – Paste dẫn truyền: 02 lọ – Bộ máy tính và phụ kiện đi kèm: 01 bộ – Máy in: 01 bộ – Biển áp cách ly: 01 cái – Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 3. Yêu cầu về kỹ thuật – Bộ khuếch đại, camera theo dõi bệnh nhân và phụ kiện tích hợp chức năng không dây giúp truyền tải dữ liệu với máy tính ở khoảng cách ≥ 20 m	Cái	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Bộ khuếch đại ≥ 21 kênh điện não, có thể mở rộng tối thiểu ≥ 09 kênh, có thể nâng cấp các chức năng do SpO2, ECG - Camera theo dõi bệnh nhân cho phép ghi nhận hình ảnh ngày và đêm 24/24 - Bộ kích thích thị giác có thể điều chỉnh được cường độ sáng ≥ 06 mức - Phần mềm hiển thị và phân tích kết quả: + Phần mềm hiển thị sóng điện não + Phần mềm đo điện não thường quy + Phần mềm theo dõi trong ICU + Phần mềm theo dõi trong thời gian dài + Phần mềm phân tích sóng nhọn và sự kiện + Phần mềm theo dõi bệnh nhân qua video - Bộ máy tính và phụ kiện đi kèm: + Màn hình hiển thị LCD: ≥ 21 inch + Dung lượng lưu trữ: ≥ 1 Tb 4. Các yêu cầu khác - Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu - Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 05 tháng		

Ghi chú: Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung ứng chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung ứng có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung ứng phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVDHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Mã hàng hóa (Model)	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu/ Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Mã HS của hàng hóa	Ghi chú
												Số QĐ/ Hợp đồng	Ngày QĐ/ Hợp đồng	Giá trị		
1	1	Máy siêu âm Doppler xuyên sọ			Đính kèm phụ lục			Cái	01							
...	2	Máy đo điện não video theo dõi trong ICU			Đính kèm phụ lục			Cái	01							

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)



Ghi chú:

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);
- Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm ký kết hợp đồng;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Thời hạn bảo hành (nếu có):tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
- Chi tiết phụ kiện (nếu có);
- Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày.../.../20... (tối thiểu 06 tháng);
- Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
- Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ					HẠNG HÓA CHÀO GIÁ										
TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tên hàng hóa	Model, mã hàng	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Giá kê khai	Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1	Máy siêu âm Doppler xuyên sọ (TCD)		cái	1											
2	Máy đo điện não video theo dõi trong ICU		cái	1											

