

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi hẹp ống sống
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 9 giờ, ngày 15.5.2024
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo Nhân Số điện thoại: 028.3952.5239

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J19-035-nttnhan) (2).

TUO. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ				
TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ống kính soi đĩa đệm 20 độ, dài 293mm	Ống kính soi đĩa đệm - Vật liệu: thấu kính bên trong, hệ thống thấu kính - Cấu tạo: + Hướng quan sát: 20 độ + Chiều dài hoạt động: 177mm ($\pm 3\%$) + Chiều dài: 293mm ($\pm 3\%$) + Đường kính: 9.3mm + Kênh dụng cụ: 5.6mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402	Cái	2
2	Dây dẫn sáng, dài 3000mm, đường kính 3.5mm	Dây dẫn sáng - Vật liệu: bó sợi quang hiệu suất cao - Cấu tạo + Chiều dài: 3000mm ($\pm 3\%$) + Đường kính: 3.5mm + Có lớp bảo vệ chống gập, có bao gồm adapter - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402	Cái	2
3	Vỏ ống soi, dài 120mm	Vỏ ống soi - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Chiều dài: 120mm ($\pm 3\%$) + Đường kính ngoài: 10.5mm, đường kính trong: 9.5mm + Đầu xa vát, có chia vạch - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402	Cái	1
4	Đầu nối dùng với vỏ ống soi đường kính ngoài 10.5mm	Đầu nối dùng với vỏ ống soi - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Dùng với vỏ ống soi có đường kính ngoài: 10.5mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402	Cái	1
5	Dụng cụ nong một bước, dài 235mm	Dụng cụ nong một bước - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Chiều dài: 235mm ($\pm 3\%$) + Đường kính ngoài: 9.4mm + Đường kính trong: 1.1mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402	Cái	1
6	Đầu nối với ống kính soi	Đầu nối với ống kính soi - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Tương thích với ống kính soi đĩa đệm - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402	Cái	1

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
7	Dụng cụ thăm dò, đầu linh hoạt, dài 290mm	Dụng cụ thăm dò, đầu linh hoạt - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Gồm 3 phần: vỏ ngoài, ruột dụng cụ, tay cầm đàn hồi + Vỏ ngoài: Chiều dài: 290mm ($\pm 3\%$), Đường kính: 2.5mm + Ruột dụng cụ đường kính: 2.0mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402	Cái	1
8	Dụng cụ vén rãnh, dài 350mm	Dụng cụ vén rãnh - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Chiều dài hoạt động: 350mm ($\pm 3\%$) + Đường kính: 3.0mm + Không sang chấn - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402	Cái	1
9	Kềm gặm, dài 388mm, đường kính 3.0mm	Kềm gặm - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Chiều dài hoạt động: 290mm ($\pm 3\%$) + Chiều dài tổng: 388mm ($\pm 3\%$) + Đường kính: 3.0mm + Có đầu nối bơm rửa - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402	Cái	1
10	Kềm gặm, dài 400mm, đường kính 4.0mm	Kềm gặm - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Chiều dài hoạt động: 290mm ($\pm 3\%$) + Chiều dài tổng: 400mm ($\pm 3\%$) + Đường kính: 4.0mm + Có đầu nối bơm rửa - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402	Cái	1
11	Kềm cắt, dài 388mm, đường kính 3.0mm	Kềm cắt - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Chiều dài hoạt động: 290mm ($\pm 3\%$) + Chiều dài tổng: 388mm ($\pm 3\%$) + Đường kính: 3.0mm + Có đầu nối bơm rửa - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402	Cái	1
12	Kềm cắt, dài 490mm, đường kính 5.4mm, độ rộng phần cắt 2.0mm	Kềm cắt - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Chiều dài hoạt động: 340mm ($\pm 3\%$) + Chiều dài tổng: 490mm ($\pm 3\%$) + Đường kính: 5.4mm + Độ rộng phần cắt: 2.0mm + Có đầu nối bơm rửa - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402	Cái	1

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
13	Kềm cắt, dài 490mm, đường kính 5.4mm, độ rộng phần cắt 3.5mm	Kềm cắt - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Chiều dài làm việc: 340mm ($\pm 3\%$) + Chiều dài tổng: 490mm ($\pm 3\%$) + Đường kính: 5.4mm + Độ rộng phần cắt: 3.5mm + Có đầu nối bơm rửa - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402	Cái	1
14	Kềm cắt Kerrison 60 độ, dài 460mm	Kềm cắt Kerrison 60 độ - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Đầu cắt: 60 độ + Chiều dài làm việc: 380mm + Chiều dài tổng: 460mm ($\pm 3\%$) + Ngàm cắt: 5.5 x 4.5mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402	Cái	1
15	Kềm cắt Kerrison, dài 460mm	Kềm cắt Kerrison - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Chiều dài làm việc: 380mm + Chiều dài tổng: 460mm ($\pm 3\%$) + Ngàm cắt: 5.5 x 4.5mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402	Cái	1
16	Tay cầm điện cực RF, dài 3000mm	Tay cầm điện cực RF - Cấu tạo: + Chiều dài: 3000mm ($\pm 3\%$) + Phích cắm thiết bị tương thích 2 PIN chuẩn quốc tế - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
17	Khay dùng bảo quản và tiệt khuẩn dụng cụ	Khay dùng bảo quản và tiệt khuẩn dụng cụ - Cấu tạo: + Có thể tiệt khuẩn hơi nước và nhiệt độ thấp + Kích thước bên trong: 600 x 57 x 200mm ($\pm 3\%$) + Kích thước bên ngoài: 666 x 77 x 266mm ($\pm 3\%$) + Có tấm lót dụng cụ và nắp đậy - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
18	Chổi làm sạch ống soi đĩa đệm	Chổi làm sạch ống soi đĩa đệm - Cấu tạo: + Chiều dài tổng: 400mm ($\pm 3\%$) + Đường kính: 7.0mm + Tương thích với ống soi đĩa đệm 20 độ, dài 293mm	Cái	20

CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Mã HS	Chủng loại	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng (có khả năng cung ứng)	Đơn giá	Quyết định/hợp đồng trúng thầu tại các cơ sở y tế khác			Ghi chú
													Số QĐ	Ngày ban hành	Đơn giá	

- ❖ Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày báo giá.
 - Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành hàng hóa.
 - Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

