

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp linh kiện, vật tư theo máy, công cụ dụng cụ lần 3 năm 2024

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 10 giờ, ngày 08.6.2024

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo Nhân Số điện thoại: 028.3952.5239

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J19-035-nttnhan) (2).

TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



BM: CVĐT.01(1)


Đu .l

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ				
TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Cảm biến lưu lượng dòng mê cho máy gây mê hãng Datex Ohmeda, model: Aestiva 7100/7900/MRI; Acspire 7100/7900/View và hãng GE, model: Avance CS2; Aisys CS2	Cảm biến đo lưu lượng dòng mê Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đo sự chênh lệch áp lực của dòng khí hít vào và thở ra của bệnh nhân để tính giá trị thông số thể tích/ 1 nhịp thở của bệnh nhân, Tương thích máy gây mê hãng Datex Ohmeda, model: Aestiva 7100/7900/MRI; Acspire 7100/7900/View và hãng GE, model: Avance CS2; Aisys CS2 Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế.	Cái	13
2	Cảm biến oxy sử dụng cho máy gây mê hãng Datex Ohmeda, model: Aestiva 7100/7900/MRI; Acspire 7100/7900/View	Cảm biến oxy: Tương thích với máy gây mê hãng Datex Ohmeda, model: Aestiva 7100/7900/MRI; Acspire 7100/7900/View Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế.	Cái	16
3	Bộ dụng cụ kê tư thế nằm nghiêng	Bộ dụng cụ kê tư thế nằm nghiêng: Tương thích với bàn mổ hãng Maquet, model: Alpha classic pro đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	8
4	Mô tơ bơm tách khí có chuỗi cảm sử dụng cho máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S	Mô tơ bơm tách khí: - Tương thích với máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế.	Cái	5
5	Mô tơ bơm dòng có chuỗi cảm sử dụng cho máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S	Mô tơ bơm dòng: - Tương thích với máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế.	Cái	5
6	Đầu bơm sử dụng cho máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S	Đầu bơm : - Tương thích với máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế.	Cái	6
7	Cụm van thở ra, cảm biến lưu lượng sử dụng cho máy thở (gồm màng van thở ra) hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980	Cụm van thở ra cảm biến lưu lượng bao gồm van thở ra , cảm biến lưu lượng van thở ra, màng van thở ra, vòng đệm bộ lọc thở ra và bộ lọc cảm biến áp suất. Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 đang sử dụng tại Bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế.	Cái	8
8	Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO	Cảm biến oxy: - Tương thích với máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế.	Cái	3
9	Cáp nối máy thở với cảm biến dòng khí sử dụng cho máy thở xâm lấn hãng Acutronic, model: Fabian HFO	Cáp nối máy thở và cảm biến dòng khí: Chất liệu: thân cáp bằng nhựa. - Tương thích với máy thở xâm lấn hãng Acutronic, model: Fabian HFO. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế.	Cái	3

Y
TH VI
QC Y
Đ CHỈ
ĐC T

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
10	Màng van thở ra sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO	Màng van thở ra: - Chất liệu: silicon , tái sử dụng , - Hấp tiết trùng autoclavable 134 độ C - Tương thích với máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế.	Cái	3
11	Van thở ra (không kèm cảm biến lưu lượng) sử dụng cho máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860	Van thở ra: - Hấp tiết trùng được. - Tương thích với máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860 đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế.	Cái	18
12	Cảm biến lưu lượng thở ra sử dụng cho máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860	Cảm biến lưu lượng thở ra: - Dải đo: 0 đến 200 L/phút - Hấp tiết trùng được - Tương thích với máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860 đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế.	Cái	31
13	Van thở ra sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840	Van thở ra: - Van điều khiển bằng điện áp tối đa là 6V - Van đóng ở kỳ thở vào, mở ra ở kỳ thở ra và duy trì được mức áp lực PEEP/CPAP. - Được điều khiển điện tử trong suốt chu kỳ thở - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế.	Cái	8
14	Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840	Cảm biến oxy: - Phạm vi đo lường: 0 đến 100% - Phạm vi đầu ra: từ 9mV đến 16mV - Thời gian đáp ứng 90%: ≤ 12 giây - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế.	Cái	33
15	Cảm biến lưu lượng khí thở ra sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840	Cảm biến lưu lượng khí thở ra: - Đo lưu lượng oxy/khí thở ra từ bệnh nhân - Bộ điều khiển sử dụng nguồn điện +12V và + 5V - Cảm biến nhiệt sử dụng điện áp +12V - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế.	Cái	31

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
16	Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840	Cảm biến oxy: - Phạm vi đo lường: 0 đến 100% - Phạm vi đầu ra: từ 9mV đến 16mV - Thời gian đáp ứng 90%: ≤ 12 giây - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế.	Cái	33
17	Điều áp hút gắn tường	Điều áp hút gắn tường: - Áp lực hút: 0 – 600mbar - Bình chống tràn dung tích 100ml bằng polycarbonate. - Đầu cắm nhanh vancum tương thích với hệ thống hút đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	131
18	Tủ treo ống nội soi mềm	Tủ treo ống nội soi mềm: - Treo được cùng lúc 03 ống soi - Khung tủ bằng thép không gỉ - Có khung cửa sổ bằng kính nhìn thấy bên trong - Có hệ thống quạt thông khí bên trong - Có bộ lọc khí sạch Hepa Có đèn UV để khử khuẩn tủ Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1
19	Ống soi mũi xoang góc 0 độ, đường kính 2,7mm, chiều dài 108mm	Ống soi mũi xoang: Góc 0 độ, đường kính 2,7mm, chiều dài 108mm Tương thích với camera nội soi Telecam Dx hãng Storz Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	2



CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Mã HS	Chủng loại	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng (có khả năng cung ứng)	Đơn giá	Quyết định/hợp đồng trúng thầu tại các cơ sở y tế khác			Ghi chú
													Số QĐ	Ngày ban hành	Đơn giá	

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày báo giá.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành hàng hóa.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

