

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 2830.../BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp máy holter huyết áp và máy holter điện tim.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 05/7/2024
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.

Người liên hệ: Phạm Cao Lâm

Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
 - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
 - + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa
- Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K22-281-pclam) (02).

**TUO. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ**



Nguyễn Hữu Thịnh



BM-CVĐT 01/11

fu ca

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 2830/BVĐHYD-VTTB ngày 24.1.6.../2024)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy holter huyết áp	1. Yêu cầu chung - Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, 13485 hoặc tương đương. 2. Yêu cầu về cấu hình - Máy chính: 01 cái - Bao đo huyết áp kèm ống hơi (kích cỡ S, M, L): 03 cái - Bao đựng máy và kẹp đeo cho người đo: 01 cái - Pin sạc sử dụng cho một lần hoạt động: 02 bộ - Bộ sạc cho pin: 01 bộ - Túi đựng máy: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Chỉ tiêu kỹ thuật - Phạm vi đo huyết áp tâm trương/tâm thu: ≤ 40 mmHg đến ≥ 230 mmHg - Phạm vi đo nhịp tim: ≤ 40 nhịp/phút đến ≥ 200 nhịp/phút - Màn hình hiển thị LCD, tích hợp trên máy đo $\geq 1,5$ inch - Cho phép thiết lập khoảng thời gian giữa các lần đo tối thiểu ≤ 05 phút - Thời gian theo dõi huyết áp: ≥ 24 giờ 4. Các điều kiện khác - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng	Cái	02
2	Trạm hiển thị và phân tích kết quả holter huyết áp	1. Yêu cầu chung - Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau. 2. Yêu cầu về cấu hình - Máy vi tính: 01 cái	Bộ	01

ĐẠI
TP.
Y

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Màn hình hiển thị: 01 cái - Bộ kết nối holter huyết áp và cáp truyền dữ liệu: 01 bộ - Phần mềm hiển thị và phân tích kết quả holter huyết áp: 01 bộ - Phụ kiện đi kèm (bàn phím, chuột máy tính): 01 bộ 3. Chỉ tiêu kỹ thuật - Máy vi tính: - Cài đặt sẵn hệ điều hành Windows 10 trở lên, có bản quyền. - Cấu hình phù hợp với phần mềm hiển thị và phân tích kết quả holter huyết áp đi kèm. - Màn hình hiển thị có kích thước ≥ 21 inch - Phần mềm hiển thị và phân tích kết quả holter huyết áp - Phần mềm có thể thiết lập các thông số đo, thông tin (tên, tuổi, ID,...) trước khi thực hiện đo trên người bệnh. - Hiển thị và phân tích kết quả đo từ máy holter huyết áp. 4. Các điều kiện khác - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng		
3	Máy holter điện tim 24 giờ	1. Yêu cầu chung - Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, 13485 hoặc tương đương 2. Yêu cầu về cấu hình - Máy chính: 01 cái - Dây tín hiệu điện tim: 01 cái - Điện cực dán: 100 cái - Bao đựng máy và kẹp đeo cho người đo: 01 bộ - Pin sạc sử dụng cho một lần hoạt động: 02 bộ - Bộ sạc cho pin: 01 bộ	Cái	10

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Túi đựng máy: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Chỉ tiêu kỹ thuật - Số chuyển đạo đo được: 12 chuyển đạo - Thời gian ghi nhận tín hiệu tối thiểu: ≥ 24 giờ - Có chức năng tự động phát hiện máy tạo nhịp tim - Màn hình hiển thị LCD, tích hợp trên máy đo: $\geq 1,5$ inch 4. Các điều kiện khác - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu - Nhà cung cấp thực hiện kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.		
4	Trạm hiển thị và phân tích kết quả holter điện tim	1. Yêu cầu chung - Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau. 2. Yêu cầu về cấu hình - Máy vi tính: 01 cái - Màn hình hiển thị: 01 cái - Bộ kết nối holter điện tim và cáp truyền dữ liệu: 01 bộ - Phần mềm hiển thị và phân tích kết quả holter điện tim: 01 bộ - Phụ kiện đi kèm (bàn phím, chuột máy tính): 01 bộ - Máy in: 01 cái 3. Chỉ tiêu kỹ thuật - Máy vi tính: + Cài đặt sẵn hệ điều hành Windows 10 trở lên, có bản quyền. + Cấu hình phù hợp với phần mềm hiển thị và phân tích kết quả holter điện tim đi kèm. - Màn hình hiển thị có kích thước ≥ 21 inch	Bộ	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Phần mềm hiển thị và phân tích kết quả holter điện tim: + Phần mềm có thể thiết lập các thông số đo, thông tin (tên, tuổi, ID,...) trước khi thực hiện đo trên người bệnh. + Hiển thị và phân tích kết quả đo từ máy holter điện tim. - Máy in: + Loại in đen/trắng + Giấy in: tối thiểu khổ giấy A4, A5		

Ghi chú: Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung ứng chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung ứng có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung ứng phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		– Phần mềm hiển thị và phân tích kết quả holter điện tim: + Phần mềm có thể thiết lập các thông số đo, thông tin (tên, tuổi, ID,...) trước khi thực hiện đo trên người bệnh. + Hiển thị và phân tích kết quả đo từ máy holter điện tim. – Máy in: + Loại in đen/trắng + Giấy in: tối thiểu khổ giấy A4, A5		

Ghi chú: Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung ứng chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung ứng có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung ứng phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Mã hàng hóa (Model)	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu/ Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Mã HS của hàng hóa	Ghi chú
												Số QĐ/ Hợp đồng	Ngày QĐ/ Hợp đồng	Giá trị		
1	1	Máy holter huyết áp			Đính kèm phụ lục			Cái	02							
2	2	Trạm hiển thị và phân tích kết quả holter huyết áp						Bộ	01							
3	3	Máy holter điện tim 24 giờ						Cái	10							
4	4	Trạm hiển thị và phân tích kết quả holter điện tim						Cái	01							



BM-CVĐT.03(1)

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ

Cal

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.
- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*
- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ					HÀNG HÓA CHÀO GIÁ										
TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tên hàng hóa	Model, mã hàng	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Giá kê khai	Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1	Máy holter huyết áp		cái	2											
2	Trạm hiển thị và phân tích kết quả holter huyết áp		bộ	1											
3	Máy holter điện tim 24 giờ		cái	10											
4	Trạm hiển thị và phân tích kết quả holter điện tim		bộ	1											

