

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp bộ dụng cụ khung vén não
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 9 giờ, ngày 31/.../.../2024
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo Nhân Số điện thoại: 028.3952.5239

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có)
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có)

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J19-035-nttnhan) (2)

TU. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



thư

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Cánh tay linh hoạt uốn cong được hỗ trợ banh vén 39cm	Cánh tay linh hoạt uốn cong được, hỗ trợ banh vén 39cm: - Vật liệu chính cho cánh tay: Ti-6AL-4V - Chất liệu tay vận: Hợp kim nhôm AL 6061-T6 - Chất liệu sợi cáp: Thép không gỉ 300 series và Nitinol #1 - Chiều dài làm việc 39cm ($\pm 5\%$) - Tính năng: không rơi hạt khi đứt cáp - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	6
2	Kẹp cố định các dụng cụ vén não	Kẹp cố định các dụng cụ vén não - Chất liệu: Thép không gỉ - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	6
3	Kẹp khóa cố định cánh tay giữ linh hoạt	Kẹp khóa cố định cánh tay giữ linh hoạt - Chất liệu: Thép không gỉ - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	6
4	Thanh cố định ngang 15cm	Thanh cố định ngang 15cm - Kích thước: 15cm ($\pm 5\%$) - Chất liệu thanh ngang: Thép không gỉ 300 series - Chất liệu tay vận kẹp và đầu nối: Hợp kim nhôm AL 6061-T6 - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	4
5	Kẹp giữ các thanh cố định	Kẹp giữ các thanh cố định - Chất liệu phần thân chính: Thép không gỉ 17-4 PH H900 - Chất liệu tay vận kẹp: Hợp kim nhôm AL 6061-T6 - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	6
6	Thanh cố định đứng dài 30cm	Thanh cố định đứng dài 30cm - Chất liệu: Thép không gỉ 300 series - Kích thước: dài 30cm ($\pm 5\%$) - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	6
7	Bộ khóa cố định Hệ thống khung giữ banh vén sọ vào khung kẹp sọ:	Bộ khóa cố định Hệ thống khung giữ banh vén sọ vào khung kẹp sọ: - Chất liệu phần thân chính và tay vận: Hợp kim nhôm AL 6061-T6 ; - Loại: 3 đầu đầu nối - Kết nối: kiểu Starburst - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Bộ	2

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
8	Que vén não hình thìa uốn được rộng 2.2 mm	Que vén não hình thìa uốn được rộng 2.2 mm - Dài 200mm ($\pm 5\%$) - Chiều rộng mũi que: 2.2 mm ($\pm 5\%$) - Chất liệu: thép không gỉ - Loại uốn được, bề rộng thuận dần - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	2
9	Que vén não hình thìa uốn được rộng 3.8 mm	Que vén não hình thìa uốn được rộng 3.8 mm - Dài 200mm ($\pm 5\%$) - Chiều rộng mũi que: 3.8 mm ($\pm 5\%$) - Chất liệu: thép không gỉ - Loại uốn được, bề rộng thuận dần - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	2
10	Que vén não hình thìa uốn được rộng 5.8 mm	Que vén não hình thìa uốn được rộng 5.8 mm - Dài 200mm ($\pm 5\%$) - Chiều rộng mũi que: 5.8 mm ($\pm 5\%$) - Chất liệu: thép không gỉ - Loại uốn được, bề rộng thuận dần - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	2
11	Que vén não hình thìa uốn được rộng 7mm	Que vén não hình thìa uốn được rộng 7mm - Dài 200mm ($\pm 5\%$) - Chiều rộng mũi que: 7 mm ($\pm 5\%$) - Chất liệu: thép không gỉ - Loại uốn được, bề rộng thuận dần - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	2
12	Ống hút 4Fr	Ống hút 4Fr - Loại uốn cong được, thân ống thon giảm dần - Đường kính ngoài mũi ống hút: $1.33 \pm 0.1\text{mm}$ - Đường kính trong mũi ống hút: $0.9 \pm 0.15\text{mm}$ - Chiều dài: 175mm ($\pm 5\%$) - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	2
13	Ống hút 6Fr	Ống hút 6Fr - Loại uốn cong được, thân ống thon giảm dần - Đường kính ngoài mũi ống hút: $2 \pm 0.1\text{mm}$ - Đường kính trong mũi ống hút: $1.4 \pm 0.15\text{mm}$ - Chiều dài 175mm ($\pm 5\%$) - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	2
14	Ống hút 9Fr	Ống hút 9Fr: - Loại uốn cong được, thân ống thon giảm dần - Đường kính ngoài mũi ống hút: $3 \pm 0.1\text{mm}$ - Đường kính trong mũi ống hút: $2.4 \pm 0.15\text{mm}$ - Chiều dài 175mm ($\pm 5\%$) - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	2



TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
15	Ống hút 12Fr	Ống hút 12Fr: - Loại uốn cong được, thân ống thon giảm dần - Đường kính 12Fr: - Đường kính ngoài mũi ống hút: $4 \pm 0.1\text{mm}$ - Đường kính trong mũi ống hút: $3.4 \pm 0.15\text{mm}$ - Chiều dài 175mm ($\pm 5\%$) - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	2
16	Hộp hấp tiệt trùng bộ banh vén não	Hộp hấp tiệt trùng bộ banh vén não - Vật liệu: Thép không gỉ, Silicone, Nhôm - Kích thước: 30 x 70cm ($\pm 5\%$) - Bao gồm hộp, nắp đậy và 1 khay đựng dụng cụ - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Mã HS	Chủng loại	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng (có khả năng cung ứng)	Đơn giá	Quyết định/hợp đồng trúng thầu tại các cơ sở y tế khác			Ghi chú
													Số QĐ	Ngày ban hành	Đơn giá	

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày báo giá.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành hàng hóa.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

Ngày 19 tháng 7 năm 2024

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

