

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp máy đo bilirubin qua da.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM
- Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 12./8./2024
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Nguyễn An Duy

Số điện thoại: 0985.719.324

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K18-190-naduy) (02).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



Handwritten signature

PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 3.198./BVDHYD-VTTB ngày 30.../.../2024)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy đo bilirubin qua da	I. Yêu cầu về cấu hình Cấu hình cung cấp cho 01 thiết bị: – Máy chính: 01 cái – Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ – Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì (tài liệu kỹ thuật) tiếng Việt/tiếng Anh: 01 bộ II. Tính năng kỹ thuật – Thiết bị cung cấp phép đo số hóa tương quan với kết quả kiểm tra bilirubin huyết thanh. – Đầu đo sử dụng nhiều lần. – Kết nối được với máy quét mã vạch cung cấp tính năng nhập nhanh thông tin ID của điều dưỡng và bệnh nhân. – Màn hình hiển thị cảm ứng. – Bộ nhớ trong: lưu được ≥100 tệp bệnh nhân. – Truyền dữ liệu qua chuẩn HL7: Cho phép kết nối với các bản ghi bệnh án điện tử – Thông số về điện: + Pin: NiMH tích hợp bên trong + AC adapter – Số lượng phép đo (khi được sạc đầy): ≥250 phép đo. – Nguồn sáng: Đèn hồ quang xenon xung – Tuổi thọ của nguồn sáng: ≥150.000 phép đo – Cảm biến: Di-ốt quang Silicon – Dải đo: 0,0 mg/dL đến ≥20,0 mg/dL (0 μmol/L đến ≥340 μmol/L) – Sai số ước tính chuẩn dữ liệu lâm sàng (SEE): ± ≤1,6 mg/dL hoặc ± ≤28 μmol/L	Cái	

