

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 4634./BVĐHYD-VTTB
V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp hệ thống nội soi Tai mũi họng và niệu.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM
- Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 03/10/2024
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Nguyễn An Duy Số điện thoại: 0985.719.324

10. Yêu cầu khác:
Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:
 - + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
 - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
 - + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K18-190-naduy) (02).

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ**



Nguyễn Hữu Thịnh



BM:CVBT.01(1)

PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 4634../BVĐHYD-VTTB ngày 23/.../2024)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống nội soi tai mũi họng	1. CẤU HÌNH CUNG CẤP - Bộ xử lý hình ảnh (tích hợp nguồn sáng): 01 cái - Camera: 01 cái - Dây dẫn sáng: 01 cái - Ống soi cứng tai 0 độ : 01 cái - Ống soi cứng tai, mũi 0 độ : 01 cái - Ống soi cứng thanh quản 70 độ : 01 cái - Xe đẩy nội soi 3 tầng: 01 cái - Màn hình LCD 24 inch : 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt: 01 bộ 2. TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: 2.1. Bộ xử lý hình ảnh (tích hợp nguồn sáng): - Loại đèn: Đèn LED - Tuổi thọ đèn: Tối thiểu 50.000 giờ - Độ sáng: ≥ 1000 lumen - Nhiệt độ màu: 5000-6500K - Độ sáng: có thể điều chỉnh - Đầu ra video tối thiểu có: 02 cổng AV - Dây kết nối + card kết nối + Pedan chụp ảnh : 01 bộ 2.2. Camera - Cảm biến hình ảnh: $\geq 1/3"$ CMOS - Độ phân giải: $\geq 640 \times 480p$ - Dây cáp đầu camera: ≥ 3 m - Cân bằng trắng: tự động/thủ công 2.3. Ống nội soi: - Ống soi tai 0 độ có đường kính ≤ 2.7 mm, chiều dài ống ≥ 110 mm, loại thẳng, cấu tạo thép không gỉ - Ống soi tai, mũi 0 độ có đường kính ≤ 4 mm, chiều dài ống ≥ 175 mm, loại thẳng, cấu tạo thép không gỉ	Hệ thống	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Ống soi thanh quản 70 độ có đường kính ≤ 4 mm, chiều dài ống ≥ 175mm, loại thẳng, cấu tạo thép không gỉ 2.4 Xe đẩy hệ thống nội soi: - Cấu tạo thép, sơn tĩnh điện, 04 bánh có khóa - Có ngăn kéo - Xe 03 tầng, có giá đỡ dây sáng, dây camera, ống soi		
2	Hệ thống nội soi niệu	1. CẤU HÌNH CUNG CẤP - Bộ xử lý hình ảnh (tích hợp nguồn sáng): 01 cái - Camera: 01 cái - Màn hình chuyên dụng: 01 cái - Ống nội soi cứng bàng quang bề thận: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt: 01 bộ 2. TÍNH NĂNG KỸ THUẬT 2.1. Bộ xử lý hình ảnh (tích hợp nguồn sáng): - Hệ thống điều khiển và chiếu sáng nguồn đèn lạnh LED tích hợp - Chức năng thu nhỏ phóng to người dùng có thể điều chỉnh tùy trường hợp sử dụng - Hình dạng hiển thị hình ảnh có thể được đặt thành hình vuông hoặc hình tròn, tùy thuộc vào thói quen người dùng - Hỗ trợ cân bằng trắng AWC, hình ảnh có thể đóng băng, chụp hình ảnh và quay video - Xử lý chống nhiễu đặc biệt để loại bỏ hiệu quả nhiễu do tần số cao gây ra - Loại đèn: Đèn LED - Độ sáng: ≥ 1000 lumen - Nhiệt độ màu: 3000K-7000K - Độ sáng: có thể điều chỉnh 2.2. Camera - Độ phân giải: $\geq 1920 \times 1080$ pixel - Nguồn sáng: Tự động hoặc thủ công (tùy chỉnh) 2.3. Màn hình LCD - Kích thước: ≥ 24 inch - Độ phân giải: $\geq 1920 \times 1080$ Pixels 2.4. Ống nội soi cứng bàng quang bề thận	Hệ thống	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Góc nhìn: ≥ 12 độ - Trường nhìn: ≥ 84 độ - Đường kính: $\geq 8Fr / 9.8Fr$ - Chiều dài làm việc: $\geq 430mm$		

