

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9. năm 2024

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự toán: Cung cấp hệ thống nội soi tiêu hóa.
 - Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
 - Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
 - Loại hợp đồng: Trọn gói
 - Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

- Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 - Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
 - Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
 - Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 8/10/2014
 - Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.

Người liên hệ: Nguyễn An Duy Số điện thoại: 0985.719.324

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
 - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
 - + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./.

Noi nhận:

- Như trên;
 - Giám đốc (để báo cáo);
 - Đơn vị Quản lý Đầu tàu (để đăng tin);
 - Lưu: VT, VTTB (K18-190-naduy) (02).

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ**



Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 4737/BVĐHYD-VTTB ngày 27/9/2024)

TT	Tên danh mục mồi chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống nội soi tiêu hóa có tích hợp trí tuệ nhân tạo	<p>Hệ thống nội soi tiêu hóa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp hình ảnh với độ phân giải tối thiểu full HD. - Có chức năng chiếu sáng với bước sóng ngắn hỗ trợ chẩn đoán ung thư thực quản, dạ dày và đại trực tràng giai đoạn sớm. - Chức năng phóng đại cao. - Khả năng mở rộng chức năng, tương thích với hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân tích, phát hiện và chẩn đoán tổn thương tân sinh và ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm. - Nguồn sáng LED <p>Hệ thống trí tuệ nhân tạo trong nội soi tiêu hóa có các tính năng cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ phân tích và phát hiện các tổn thương của đại trực tràng theo thời gian thực bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. - Hỗ trợ phân tích các hình ảnh nội soi tiêu hóa với công nghệ trí tuệ nhân tạo, cảnh báo bằng màu sắc và âm thanh trên màn hình khi phát hiện có tổn thương của đại trực tràng theo thời gian thực. - Hỗ trợ chẩn đoán có hoặc không có tổn thương của đại trực tràng theo thời gian thực nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo. - Nhận dạng các loại dây nội soi đang sử dụng và hiển thị trên màn hình. - Tương thích với hệ thống nội soi tiêu hóa có chức năng chẩn đoán ung thư óng tiêu hóa giai đoạn sớm. 	Hệ thống	7
2	Hệ thống nội soi tiêu hóa	<p>Hệ thống nội soi tiêu hóa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp hình ảnh với độ phân giải tối thiểu full HD. - Có chức năng chiếu sáng với bước sóng ngắn hỗ trợ chẩn đoán ung thư thực quản, dạ dày và đại trực tràng giai đoạn sớm. - Chức năng phóng đại cao. 	Hệ thống	1

TT	Tên danh mục mòn chà gián	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Khả năng mở rộng chức năng, tương thích với hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân tích, phát hiện và chẩn đoán tổn thương tân sinh và ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm. - Nguồn sáng LED 		
3	Dây nội soi dạ dày	<ul style="list-style-type: none"> - Dây nội soi dạ dày với tính năng hỗ trợ chiếu sáng với bước sóng ngắn, hỗ trợ chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm. - Dây nội soi dạ dày có chức năng phóng đại. - Có kênh nước phụ. - Có trang bị tính năng uốn cong thích ứng giúp người dùng dễ dàng đưa dây nội soi qua những góc cong. 	Cái	32
4	Dây nội soi đại tràng	<ul style="list-style-type: none"> - Dây nội soi đại tràng với tính năng hỗ trợ ánh sáng tăng cường chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm. - Dây nội soi đại tràng có chức năng phóng đại. - Có kênh nước phụ. - Có trang bị tính năng truyền lực giúp dây nội soi truyền chuyển động của các thao tác đẩy, kéo, xoay. - Có trang bị tính năng uốn cong thích ứng giúp người dùng dễ dàng đi dây nội soi qua những góc cong. 	Cái	18
5	Máy rửa dây nội soi	<ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ rửa dây nội soi mềm bằng siêu âm và dưới áp lực cao giúp đánh bay mảng bám ở các phần ở đầu dây nội soi mà không gây hư hại cho ống. - Làm sạch đồng thời hai dây nội soi cùng lúc giúp cải thiện chu trình và sử dụng dây nội soi hiệu quả. - Tự động định lượng lượng hóa chất cần sử dụng cho mỗi chu trình. - In trả kết quả rửa dây nội soi sau khi hoàn tất qui trình rửa. - Kiểm soát từng giai đoạn rửa, tự động hóa nhằm tránh những lỗi sai sót do con người thực hiện rửa dây nội soi bằng tay. - Tương thích với nhiều loại hóa chất khử khuẩn trên thị trường. 	Cái	27

TT	Tên danh mục mồi chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
6	Tủ khô, lưu trữ dây nội soi	<ul style="list-style-type: none"> - Duy trì môi trường vô khuẩn lưu trữ an toàn và kiểm soát nhiễm khuẩn dây nội soi bằng lọc khí HEPA làm khô. - Có máy bơm khí, cung cấp khí vô khuẩn liên tục cho 1 tủ. - Tương thích với quy trình làm sạch AER hoặc tương đương. - Tủ thiết kế khay xoay 360 độ bảo quản được 9 dây nội soi. - Khóa cửa điện từ. - Đồng hồ đếm ngược hiển thị thời gian bảo quản hợp lệ hoặc không hợp lệ. - Tủ có áp lực dương. - Tương thích với các dây nội soi của Olympus, Fujifilm, Pentax. 	Cái	8

Y TẾ
VIỆN
Y DƯỢC
HÌNH
TP. HỒ

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-.... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Model	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trung thầu/ Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Mã HS của hàng hóa	Ghi chú
										Số QĐ/ Hợp đồng	Ngày QĐ/ Hợp đồng	Giá trị		
	Đính kèm phụ lục													

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);



- Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Thời hạn bảo hành (nếu có): tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
- Chi tiết phụ kiện (nếu có);
- Báo giá này có hiệu lực tháng kể từ ngày báo giá;
- Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
- Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.