

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp máy siêu âm màu.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 20./10/2025
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Phạm Cao Lâm

Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật (hướng dẫn sử dụng, thông số kỹ thuật,...) của hàng hóa.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K22-281-pclam) (01).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số/BVĐHYD-VTTB ngày/...../2025)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy siêu âm màu xách tay	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Yêu cầu về cấu hình - Máy chính: 01 cái - Đầu dò Linear: 01 cái - Đầu dò Convex: 01 cái - Vali đựng máy: 01 cái - Pin dự trữ: 01 cái - USB dung lượng ≥ 32 GB: 01 cái - Cáp kết nối với máy tính: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Gel siêu âm: 05 lít - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu - Máy chính được thiết kế có thể gấp gọn kèm tay nắm xách tay - Kích thước màn hình hiển thị: ≥ 15 inch - Độ phân giải màn hình hiển thị: $\geq 1024 \times 768$ pixel - Bàn phím chữ, số kèm trackball và các phím thao tác nhanh tích hợp đồng bộ trên máy chính - Máy chính có thể nâng cấp thêm xe đẩy, tích hợp chức năng kết nối đồng thời ≥ 03 đầu dò và cổng gắn dây tín hiệu ECG - Khối lượng của máy chính bao gồm pin dự trữ: ≤ 06 kg - Pin dự trữ loại lithium, dung lượng: ≥ 5000 mAh - Ổ cứng lưu trữ dữ liệu loại SSD, dung lượng: ≥ 256 GB - Số kênh xử lý: ≥ 220.000 kênh - Thang xám hiển thị: ≥ 256 mức - Dải động: ≥ 256 dB - Tỉ lệ khung hình trên giấy tối đa: ≥ 1.700 khung hình/giây	Cái	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 33 cm - Đầu dò Linear + Dải tần số từ $\leq 4,5$ MHz đến ≥ 13 MHz + Số chân tử: ≥ 192 + Có hỗ trợ hướng dẫn sinh thiết - Đầu dò Convex + Dải tần số từ ≤ 2 MHz đến ≥ 5 MHz + Số chân tử: ≥ 128 + Trường nhìn của đầu dò: $\geq 55^\circ$ + Có hỗ trợ hướng dẫn sinh thiết - Các phần mềm hỗ trợ tối thiểu + Phần mềm mở rộng vùng quét + Phần mềm hướng dẫn sinh thiết, nhận diện kim sinh thiết + Phần mềm tái tạo hình ảnh 3D + Phần mềm đo đạc và tính toán (Độ sâu, khoảng cách, chu vi, diện tích, vận tốc, gia tốc,...) + Phần mềm hướng dẫn thực hành siêu âm - Phần mềm có thể nâng cấp: Phần mềm tái tạo hình ảnh 4D theo thời gian thực, phần mềm siêu âm đàn hồi định lượng/bán định lượng dùng cho giáp, vú - Các yêu cầu về kết nối + Cổng xuất hình ảnh tích hợp trên máy chính chuẩn HDMI ≥ 01 cổng + Cổng kết nối USB: ≥ 03 cổng + Cổng kết nối mạng RJ45: ≥ 01 cổng + Hỗ trợ kết nối DICOM.		

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
2	Máy siêu âm màu	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Yêu cầu về cấu hình - Máy chính: 01 cái - Đầu dò Linear: 01 cái - Đầu dò tim người lớn: 01 cái - Đầu dò tim trẻ em: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Gel siêu âm: 05 lít - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu - Dải động hệ thống: ≥ 272 dB - Số Kênh xử lý hệ thống: ≥ 550.000 kênh - Màn hình hiển thị LCD với kích thước ≥ 21 inch, độ phân giải tối thiểu 1920 x 1080 - Màn hình điều khiển màu cảm ứng LCD với kích thước ≥ 10 inch - Số cổng kết nối đầu dò: ≥ 4 cổng - Các chế độ hoạt động tối thiểu: + Chế độ B-mode + Chế độ M-mode + Doppler phổ + Doppler xung + Doppler liên tục CW + Chế độ Doppler màu + Chế độ dòng màu: + Chế độ Doppler năng lượng + Chế độ Doppler màu năng lượng độ phân giải cao + Chế độ Doppler 2 cổng (Dual Gate Doppler) + Chế độ Doppler mô - Bộ nhớ lưu trữ ≥ 500 GB - Đo lường và phân tích: + Các phép đo cơ bản: Chế độ B-mode (: Khoảng cách, Dist-trace, Diện tích / chu vi, Thể tích, Góc hông J, Biểu đồ, Góc, B.Index), Chế độ Doppler:	Cái	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		(D.VEL, ACCEL, RI, Time, P1 / 2T, Nhịp tim, D.Caliper, D.Index (Caliper), D.Index (Trace), Mean.VEL., PI, D.Trace, Steno Flow, Dòng chảy ngược, Doppler thời gian thực) + Các phép đo tim mạch: Các phép đo thể tích LV, các phép đo diện tích van (AVA, MVA), LA/AO, Tỷ lệ, đo thể tích tâm thất phải, LA/RA, đo thể tích, các phép đo FAC, các phép đo IVC (tĩnh mạch chủ dưới), TAPSE, LVOT, RVOT, dòng chảy ngược (AR, PR, MR, TR), Dòng chảy hẹp (AS, PS, MS, TS) + PISA + Các phép đo mạch máu: Đo lưu lượng máu (CCA (động mạch cảnh chung), ICA (động mạch cảnh trong), ECA (động mạch cảnh ngoài), BIFUR (Phân nhánh động mạch cảnh), VERT (động mạch đốt sống)), tỷ lệ hẹp, Đo động mạch và tĩnh mạch chi (lưu lượng động mạch chi dưới và chi trên, lưu lượng tĩnh mạch chi dưới và chi trên) - Đầu dò Linear: + Dải tần số từ ≤ 2 MHz đến ≥ 12 MHz + Có hỗ trợ hướng dẫn sinh thiết - Đầu dò Tim người lớn: + Dải tần số từ ≤ 1 MHz đến ≥ 5 MHz - Đầu dò Tim trẻ em: + Dải tần số từ ≤ 2 MHz đến ≥ 9 MHz		

Ghi chú: Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung cấp chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung cấp có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-.... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Mã hàng hóa (Model)	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu/ Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Mã HS của hàng hóa	Ghi chú
												Số QĐ/ Hợp đồng	Ngày QĐ/ Hợp đồng	Giá trị		
1	1	Máy siêu âm màu xách tay						Cái	01							
2	2	Máy siêu âm màu						Cái	01							

Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)



BM: CVĐT.03(1)

ca

Ghi chú:

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);
- Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Thời hạn bảo hành:tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
- Chi tiết phụ kiện (nếu có);
- Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày.../.../20...;
- Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
- Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ					HÀNG HÓA CHÀO GIÁ										
TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tên hàng hóa	Model, mã hàng	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Giá kê khai	Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1	Máy siêu âm màu xách tay		Cái	1											
2	Máy siêu âm màu		Cái	1											