

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp máy hô hấp ký cho Khoa Thăm dò chức năng hô hấp.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 24/10/2025
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Phạm Cao Lâm

Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật (hướng dẫn sử dụng, thông số kỹ thuật,...) của hàng hóa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K22-281-pclam) (01).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ

Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số/BVĐHYD-VTTB ngày/...../2025)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy hồ hấp ký	1. Yêu cầu chung – Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau – Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu – Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 2. Yêu cầu về cấu hình <i>Cung cấp tối thiểu:</i> – Máy chính bao gồm cảm biến lưu lượng: 01 cái – Bơm hiệu chuẩn : 01 cái – Máy tính để bàn và phụ kiện đi kèm: 01 bộ – Phần mềm ghi nhận và phân tích dữ liệu: 01 bộ – Kẹp mũi: 10 cái – Ống thổi kèm phin lọc khuôn: 50 cái – Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu – Máy chính bao gồm cảm biến lưu lượng: + Nguồn cấp của máy chính qua cổng USB hoặc sử dụng nguồn điện 220V + Thông số đo lưu lượng: • Khoảng đo lưu lượng tối đa: ≥ 15 L/s • Độ chính xác thông số đo lưu lượng: $\pm \leq 5\%$ hoặc $\pm \leq 0,05$ L/s – Bơm hiệu chuẩn với dung tích 3L – Máy tính để bàn và phụ kiện đi kèm: + Kết nối với máy chính bằng kết nối không dây hoặc qua cổng USB + Màn hình hiển thị với kích thước ≥ 21 inch + Hệ điều hành Windows có bản quyền + Bộ nhớ RAM ≥ 8 GB + Ổ cứng lưu trữ dữ liệu SSD với dung lượng ≥ 1 TB + Phụ kiện đi kèm: bàn phím, chuột máy tính,... – Phần mềm ghi nhận và phân tích dữ liệu: + Cài đặt trực tiếp trên máy tính để bàn + Hiệu chuẩn cảm biến đo bằng thao tác trên phần mềm	Cái	02

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Đăng kí thông tin bệnh nhân và lưu trữ kết quả đo + Đo trực tiếp các chỉ số: • VC – Vital capacity: Dung tích sống • IC – Inspiratory capacity: Dung tích hít vào • FEV1 – Forced expiratory volume during 1 second: Thở tích thở ra gắng sức trong giây đầu tiên • FVC – Forced vital capacity: Dung tích sống gắng sức • FEV1/FVC: tỷ số FEV1/FVC • FEV1/VC: tỷ số FEV1/VC • FEF25-75 – Forced expiratory flow during 25-75% FVC • PEF – Peak expiratory flow: Lưu lượng thở ra đỉnh • PIF – Peak inspiratory flow: Lưu lượng hít vào đỉnh • FEF50/FIF50: tỷ số FEF50/FIF50 • FET – Forced expiratory time: Thời gian thở ra gắng sức + Tích hợp chỉ số tham khảo GLI (Global Lung Function Initiative) từ năm 2012 trở về sau + Biểu diễn kết quả đo bằng Z-score + Giảm đồ lưu lượng-thể tích FVC có thể biểu diễn cùng lúc trên cùng 1 biểu đồ: 3 đường trước thử thuốc giãn phế quản và 3 đường sau thử thuốc giãn phế quản, các đường biểu diễn này gồm cả thì hít vào và thì thở ra. Có thể trích xuất thông tin để in kết quả đánh giá + Phần mềm đo hỗ trợ đánh giá chất lượng tự động chất lượng theo tiêu chuẩn ATS/ERS – Xuất kết quả đánh giá sau khi kết thúc quá trình đo trên người bệnh		

Ghi chú: Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung cấp chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung cấp có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-.... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Mã hàng hóa (Model)	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu/ Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Mã HS của hàng hóa	Ghi chú
												Số QĐ/ Hợp đồng	Ngày QĐ/ Hợp đồng	Giá trị		
1	1	Máy hô hấp ký						Cái	02							

Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)



Ghi chú:

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);
- Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Thời hạn bảo hành:tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
- Chi tiết phụ kiện (nếu có);
- Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày.../.../20...;
- Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
- Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ					HÀNG HÓA CHÀO GIÁ										
TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tên hàng hóa	Model, mã hàng	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Giá kê khai	Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1	Máy hồ hấp ký		Cái	02											

04/0