

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp thiết bị cho Khoa Phẫu thuật hàm mặt – Răng hàm mặt.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của chủ đầu tư.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 13/11/2025
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Nguyễn An Duy Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K18-190-naduy) (02).

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ**



Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số/BVĐHYD-VTTB ngày/...../2025)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy định vị chóp răng	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/ 13485 hoặc tương đương. - Sử dụng Pin sạc - Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu	Cái	01
2	Máy nội nha tích hợp định vị chóp	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/ 13485 hoặc tương đương. - Sử dụng Pin sạc - Tích hợp chế độ định vị chóp: + Tự động khởi động/ dừng tại lỗ ống tùy + Tự động giảm tốc độ ở đỉnh hẹp + Tự động đảo ngược/ dừng khi qua chóp + Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu	Cái	01
3	Ghế khám nha	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/ 13485 hoặc tương đương. - Điện áp sử dụng: 220 – 240 V/ 50 Hz - Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Cấu hình cung cấp - Ghế bệnh nhân (Ghế điều trị): 01 bộ - Ghế nha sĩ: 01 cái - Ghế trợ thủ: 01 cái - Đèn trám răng: 01 cái - Bộ lấy cao răng (tích hợp với ghế khám nha): 01 cái - Camera trong miệng: 01 cái - Đèn đọc phim quanh chóp: 01 cái - Bồn nhỏ thủy tinh: 01 cái - Mâm trợ thủ và hệ thống hút: 01 bộ	Cái	05

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Bộ điều khiển bằng chân: 01 bộ - Tay xịt hơi / nước: 02 cái - Dây tay khoan và tay khoan nhanh: 02 bộ - Dây tay khoan và tay khoan chậm: 01 bộ - Bộ vệ sinh đường ống dây tay khoan và dây ống hút nước bọt: 01 bộ - Bộ sách hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ 3. Tính năng kỹ thuật - Chiều dài ghế $\geq 1750\text{mm}$ - Phạm vi nghiêng tựa lưng tối đa: $\geq 65^\circ$ - Phạm vi nâng hạ ghế: Từ $\leq 500\text{ mm}$ đến $\geq 700\text{ mm}$ - Bàn đạp điều khiển: + Bàn đạp điều khiển có chức năng điều khiển nâng, hạ, gập ngả tựa lưng của ghế bệnh nhân (ghế điều trị). + Tắt/ mở đèn làm việc - Bảng điều khiển chính (trên mâm nha sĩ): có các phím chức năng điều khiển nâng, hạ, ngả lưng, dựng lưng, đưa về vị trí cài đặt đầu tiên, đưa về vị trí làm việc ban đầu, tắt/mở khí/nước tay khoan, mở đèn xem film chụp. - Bảng điều khiển trợ thủ: có các phím chức năng điều khiển nâng, hạ, ngả lưng, đưa về vị trí nghỉ, đưa về vị trí cài đặt 1,2, đưa về vị trí làm việc ban đầu, mở/xả nước, tắt mở đèn làm việc - Giá đỡ dụng cụ vị trí mâm nha sĩ ≥ 6 vị trí gắn dụng cụ gồm: + 01 vị trí tay xịt + 03 vị trí tay khoan + 01 vị trí tay lấy cao răng + 01 vị trí camera trong miệng - Giá đỡ dụng cụ vị trí mâm phụ tá: ≥ 3 vị trí gắn dụng cụ - Có chức năng điều chỉnh mức độ hơi/nước cho tay xịt, tay khoan và bộ lấy cao răng - Có chức năng tự động rót nước khi đặt ly lấy nước. - Có chức năng tắt/ mở nước ấm.		

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Tay nâng đỡ mâm nha sĩ: Có khóa điều chỉnh nâng hạ - Đèn làm việc: + Cường độ sáng tối đa ≥ 25.000 Lux + Có chức năng tự động mở đèn khi ở vị trí làm việc, tự động tắt đèn khi ghế vị trí nghỉ làm việc + Tắt/ mở được đèn bằng các phím chức năng trên bảng điều khiển hoặc bàn đạp điều khiển - Tựa đầu bệnh nhân: Có thể điều chỉnh được tư thế - Khả năng nâng của ghế bệnh nhân (ghế điều trị) tối đa ≥ 135kg - Có chức năng tự động dừng ghế bệnh nhân (ghế điều trị) trong trường hợp khẩn cấp - Đèn trám răng: + Nguồn sáng: LED + Cường độ sáng tối đa: ≥ 1.400 mW/cm² - Bộ lấy cao răng (tích hợp với ghế khám nha): + Tay cầm, đầu mũi điều trị có thể tiệt trùng ở nhiệt độ 135 độ C + Có chế độ tự động kiểm soát công suất dựa trên tín hiệu phản hồi khi điều trị. - Camera trong miệng: + Camera có hệ thống chiếu sáng đèn led + Có tính năng chụp hình ảnh và quay video, và lưu trữ thông tin theo tên bệnh nhân + Có chế độ ngủ + Phần mềm kèm theo - Tay khoan tốc độ chậm: tỉ lệ truyền 1:1, tốc độ vòng quay tối đa ≥ 20.000 vòng/phút có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 135 ± 5 độ C. - Tay khoan tốc độ nhanh: tốc độ vòng quay tối đa ≥ 350.000 vòng/phút, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 135 ± 5 độ C		

CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành Phố Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-.... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Model	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu/ Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Mã HS của hàng hóa	Ghi chú
										Số QĐ/ Hợp đồng	Ngày QĐ/ Hợp đồng	Giá trị		
		Đính kèm phụ lục												

Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến điểm điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);



- Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Thời hạn bảo hành (nếu có): tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
- Chi tiết phụ kiện (nếu có);
- Báo giá này có hiệu lực tháng kể từ ngày báo giá;
- Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
- Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.