

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp thiết bị cho Khoa Chấn thương chỉnh hình.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của chủ đầu tư.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 13/11/2025
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Nguyễn An Duy Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K18-190-naduy) (02).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
 (Kèm theo Công văn số/BVĐHYD-VTTB ngày/...../2025)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy tập khớp vai thụ động	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/ 13485 hoặc tương đương. - Điện áp sử dụng: 220 – 240 V/ 50 Hz - Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Tính năng kỹ thuật - Phạm vi vận động hỗ trợ các hướng chuyển động chính (dạng–khép, gấp–duỗi, xoay trong–xoay ngoài) với góc độ đủ lớn (90–120° ở động tác dạng) - Cho phép điều chỉnh tốc độ, cường độ, tạm dừng trong quá trình tập; bộ điều khiển hiển thị góc, số lần lặp lại và thời gian. - Có đệm lót và đai cố định tay, vai - Tích hợp cơ chế ngắt an toàn hoặc giảm tải khi phát hiện lực cản lớn, tránh gây tổn thương thêm cho khớp vai. - Cho phép điều chỉnh chiều dài cánh tay, vị trí khớp trục để phù hợp với nhiều vóc dáng bệnh nhân, bao gồm người cao tuổi, trẻ em.	Cái	02
2	Máy siêu âm Doppler mạch máu cầm tay	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/ 13485 hoặc tương đương. - Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Tính năng kỹ thuật - Có đủ tần số siêu âm từ 2, 4, 5, 8, 10 và 20MHz. - Đầu dò phù hợp để vô trùng bằng bao camera, chiều dài dây dẫn > 2m. - Tự động tắt máy khi không có tín hiệu - Nguồn hoạt động: pin	Cái	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
3	Máy kích thích điện thần kinh trong mô	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/ 13485 hoặc tương đương. - Điện áp sử dụng: 220 – 240 V/ 50 Hz - Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Tính năng kỹ thuật - Có thể tạo ra được xung điện kích thích cơ-thần kinh - Có thể cài đặt tần số và cường độ dòng điện kích thích - Có thể điều chỉnh được thời gian xung và khoảng thời gian nghỉ - Đầu dò: loại có hai cực (bipolar), có thể hấp tiệt trùng tái sử dụng nhiều lần	Cái	01
4	Máy mài cao tốc	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/ 13485 hoặc tương đương. - Điện áp sử dụng: 220 – 240 V/ 50 Hz - Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Tính năng kỹ thuật - Tốc độ vận hành: ≥ 50.000 vòng/phút, cho phép thao tác mài, khoan cắt xương nhanh. - Tay cầm: khối lượng $\leq 200g$, thao tác bằng một tay. Tay cầm chịu được hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao ($134^{\circ}C$) - Hệ thống làm mát và tưới rửa liên tục: Có hệ thống tưới rửa liên tục bằng dung dịch vô trùng (nước muối sinh lý). - Các đầu mài (burr): Đầu mài có nhiều kích cỡ (đường kính từ 1mm - 8mm), đa dạng về hình dạng (hình cầu, hình trụ, hình nón, hình chóp nhọn, đầu cắt cạnh...). Vật liệu đầu mài: hợp kim chất lượng cao (carbide hoặc diamond burr), chịu được quá trình hấp tiệt trùng liên tục nhiều lần.	Cái	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Trang bị bộ điều khiển tốc độ chân đạp hoặc tay, cho phép điều chỉnh tốc độ quay theo từng kỹ thuật, từng loại mô xương.		
5	Máy bơm nước nội soi khớp	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/ 13485 hoặc tương đương. - Điện áp sử dụng: 220 – 240 V/ 50 Hz - Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Tính năng kỹ thuật - Dải điều chỉnh áp lực bơm: ≤ 20mmHg đến ≥ 80 mmHg. - Lưu lượng bơm: Cho phép điều chỉnh lưu lượng nước (ml/phút) phù hợp với từng loại phẫu thuật nội soi khớp. - Máy có màn hình hiển thị, nút bấm điều khiển, có cảnh báo khi quá áp hoặc tắc nghẽn đường nước.	Cái	01
6	Máy đốt nội soi khớp bằng sóng cao tần	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/ 13485 hoặc tương đương. - Điện áp sử dụng: 220 – 240 V/ 50 Hz - Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Tính năng kỹ thuật - Cho phép điều chỉnh mức năng lượng sóng cao tần. - Tích hợp tính năng tự động ngắt khi phát hiện nhiệt độ hoặc năng lượng vượt ngưỡng cho phép. - Có hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh khi xảy ra sự cố trong quá trình vận hành. - Trang bị màn hình hiển thị thông tin, bao gồm mức năng lượng, thời gian hoạt động và trạng thái thiết bị.	Cái	01
7	Máy bào nội soi khớp	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/ 13485 hoặc tương đương.	Cái	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Điện áp sử dụng: 220 – 240 V/ 50 Hz - Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa: $\geq$ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Tính năng kỹ thuật - Điều khiển tốc độ: 500 – 8000 rpm tiến-lùi; 500 – 3500 rpm dao động, cho phép gắn song song 2 tay khoan. - Tay khoan/bào: cáp dài khoảng 3-4 m; có nút đổi chiều trực tiếp trên tay cầm. - Lưỡi bào/mài: đường kính khoảng 3 – 5,5 mm có tùy chọn 2 mm-2.5mm cho khớp nhỏ - Bàn đạp chân: bật/tắt, thay đổi tốc độ, đảo chiều, kích hoạt dao động - Hệ thống hút: dẫn dịch và mảnh vụn ra khỏi khớp qua cửa sổ lưỡi bào.		

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành Phố Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-.... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Model	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu/ Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Mã HS của hàng hóa	Ghi chú
										Số QĐ/ Hợp đồng	Ngày QĐ/ Hợp đồng	Giá trị		
		Đính kèm phụ lục												

Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến điểm điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);



- Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Thời hạn bảo hành (nếu có): tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
- Chi tiết phụ kiện (nếu có);
- Báo giá này có hiệu lực tháng kể từ ngày báo giá;
- Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
- Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.