

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp linh kiện theo máy, công cụ dụng cụ năm 2026.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 15 giờ, ngày 25.12.2025.
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo Nhân Số điện thoại: 028.3952.5239

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J19-035-nttnhan) (2)

TUO GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC. DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số ...65.19/BVĐHYD-VTTB ngày ..15../.12../2025)

STT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
I	Phần 1: Thiết bị hỗ trợ tư thế trong mổ chấn thương chỉnh hình			
1.1	Hệ thống định vị bệnh nhân tư thế ngồi ghế	Hệ thống định vị bệnh nhân tư thế ngồi ghế: - Hệ thống bao gồm: + Thiết bị cố định bệnh nhân ở tư thế nửa ngồi: 01 bộ + Bộ phận đỡ cánh tay có ốc vít cỡ nhỏ: 01 cái + Dây kéo đàn hồi: 01 cái + Khung cố định đầu đa năng: 01 cái - Cấu hình kỹ thuật: + Góc điều chỉnh lưng ghế: từ 0° đến 90° + Tải trọng tối đa: ≥ 220 kg + Tựa đầu: điều chỉnh đa hướng, có khóa cố định + Cơ chế cố định: kẹp cơ khí an toàn với bàn mổ + Hệ thống khóa: cần gạt một chạm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485/FDA - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	01
1.2	Hệ thống định vị và kéo khớp vai ngang	Hệ thống định vị và kéo khớp vai ngang - Bao gồm: + Tháp treo vai: 01 cái + Đầu nối bao tay: 01 cái + Đầu nối dây treo kéo ngang: 01 cái + Móc treo đối trọng: 01 cái + Đối trọng: 05 cái + Kẹp bàn mổ: 01 cái + Xe đẩy lưu trữ thiết bị: 01 cái - Cấu hình kỹ thuật: + Chiều cao tháp mở: 150-160 cm + Hành trình cáp: ngang 65-70 cm, dọc 100-105 cm + Chiều dài cánh tay tối đa: ≥ 85 cm + Trọng lượng bệnh nhân tối đa: ≥ 180 kg + Lực kéo tối đa: ≥ 13 kg + Trọng lượng móc treo đối trọng: ≥ 4 kg + Trọng lượng mỗi đối trọng: ≥ 1 kg + Giới hạn an toàn lực kéo: 13kg - 14 kg - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485/FDA - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	01

STT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1.3	Hệ thống giữ chân trong phẫu thuật thay khớp gối	Hệ thống giữ chân trong phẫu thuật thay khớp gối: - Bao gồm: + Tấm đế: 01 cái + Bộ tiếp hợp kẹp tấm đế: 01 bộ + Giày cố định: 01 cái + Khối trượt kèm khớp cầu chuyển động: 01 bộ + Kẹp thanh ray bàn mổ: 01 cái + Hộp đựng các phụ kiện: 01 hộp - Cấu hình kỹ thuật: + Kích thước: Dài 60-65 cm x Rộng 15-20 cm x Cao 15-20 cm + Trọng lượng bộ phụ kiện: 5 - 6 kg + Tải trọng tối đa: ≥ 220 kg + Kích thước hộp đựng: Dài 65-70 cm x Rộng 25-30 cm x Cao 15-20 cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485/FDA - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	01
1.4	Bộ cánh tay hỗ trợ tư thế phẫu thuật	Bộ cánh tay hỗ trợ tư thế phẫu thuật: - Bao gồm: + Cánh tay: 01 cái + Bộ tiếp hợp cho cánh tay : 01 cái + Tấm đỡ tay: 01 cái + Trụ kháng lực: 01 cái + Bộ cố định bàn tay cho nội soi ống cổ tay: 01 cái - Cấu hình kỹ thuật: - Cánh tay + Kích thước: Dài 90-100cm x Rộng 35-40cm x Cao 10-15cm + Trọng lượng: ≤ 7 kg + Tải trọng tối đa: ≥ 250kg - Bộ tiếp hợp cho cánh tay Trimano Fortis + Kích thước: Dài 6-7cm x Đường kính 8-9cm + Có thể tiết trùng - Tấm đỡ tay + Vật liệu: Thép không gỉ, tiết trùng được + Độ dài: 25-30cm - Trụ kháng lực + Vật liệu: sợi carbon + Tháo lắp nhanh + Độ dài trụ: 20-25 cm - Bộ cố định bàn tay cho nội soi ống cổ tay + Vật liệu: nhựa, tiết trùng được + Tháo lắp nhanh - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485/FDA - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	01

STT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
II Phần 2: Thùng đựng tạng 50-60 lít				
2.1	Thùng đựng tạng 50-60 lít	Thùng bảo quản và vận chuyển: - Kích thước: 800mm x 500mm x 500mm (DxRxC), ($\pm 5\%$) - Chất liệu: nhựa chống sốc, chịu được tải trọng. - Các góc bên trong thùng được bo tròn để dễ vệ sinh. - Có màn hình điều khiển đèn nền Led - Có chức năng làm mát không khí bằng quạt. - Dải nhiệt độ: -24 độ C đến 10 độ C - Dung tích từ 50 lít đến 60 lít - Độ dày thùng $\geq 70\text{mm}$ - Độ dày cách nhiệt bằng polyurethane tạo bọt tại chỗ mật độ $\geq 40 \text{ Kg/m}^3$ - Thùng có 02 tay cầm - Cho phép sử dụng 2 nguồn điện: 220Vac và 12/24Vdc - Có cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh - Cho phép cài đặt được nhiệt độ của thùng. - Có chức năng báo lỗi đầu dò nhiệt độ. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	01
III Phần 3: Thùng đựng tạng 20-30 lít				
3.1	Thùng đựng tạng 20-30 lít	Thùng bảo quản và vận chuyển: - Kích thước: 660mm x 290mm x 430mm (DxRxC), ($\pm 5\%$) - Chất liệu: nhựa chống sốc, phủ nhôm bên trong. - Có màn hình LCD hiển thị nhiệt độ bên trong - Có chức năng làm mát không khí bằng quạt. - Dải nhiệt độ: -18 độ C đến 10 độ C - Dung tích từ 20 lít đến 30 lít - Độ dày thùng $\geq 35\text{mm}$ - Độ dày cách nhiệt bằng polyurethane tạo bọt tại chỗ mật độ $\geq 40 \text{ Kg/m}^3$ - Thùng có 02 tay cầm - Cho phép sử dụng 2 nguồn điện: 220Vac và 12/24Vdc - Có cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh - Cho phép cài đặt được nhiệt độ của thùng. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	01
IV Phần 4: Linh kiện theo máy cho hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T				

STT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
4.1	Cuộn chênh từ	Cuộn chênh từ: - Điện áp tối đa: 2250V - Dòng điện tối đa: 900A Độ mạnh gradient: 45 mT/m - Tốc độ thay đổi gradient: 200 T/m/s - Trường nhìn tối đa: 50 cm - Tương thích với hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T, hãng: Siemens, model: Verio 3.0T, đang sử dụng tại Bệnh viện. - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	01
4.2	Cuộn phát tín hiệu sóng RF	Cuộn phát tín hiệu sóng RF: - Điện áp/Dòng điện đầu vào: -31V/5A và -450V/5A - Đường kính khoang chụp: 70cm - Chiều dài khoang chụp: 173cm - Tương thích với hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T, hãng: Siemens, model: Verio 3.0T, đang sử dụng tại Bệnh viện. - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	01
4.3	Cáp tín hiệu	Cáp tín hiệu: - Độ dài: $\geq 0.5\text{m}$. - Gồm 03 dây, tiết diện mỗi dây: 1.5 mm^2 - Điện áp: -450VDC - Dòng: 5A. - Tương thích với hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T, hãng: Siemens, model: Verio 3.0T, đang sử dụng tại Bệnh viện. - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	01