

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số:/BVĐHYD-VTTB
V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2025

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp bàn mổ tổng quát và đèn mổ treo trần hai nhánh cho khoa Gây mê hồi sức.

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Loại hợp đồng: Trọn gói

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 05/01/2026

9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Phạm Cao Lâm

Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K22-281-pclam) (01).

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ**



Nguyễn Hữu Thịnh



BM:CVDT.01(1)



PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số/BVĐHYD-VTTB ngày/...../2025)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bàn mô tổng quát	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu. 2. Yêu cầu về cấu hình - Bàn mô tổng quát điều khiển điện thủy lực (trụ bàn): 01 cái - Mặt bàn kèm nệm: 01 bộ - Bộ đỡ tay kèm nệm : 02 cái - Bộ đỡ chân có thể tách đôi kèm nệm: 01 cái - Mặt bàn mở rộng: 01 bộ - Điều khiển cầm tay: 01 cái - Khung chắn gây mê kèm khóa gắn thanh ray: 01 cái - Đai cố định bệnh nhân: 02 bộ - Dây nguồn: 01 cái - Pin dự phòng: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu - Thiết bị điều khiển bằng điện thủy lực tối thiểu các chức năng: nâng/hạ chiều cao mặt bàn, nâng/hạ góc gập tấm đỡ lưng, nghiêng mặt bàn, nghiêng tư thế Trendelenburg thuận/đảo, trượt mặt bàn theo chiều dọc - Trụ bàn: + Vật liệu: thép không gỉ + Thiết kế bánh xe cho phép di chuyển trụ bàn trên mặt sàn + Đường kính bánh xe di chuyển của trụ bàn: ≥ 100 mm + Trụ bàn có thể được cố định, ngăn di chuyển trên mặt sàn bằng cơ chế chân khóa sàn tách biệt riêng với bánh xe, điều khiển bằng điện + Bảng điều khiển chức năng tích hợp trên trụ bàn tối thiểu các chức năng: - Nâng/hạ chiều cao mặt bàn	Cái	02

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		• Nâng/hạ tấm đỡ lưng • Nghiêng mặt bàn • Nghiêng tư thế Trendelenburg thuận/đảo • Dừng khẩn cấp chuyển động của mặt bàn • Khóa/mở khóa bánh xe di chuyển của trụ bàn + Đèn báo hiển thị tình trạng sạc của pin dự phòng: đang sạc pin/ đầy pin – Mặt bàn: + Mặt bàn kèm nệm tối thiểu ≥ 04 phần, bao gồm: tấm đỡ đầu, tấm đỡ lưng, tấm đỡ hông và mông, tấm đỡ chân. + Thiết kế của mặt bàn cho phép hoán đổi vị trí phần đầu và phần chân + Trọng lượng tối đa của bệnh nhân cho phép trên mặt bàn (All positions are permitted up to overall load): $\geq 270\text{kg}$ + Nệm chống thấm, thiết kế phân phối lực tối ưu giúp bảo vệ bệnh nhân + Bề dày nệm: $\geq 70\text{ mm}$ + Thanh ray tích hợp ở hai bên mặt bàn, phù hợp để gắn các phụ kiện đi kèm + Chiều dài tổng thể của mặt bàn với đầy đủ các tấm đỡ (không bao gồm mặt bàn mở rộng): $\geq 2000\text{ mm}$ + Chiều dài của mặt bàn (không bao gồm mặt bàn mở rộng) có khả năng sử dụng với C-arm mà không di chuyển trụ bàn và hoán đổi các tấm đỡ mặt bàn): • Chiều dài mặt bàn tối đa về phía đầu: $\geq 850\text{ mm}$ • Chiều dài mặt bàn tối đa về phía chân: $\geq 950\text{ mm}$ + Chiều rộng của mặt bàn không kèm thanh ray trong khoảng từ $\geq 500\text{ mm}$ đến $\leq 600\text{ mm}$ + Chiều rộng của mặt bàn kèm thanh ray trong khoảng từ $\geq 520\text{ mm}$ đến $\leq 620\text{ mm}$		

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Chiều cao thấp nhất của mặt bàn (không kèm nệm) ≤ 700 mm + Chiều cao cao nhất của mặt bàn (không kèm nệm) ≥ 940 mm + Góc nghiêng của mặt bàn sang hai bên $\pm \geq 20^\circ$ + Góc nghiêng của mặt bàn theo tư thế Trendelenburg thuận/đảo: $\pm \geq 25^\circ$ + Góc nghiêng tư thế Flex: $\geq 210^\circ$ + Góc nghiêng tư thế Reflex: $\leq 120^\circ$ + Góc gập tấm đỡ đầu: $\pm \geq 30^\circ$ + Góc gập tấm đỡ lưng: $\pm \geq 40^\circ$ + Góc gập tấm đỡ chân: $\leq -90^\circ$ + Khoảng trượt mặt bàn theo chiều dọc: ≥ 220 mm + Chiều dài của mặt bàn mở rộng, có tính năng thấu xạ: ≥ 200 mm - Điều khiển cầm tay: + Hiện thị tình trạng pin bằng màn hình hiển thị hoặc đèn báo chỉ thị trên điều khiển cầm tay + Kết nối đồng bộ với bảng điều khiển trên trụ bàn + Phím bấm điều chỉnh trạng thái mặt bàn đi kèm hình ảnh hoặc biểu tượng minh họa + Điều khiển cầm tay đáp ứng được chức năng: • Nâng/hạ chiều cao mặt bàn • Nâng/hạ góc gập tấm đỡ lưng • Nghiêng mặt bàn sang hai bên • Trượt mặt bàn theo chiều dọc • Nghiêng tư thế Trendelenburg thuận/đảo • Nghiêng tư thế Flex/Reflex • Đưa mặt bàn về vị trí ban đầu • Chọn vị trí phần đầu và phần chân trong trường hợp hoán đổi vị trí mặt bàn • Ngừng khẩn cấp chuyển động của mặt bàn		

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		• Khóa/mở khóa bánh xe di chuyển của trụ bàn + Các tư thế của mặt bàn tùy chỉnh bởi người sử dụng được lưu vào bộ nhớ và thao tác bằng phím bấm ≥ 02 tư thế – Pin dự phòng: + Tự động chuyển đổi sang pin dự phòng trong trường hợp nguồn điện cung cấp bị ngắt + Dung lượng pin dự phòng ≥ 12 Ah + Đạt tiêu chuẩn về an toàn điện tối thiểu Class I – Đạt tiêu chuẩn về chống nước tối thiểu IPX4 hoặc tương đương		
2	Bộ phụ kiện bàn mổ tổng quát dùng trong phẫu thuật sản khoa/niệu khoa	1. Yêu cầu chung – Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. – Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu. 2. Yêu cầu về cấu hình – Gá đỡ chân cho tư thế sản khoa/niệu khoa: 02 cái – Gá kẹp: 02 cái 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu – Gá đỡ chân cho tư thế sản khoa + Khớp nối giữa gá đỡ chân và thanh đỡ có thể xoay được theo cơ chế khớp bi tròn, cố định vị trí bằng tay khóa + Chiều dài của gá đỡ chân: ≥ 300 mm + Chiều dài của thanh đỡ: ≥ 400 mm – Gá kẹp: kết nối gá đỡ chân với thanh ray bàn mổ – Tất cả các phụ kiện đảm bảo kết nối đồng bộ với bàn mổ tổng quát.	Bộ	02
3	Bộ phụ kiện bàn mổ tổng quát dùng trong tư thế nghiêng	1. Yêu cầu chung – Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. – Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu. 2. Yêu cầu về cấu hình – Đệm hỗ trợ thân cong hình chữ nhật: 03 cái – Khớp nối hỗ trợ: 03 cái – Tấm đỡ tay: 01 cái – Gá kẹp: 04 cái	Bộ	02

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
	– đỡ thân	3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu – Đệm hỗ trợ thân cong hình chữ nhật + Vật liệu đệm đàn hồi + Phần đệm cong phù hợp để định vị các vị trí hông, bả vai và ngực trong tư thế nghiêng của bệnh nhân, với kích thước tối thiểu (dài × rộng): $\geq 200 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$ + Thiết kế phần đệm và khớp nối thanh đỡ chính của đệm có thể xoay quanh trục 360° – Khớp nối hỗ trợ: + Vật liệu thép không gỉ + Kết nối trực tiếp với đệm hỗ trợ thân cong hình chữ nhật bằng trục kết nối kèm khóa cố định + Tay nối dài kết nối với thanh đỡ chính có thể xoay quanh trục $\geq 180^\circ$ + Tay nối dài có thể điều chỉnh được chiều dài theo ý muốn kèm khóa cố định + Tấm đỡ tay + Phần đệm đỡ tay bằng đệm đàn hồi, bề mặt đệm lõm cong phù hợp với chiều đặt tay của bệnh nhân, chiều rộng $\geq 130 \text{ mm}$, bao gồm 02 dây đai cố định tay + Thiết kế phần đệm đỡ tay và thanh đỡ chính bằng khớp bi xoay, có thể điều chỉnh nhiều tư thế – Gá kẹp: kết nối tấm đỡ tay và khớp nối hỗ trợ vào thanh ray bàn mổ – Tất cả các phụ kiện đảm bảo kết nối đồng bộ với bàn mổ tổng quát.		
4	Bộ phụ kiện bàn mổ tổng quát dùng trong tư thế nghiêng – đỡ vai	1. Yêu cầu chung – Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. – Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu. 2. Yêu cầu về cấu hình – Bộ đỡ vai: 01 bộ (02 cái) – Gá kẹp: 02 cái 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu	Bộ	02

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Bộ đỡ vai + Phần đệm đỡ vai bằng vật liệu đệm đàn hồi + Dùng để cố định bệnh nhân trong tư thế nghiêng anti-trendelenburg + Kết nối giữa tay nối dài kèm phần đệm và thanh đỡ chính có thể điều chỉnh được chiều dài theo ý muốn kèm khóa cố định - Gá kẹp: kết nối bộ đỡ vai vào thanh ray bàn mổ - Tất cả các phụ kiện đảm bảo kết nối đồng bộ với bàn mổ tổng quát		
5	Đèn mổ treo trần hai nhánh	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu. 2. Yêu cầu về cấu hình - Chóa đèn: 02 cái - Bộ điều khiển tích hợp trên chóa đèn: 02 cái - Bảng điều khiển trung tâm gắn tường: 01 cái - Cánh tay treo trần hai nhánh: 01 cái - Tay nắm tiết trùng: 10 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu - Bề mặt của đèn được sơn phủ nhằm giảm sự bám bẩn của vi khuẩn và dễ dàng vệ sinh - Đèn sử dụng công nghệ LED thấu kính, hạn chế bóng mờ trong vùng chiếu sáng - Tích hợp chế độ ánh sáng phù hợp cho phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (Ambient Light) - Chóa đèn: + Đường kính chóa đèn ≤ 700 mm + Thiết kế của chóa đèn phù hợp cho việc nâng cấp thêm thiết bị phục vụ ghi hình + Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh trong khoảng từ ≤ 4000 K đến ≥ 5000 K + Tuổi thọ bóng LED: ≥ 60.000 giờ + Cường độ chiếu sáng tối đa: ≥ 160.000 lux	Cái	05

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Bộ điều khiển tích hợp trên chóa đèn: + Bộ điều khiển độc lập tích hợp trên cả hai chóa đèn + Các chức năng tối thiểu trên bộ điều khiển: ● Bật/tắt đèn ● Điều chỉnh cường độ chiếu sáng ● Điều chỉnh nhiệt độ màu ● Bật/tắt chế độ ánh sáng cho phẫu thuật xâm lấn tối thiểu + Mức điều chỉnh cường độ chiếu sáng: ≥ 05 mức - Cánh tay treo trần hai nhánh + Góc xoay của cánh tay chóa đèn: 360° + Khuỷu chính quay quanh trục: 360° + Góc nâng/hạ của khuỷu chính: $\pm \geq 45^\circ$ + Khuỷu phụ quay quanh trục: $\geq 180^\circ$ + Chóa đèn quay quanh trục: $\geq 180^\circ$ 4. Các yêu cầu khác - Nhà cung cấp chịu mọi chi phí trong việc lắp đặt, kiểm định an toàn của hệ treo trần, lắp đặt đèn mổ gắn trên hệ treo trần và hoàn trả lại hiện trạng ban đầu của mặt bằng.		

Ghi chú: Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung cấp chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung cấp có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-.... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Mã hàng hóa (Model)	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu/ Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Mã HS của hàng hóa	Ghi chú
												Số QĐ/ Hợp đồng	Ngày QĐ/ Hợp đồng	Giá trị		
1	1	Bàn mô tổng quát			<i>Đính kèm phụ lục</i>			Cái	02							
2	2	Bộ phụ kiện bàn mô tổng quát dùng trong phẫu thuật sản khoa/ niệu khoa						Bộ	02							
3	3	Bộ phụ kiện bàn mô tổng quát dùng trong tư thế						Bộ	02							



		nghiêng – đỡ thân														
4	4	Bộ phụ kiện bàn mổ tổng quát dùng trong tư thế nghiêng – đỡ vai						Bộ	02							
5	5	Đèn mổ treo trần hai nhánh						Cái	05							

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);
- Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Thời hạn bảo hành (nếu có):tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
- Chi tiết phụ kiện (nếu có);
- Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày.../.../20... (tối thiểu 06 tháng);
- Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị chênh lệch;
- Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE....;
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.

[illegible]