

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp Máy đo suất liều phóng xạ tia X và Gamma.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 12 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 15 giờ, ngày 28/2/2025
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: CN. Phạm Đức Minh

Số điện thoại: 028 3952 5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K19-095-pdminh).

**TU. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ**



Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 584./BVĐHYD-VTTB ngày 18 tháng 2 năm 2025)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Yêu cầu về cung cấp hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1.	Máy đo suất liều phóng xạ tia X và Gamma	- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian giao hàng trong vòng 12 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. - Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. - Cấu hình gồm: + Máy chính; + Túi đựng; + Bộ sạc; + Chứng chỉ hiệu chuẩn của nhà sản xuất; - Dùng đo an toàn phóng xạ những nơi có nguồn Gamma và máy phát X-quang thường quy, X-quang số và máy CT... - Loại đầu đo: Scintillation Plastic - Kích thước đầu dò tối thiểu: Ø 30x15 cm - Giải đo suất liều: $\leq 50 \text{ nSv/h} - \geq 10 \text{ Sv/h}$ - Thời gian đo xung bức xạ: $\leq 10 \text{ ns}$ - Dải đo năng lượng: $\leq 15 \text{ keV} - \geq 10 \text{ MeV}$ - Nhiệt độ hoạt động: -30 đến 50 độ C - Hoạt động bằng pin sạc. - Kích thước tổng thể $\leq 250 \times 10 \times 10 \text{ mm}$. - Khối lượng tối đa nặng 1 kg	Cái	01

