

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp công cụ dụng cụ lần 9 năm 2025 (Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu)

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Loại hợp đồng: Trọn gói

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước ngày 05/.../4/2025

9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo Nhân Số điện thoại: 028.3952.5239

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có)

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có)

Trân trọng./.

Nơi nhận:


- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J19-035-nttnhan) (2)

TU. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ

BỆNH VIỆN
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Hữu Thịnh



DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ				
TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ống soi bề thận 12 độ, chiều dài 22 cm, đường kính 12Fr.	Ống soi quang học bề thận: Cấu tạo: - Góc soi 12 độ - Thị kính gấp góc - Chiều dài: 22 cm ($\pm 3\%$) - Vỏ dụng cụ: 12 Fr. - Kênh làm việc: 6.7Fr. - Bộ phụ kiện đi kèm bao gồm: + Cổng dụng cụ với nắp chặn nước, 01 kênh (số lượng: 01 cái) + Nắp chặn nước (số lượng: 01 gói (10' cái)) + Ống nối khóa LUER, đường kính ống 9 mm (số lượng: 01 cái) + Ống nối khóa LUER, có khóa nước, tháo rời được (số lượng: 01 cái) + Dụng cụ hỗ trợ chèn, dùng với dây dẫn (số lượng: 01 cái) - Khay lưới đựng ống soi để làm sạch, tiệt khuẩn và bảo quản ống soi, kích thước (dài x rộng x cao): 460x150x80 mm ($\pm 3\%$) - Tương thích với hệ thống nội soi của hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO 13485/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	2
2	Ống vỏ ngoài 16.5/ 17.5 Fr	Ống vỏ ngoài phẫu thuật Cấu tạo: + Kích cỡ 16.5/ 17.5 Fr. + Chiều dài: 15 cm ($\pm 3\%$) + Dùng để tưới và hút liên tục - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	2
3	Ống thông sử dụng với ống vỏ ngoài 16.5/ 17.5 Fr	Ống thông Cấu tạo: + Có kênh trung tâm và kênh lệch tâm thứ hai cho dây dẫn + Sử dụng với ống vỏ ngoài 16.5/ 17.5 Fr. - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	2



TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
4	Ống soi niệu quản bề thận 6 độ, đường kính 6.5 Fr.	Ống soi niệu quản bề thận nhỏ 6 độ Cấu tạo: - Góc soi 6 độ - Thị kính gấp góc - Chiều dài: 43 cm ($\pm 3\%$) - Đường kính đầu xa: 6.5 Fr. - Đường kính ngoài ống soi tăng dần từng bậc từ 7 Fr. - 9.9 Fr. - Kênh làm việc 4.8 Fr. cho phép đưa một dụng cụ cỡ 4 Fr. - Có kênh làm việc có thể tưới rửa được - Bộ phụ kiện đi kèm bao gồm: + Cổng dụng cụ với nắp chặn nước, 01 kênh (số lượng: 01 cái) + Nắp chặn nước (số lượng: 01 gói (10 cái)) + Ống nối khóa LUER, đường kính ống 9 mm (số lượng: 01 cái) + Ống nối khóa LUER, có khóa nước, tháo rời được (số lượng: 01 cái) + Khóa điều khiển dòng chảy (số lượng: 01 cái) + Dụng cụ hỗ trợ chèn, dùng với dây dẫn - Khay lưới đựng ống soi để làm sạch, tiệt khuẩn và bảo quản ống soi, kích thước (dài x rộng x cao): 644x150x80 mm - Tương thích với hệ thống nội soi của hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO 13485/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
5	Ống soi niệu quản bề thận 6 độ, đường kính 8 Fr.	Ống soi niệu quản bề thận Cấu tạo: - Góc soi 6 độ - Thị kính gấp góc - Chiều dài: 43 cm ($\pm 3\%$) - Đường kính đầu xa: 8 Fr. - Đường kính ngoài ống soi tăng dần từng bậc từ 9.5 Fr. - 12 Fr. - Kênh làm việc 6 Fr. cho phép đưa một dụng cụ cỡ 5 Fr. - Có kênh làm việc có thể tưới rửa được - Bộ phụ kiện đi kèm bao gồm: + Cổng dụng cụ với nắp chặn nước, 01 kênh (số lượng: 01 cái) + Nắp chặn nước (số lượng: 01 gói (10 cái)) + Ống nối khóa LUER, đường kính ống 9 mm (số lượng: 01 cái) + Ống nối khóa LUER, có khóa nước, tháo rời được (số lượng: 01 cái) + Khóa điều khiển dòng chảy (số lượng: 01 cái) + Dụng cụ hỗ trợ chèn, dùng với dây dẫn (số lượng: 01 cái) - Khay lưới đựng ống soi để làm sạch, tiệt khuẩn và bảo quản ống soi, kích thước (dài x rộng x cao): 644x150x80 mm - Tương thích với hệ thống nội soi của hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO 13485/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	4
6	Ống soi bàng quang, 30 độ, chiều dài 30 cm, đường kính 4mm	Ống soi bàng quang Cấu tạo: - Hướng nhìn 30 độ - Đường kính: 4 mm - Chiều dài: 30 cm ($\pm 3\%$) - Khay lưới đựng ống soi để làm sạch, tiệt khuẩn và bảo quản ống soi - Tiêu chuẩn ISO 13485/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	4

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
7	Dây dẫn sáng chiều dài 230 cm, đường kính 3,5 mm	Dây cáp quang học - Cấu tạo: + Chiều dài 230 cm ($\pm 3\%$) + Đường kính 3,5 mm - Tương thích với ống soi quang học hãng Karl Storz, model: 27830KAK có tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO 13485/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	7

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Mã HS	Chủng loại	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng (có khả năng cung ứng)	Đơn giá	Quyết định/hợp đồng trúng thầu tại các cơ sở y tế khác			Ghi chú
													Số QĐ	Ngày ban hành	Đơn giá	

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 210 ngày kể từ ngày báo giá.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành hàng hóa.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

