

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp linh kiện và sửa chữa trang thiết bị y tế lần 06 năm 2025.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 06-08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 15 giờ, ngày/...../.....
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: CN. Phạm Đức Minh

Số điện thoại: 028 3952 5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K19-095-pdminh).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



Handwritten initials

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số/BVĐHYD-VTTB ngày ... tháng ... năm 2025)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Yêu cầu về cung cấp hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1.	Pin sạc dự phòng máy thở	- Tương thích máy thở Hamilton T1 - Loại pin Lithium-ion. - Dung lượng tối thiểu 10.8V 72wAH - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	Cái	02
2.	Sensor oxy máy thở	- Tương thích máy thở Hamilton T1 - Phạm vi đo Oxy: 0% đến 100% - Độ chính xác và khả năng lặp lại < 1% - Sai số tuyến tính < 3% - Dung lượng tối thiểu 10.8V 72wAH - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	Cái	02
3.	Bảng điều khiển cảm ứng	- Tương thích máy thở R860 hãng GE. - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	Cái	01
4.	Bộ quạt giao tiếp Express – Điện cơ	- Tương thích máy thở R860 hãng GE. - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	Cái	01
5.	Công tắc tay (hand switch)	- Tương thích X-quang Fujifilm DR-XD 1000 - Kích hoạt quá trình phát tia X từ máy X-quang di động - Điều khiển từ xa giúp kỹ thuật viên giữ khoảng cách an toàn trong lúc chụp. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	Cái	01
6.	Cụm đầu nối sạc tấm DR (SE Charging	- Tương thích X-quang Fujifilm DR-XD 1000	Cái	01



TT	Tên danh mục mời chào giá	Yêu cầu về cung cấp hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
	Terminal Assembly)	- Là bộ phận trung gian để truyền điện từ nguồn sạc đến pin của máy X-quang di động hoặc tấm cảm biến DR. - Có thể là cổng kết nối trực tiếp hoặc dạng cradle/dock. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.		
7.	Giá đỡ kết nối tấm DR (Cradle adapter)	- Tương thích tấm nhận ảnh DR-ID 1200 - Giữ cố định và kết nối tấm nhận ảnh vào hệ thống máy X-quang. - Tạo giao tiếp cơ học, điện và/hoặc dữ liệu giữa tấm DR và hệ thống máy chủ. - Hỗ trợ sạc pin, truyền tín hiệu hình ảnh, hoặc định vị vị trí của tấm DR. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	Cái	01
8.	Bộ nâng cấp chức năng thở cho trẻ sơ sinh	- Tương thích máy thở CARESCAPE R860 - Bao gồm cả phần mềm và phần cứng. - Đầy đủ các chế độ thở cho trẻ sơ sinh, không bao gồm nCPAP. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Bộ	02

Ghi chú: Công ty có thể chào 1 hoặc nhiều danh mục