

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp thiết bị cho khoa Phục hồi chức năng.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ 00, ngày 18/4/2025....
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Phạm Cao Lâm

Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K22-281-pclam) (01).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 1454./BVDHYD-VTTB ngày 08 tháng 4 năm 2025)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy siêu âm điều trị	Yêu cầu về cấu hình tối thiểu - Máy chính: 01 cái - Đầu phát siêu âm cỡ nhỏ: 01 cái - Đầu phát siêu âm cỡ lớn: 01 cái - Giá đỡ đầu phát siêu âm: 01 bộ - Gel siêu âm: 02 chai - Dây nguồn: 01 cái - Xe đẩy máy chính và phụ kiện: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ Yêu cầu về tính năng kỹ thuật - Máy chính tích hợp màn hình màu cảm ứng, điều chỉnh và hiển thị thông số với kích thước ≥ 4 inch - Máy chính với thiết kế để bàn với trọng lượng ≤ 04 kg - Cổng kết nối với đầu phát siêu âm ≥ 02 cổng - Chế độ siêu âm điều trị: phát liên tục và phát theo xung - Công suất phát cực đại ở chế độ liên tục $2 \text{ W/cm}^2 \pm 10\%$ - Công suất phát cực đại ở chế độ xung $3 \text{ W/cm}^2 \pm 10\%$ - Tần số siêu âm hoạt động tại các tần số: $01 \text{ MHz} \pm 10\%$ $03 \text{ MHz} \pm 10\%$ - Chu kỳ hoạt động của xung siêu âm có thể điều chỉnh từ $\leq 10\%$ đến $\geq 100\%$ - Đầu phát siêu âm cỡ nhỏ: - Cường độ phát tối đa: $3 \text{ W/cm}^2 \pm 20\%$ - Phạm vi bức xạ hiệu quả (ERA): $0,8 \text{ cm}^2 \pm 20\%$ - Đầu phát siêu âm cỡ lớn: - Cường độ phát tối đa: $3 \text{ W/cm}^2 \pm 20\%$ - Phạm vi bức xạ hiệu quả (ERA): $5 \text{ cm}^2 \pm 20\%$ - Số chương trình điều trị tích hợp sẵn ≥ 06 chương trình - Chất liệu xe đẩy máy chính: nhựa ABS hoặc chất liệu tương đương - Xe đẩy máy chính và phụ kiện: thiết kế với các bánh xe di chuyển và chức năng khóa cố định vị trí.	Cái	02



TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
2	Máy kích thích điện trị liệu và điều trị giảm đau	1. Yêu cầu về cấu hình tối thiểu - Máy chính: 01 cái - Dây điện cực: 02 bộ - Đầu phát dòng điện: 01 cái - Điện cực cao su cỡ M: 04 cái - Xốp điện cực cỡ M: 04 cái - Đai cố định điện cực các kích cỡ: 04 cái - Dây nguồn: 01 cái - Xe đẩy máy chính và phụ kiện: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 2. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật - Máy chính tích hợp màn hình màu cảm ứng, điều chỉnh và hiển thị thông số với kích thước ≥ 4 inch - Máy chính với thiết kế để bàn với trọng lượng ≤ 04 kg - Số kênh điện trị liệu độc lập đồng thời ≥ 02 kênh - Các chế độ kích thích điện tối thiểu bao gồm: TENS, EMS, Russian Mode, Diadynamic Mode, Micro Current, xung điện áp cao (High Voltage), xung giao thoa, xung tam giác, xung hình chữ nhật - Tần số kích thích điện tối đa ≥ 10.000 Hz - Điện thế kích thích tối đa $\geq 300V$ - Dòng điện kích thích tối đa: ≥ 600 mA - Độ rộng xung có thể điều chỉnh tối đa $\geq 300 \mu s$ - Số chương trình điều trị tích hợp sẵn ≥ 06 chương trình - Chất liệu xe đẩy máy chính và phụ kiện: nhựa ABS hoặc chất liệu tương đương - Xe đẩy máy chính và phụ kiện: thiết kế với các bánh xe di chuyển và chức năng khóa cố định vị trí.	Cái	02
3	Máy kích thích điện xuyên sọ một chiều	1. Yêu cầu về cấu hình tối thiểu - Máy chính (Bộ kích thích): 01 cái - Pin sử dụng theo máy chính: 01 bộ - Điện cực: 01 bộ - Cáp điện cực: 01 bộ - Đai cố định điện cực: 01 bộ - Hộp/Túi đựng máy chính và phụ kiện: 01 bộ - Máy tính xách tay và phụ kiện đi kèm: 01 bộ	Cái	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Phần mềm điều trị: 01 bộ - Xe đẩy: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 2. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật - Máy chính tích hợp màn hình hiển thị thông số và các phím bấm chức năng - Pin sử dụng theo máy chính có chức năng sạc - Cường độ dòng điện kích thích có thể điều chỉnh và tối đa ≥ 2 mA - Điện thế dòng điện kích thích tối đa ≥ 20 V - Thời gian điều trị có thể điều chỉnh tối đa ≥ 40 phút - Tích hợp chức năng kiểm tra trở kháng - Máy tính xách tay và phụ kiện đi kèm: • Kết nối với máy chính để cài đặt các thông số qua phần mềm • Màn hình hiển thị ≥ 15 inch • Bộ nhớ RAM ≥ 08 Gb • Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu SSD ≥ 512 Gb • Phụ kiện đi kèm: bộ sạc pin, chuột máy tính - Chất liệu xe đẩy: nhựa ABS hoặc chất liệu tương đương - Xe đẩy thiết kế với các bánh xe di chuyển và chức năng khóa cố định vị trí, thích hợp để đặt thiết bị và toàn bộ phụ kiện đi kèm.		

Ghi chú: Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung ứng chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung ứng có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung ứng phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.

Y
NH
OC
OC
OC

ca

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-.... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Mã hàng hóa (Model)	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu/ Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Mã HS của hàng hóa	Ghi chú
												Số QĐ/ Hợp đồng	Ngày QĐ/ Hợp đồng	Giá trị		
1	1	Máy siêu âm điều trị						Cái	02							
2	2	Máy kích thích điện trị liệu và điều trị giảm đau						Cái	02							
3	3	Máy kích thích điện xuyên sọ một chiều						Cái	01							

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)



BM: CVĐT.03(1)



CA

Ghi chú:

– Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);

- Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Thời hạn bảo hành (nếu có):tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
- Chi tiết phụ kiện (nếu có);
- Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày.../.../20... (tối thiểu 06 tháng);
- Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
- Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ					HÀNG HÓA CHÀO GIÁ										
TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tên hàng hóa	Model, mã hàng	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Giá kê khai	Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1	Máy siêu âm điều trị		Cái	2											
2	Máy kích thích điện trị liệu và điều trị giảm đau		Cái	2											
3	Máy kích thích điện xuyên sọ một chiều		Cái	1											

