

Số:/BVĐHYD-VTTB
V/v mời chào giá

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ linh kiện sửa chữa trang thiết bị y tế lần 09 năm 2025.

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 06-08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 15 giờ, ngày 23/06/2025

9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: CN. Phạm Đức Minh

Số điện thoại: 028 3952 5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các dịch vụ đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K19-095-pdminh).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh





PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số/BVĐHYD-VTTB ngày tháng năm 2025)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Yêu cầu về cung cấp dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1.	Bo mạch biến tần X-quang Mobilett Elara Max	- Bo mạch biến tần tương thích máy Mobilett Elara Max, cung cấp điện áp cao thể ổn định cho bóng X-quang trong các hệ thống X-quang di động; - Điện áp DC sau chỉnh lưu: $\geq 400V$ DC; - Điện áp ngõ ra phụ thuộc vào mức kV người sử dụng cài đặt; - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu.	Cái	01
2.	Pin dự phòng máy X-quang Mobilett Elara Max	- Pin dự phòng tương thích máy X-quang Mobilett Elara Max; - Pin dung lượng tối thiểu 65 Ah; - Điện áp sạc tối ưu từ ≤ 15 V; - Dòng điện tối đa $\leq 20A$; - Pin có thể sạc lại trực tiếp từ nguồn điện tích hợp, không cần tháo rời; - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu.	Khối	01
3.	Thăng từ máy X-quang	- Thăng từ máy X-quang tương thích máy X-quang Mobilett Elara Max; - Mục đích: cố định máy tại một vị trí khi vận hành, tránh bị trượt hoặc di chuyển không mong muốn; - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu.	Cái	01
4.	Bóng laser CO ₂ (CO ₂ laser tube)	- Tương thích máy làm đẹp da công nghệ CO2 model UP-3000; - Loại Ống thủy tinh (Glass tube); - Công suất tối thiểu 30W; - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng	Cái	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Yêu cầu về cung cấp dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		kể từ ngày nghiệm thu.		
5.	Màn hình hiển thị máy siêu âm	- Màn hình hiển thị máy siêu âm tương thích máy siêu âm HS40 hãng samsung; - Màn hình màu kích thước tối thiểu 21inch; - Độ phân giải màn hình full HD trở lên; - Kết nối tối thiểu có cổng HDMI; - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu.	Cái	01
6.	Bo mạch Thyristor (SCR)	- Bo mạch HVPS của máy laser điều trị mạch máu model 9914-VT-0300; - Nguồn vào 230VAC; - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu.	Cái	01
7.	Bóng điện tử công suất cao	- Sử dụng trong bộ khuếch đại RF xung của máy MRI/CT; - Tương thích máy MRI model Magnetom Verio a Tim + Dot system; - Loại đèn điện tử chân không/bán dẫn; - Tản nhiệt anode tối đa ≥ 5 kW; - Làm mát bằng không khí hoặc chất lỏng; - Tần số làm việc tối đa ≥ 100 MHz; - Chịu nhiệt tối đa ≥ 200 độ; - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu.	Cái	01
8.	Bóng điện tử công suất trung bình	- Sử dụng trong bộ khuếch đại RF xung của máy MRI/CT; - Tương thích máy MRI model Magnetom Verio a Tim + Dot system; - Loại đèn điện tử chân không/bán dẫn; - Tản nhiệt anode tối đa ≥ 1 kW;	Cái	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Yêu cầu về cung cấp dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		- Làm mát bằng không khí hoặc chất lỏng; - Tần số làm việc tối đa ≥ 200 MHz; - Chịu nhiệt tối đa ≥ 200 độ; - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu.		

Ghi chú: Công ty có thể chào 1 hoặc nhiều danh mục