

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp thiết bị cho khoa Gây mê hồi sức.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 13./06./2025
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Phạm Cao Lâm

Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K22-281-pclam) (01).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số/BVĐHYD-VTTB ngày/...../2025)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Đèn mô treo trần hai nhánh	1. Yêu cầu chung – Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau – Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Yêu cầu về cấu hình – Chóa đèn: 02 cái – Bộ điều khiển tích hợp trên chóa đèn: 02 cái – Bảng điều khiển trung tâm gắn tường: 01 cái – Cánh tay treo trần hai nhánh: 01 cái – Tay nắm tiết trùng: 10 cái – Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu – Bề mặt của đèn được sơn phủ nhằm giảm sự bám bẩn của vi khuẩn và dễ dàng vệ sinh – Đèn sử dụng công nghệ LED, hạn chế bóng mờ trong vùng chiếu sáng – Tích hợp chế độ ánh sáng phù hợp cho phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (Ambient Light) – Chóa đèn: + Đường kính chóa đèn trong khoảng từ ≥ 600 mm đến ≤ 700 mm + Thiết kế của chóa đèn phù hợp cho việc nâng cấp thêm thiết bị phục vụ ghi hình + Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh trong khoảng từ ≤ 4000 K đến ≥ 5000 K + Tuổi thọ bóng LED: ≥ 60.000 giờ + Cường độ chiếu sáng tối đa: ≥ 160.000 lux – Bộ điều khiển tích hợp trên chóa đèn: + Bộ điều khiển độc lập tích hợp trên cả hai chóa đèn + Các chức năng tối thiểu trên bộ điều khiển: • Bật/tắt đèn • Điều chỉnh cường độ chiếu sáng • Điều chỉnh nhiệt độ màu • Bật/tắt chế độ ánh sáng cho phẫu thuật xâm lấn tối thiểu	Cái	03

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Mức điều chỉnh cường độ chiếu sáng: ≥ 05 mức - Cánh tay treo trần hai nhánh + Góc xoay của cánh tay chóa đèn: 360° + Khuỷu chính quay quanh trục: 360° + Góc nâng/hạ của khuỷu chính: $\pm \geq 45^\circ$ + Khuỷu phụ quay quanh trục: $\geq 180^\circ$ + Chóa đèn quay quanh trục: $\geq 180^\circ$		
2	Máy soi nội phế quản mềm	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Yêu cầu về cấu hình - Màn hình hiển thị tích hợp bộ xử lý hình ảnh: 01 cái - Dây soi phế quản đường kính 3,8 mm: 01 cái - Dây soi phế quản đường kính 5 mm: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu - Màn hình hiển thị điều khiển cảm ứng với kích thước ≥ 7 inch - Màn hình hiển thị tích hợp pin dự phòng với dung lượng ≥ 4000 mAh, có chức năng sạc lại - Dây soi phế quản đường kính 3,8mm: + Kết nối trực tiếp với màn hình hiển thị tích hợp bộ xử lý hình ảnh + Vùng quan sát $\geq 85^\circ$ + Vùng di chuyển của đầu soi: • Lên 180° • Xuống 180° + Tối thiểu 01 kênh làm việc và 01 kênh hút dịch + Chiều dài dây soi ≥ 600 mm - Dây soi phế quản đường kính 5 mm: + Kết nối trực tiếp với màn hình hiển thị tích hợp bộ xử lý hình ảnh + Vùng quan sát $\geq 85^\circ$ + Vùng di chuyển của đầu soi:	Cái	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		• Lên 180° • Xuống 180° + Tối thiểu 01 kênh làm việc và 01 kênh hút dịch + Chiều dài dây soi ≥ 600 mm		
3	Đệm sưởi ấm người bệnh	1. Yêu cầu chung – Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau – Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Yêu cầu về cấu hình – Bộ điều khiển nhiệt độ: 01 cái – Đệm sưởi: 01 bộ – Cáp nối giữa bộ điều khiển nhiệt độ và đệm sưởi: 01 cái – Dây nguồn: 01 cái – Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu – Dải nhiệt độ sưởi ấm có thể cài đặt từ $\leq 34^{\circ}\text{C}$ đến $\geq 39^{\circ}\text{C}$ – Kích thước của đệm sưởi: + Chiều dài ≥ 1800 mm + Chiều rộng ≥ 500 mm + Bề dày: ≥ 10 mm – Đệm sưởi với thiết kế chống thấm, dễ vệ sinh bằng chất tẩy rửa, bên trong có lớp gel giúp bảo vệ người bệnh khỏi các vết loét hoặc tổn thương thần kinh. – Báo động trong quá trình sử dụng: + Nhiệt độ đệm sưởi khác với nhiệt độ cài đặt + Lỗi bộ gia nhiệt	Bộ	04

Ghi chú: Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung cấp chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung cấp có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-.... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Mã hàng hóa (Model)	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu/ Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Mã HS của hàng hóa	Ghi chú
												Số QĐ/ Hợp đồng	Ngày QĐ/ Hợp đồng	Giá trị		
1	1	Đèn mổ treo trần hai nhánh			Đính kèm phụ lục			Cái	03							
2	2	Máy soi nội phế quản ống mềm						Cái	01							
3	3	Đệm sưởi ấm người bệnh						Bộ	04							

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)



BM: CVĐT.03(1)

Ghi chú:

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);
- Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Thời hạn bảo hành (nếu có):tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
- Chi tiết phụ kiện (nếu có);
- Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày.../.../20...;
- Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
- Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ					HÀNG HÓA CHÀO GIÁ										
TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tên hàng hóa	Model, mã hàng	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Giá kê khai	Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1	Đèn mờ treo trần hai nhánh		Cái	2											
2	Máy soi nội phế quản ống mềm		Cái	1											
3	Đệm sưởi ấm người bệnh		Bộ	4											

CS